

Katowice, dn. 06.06.2022r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w przetargu nieograniczonym na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku 14, Nr sprawy: ZP-22-072UN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1, Pakiet nr 3 poz. 1a

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 3 poz. 1a Sterylne igły półautomatyczne do biopsji nerki ze znacznikiem USG na mandrynie, podziałka centymetrowa, o stabilnym uchwycie. Rozmiar: 1.6/90

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2, Pakiet nr 3

Czy Zamawiający w pakiecie 3 oczekuje, aby igła półautomatyczna posiadała możliwość ustawienia długości pobieranego wycinka na 1 cm i 2 cm oraz posiadała element blokujący przypadkowe zwolnienie spustu?

Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3, Pakiet nr 3 poz. 1b

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 3 poz.1b** (Igły do biopsji nerki) dopuści igły półautomatyczne do biopsji nerki 16G o dł.160mm pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4, Pakiet nr 4 poz. 1c

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 4 poz.1c** (Igły do trepanobiopsji szpiku kostnego) dopuści igłę do trepanobiopsji 13G o dł.70mm pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5, Pakiet nr 9

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 9 poz.1a i 2a** (Igła do aspiracji szpiku kostnego z mostka i talerza biodrowego) dopuści igłę w rozmiarze 15G o dł.110mm lub 90mm oraz w **poz.1b** igłę w rozmiarze 15G o dł.90mm lub 70mm pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza w poz. 1a i 2a igły o dł. 110mm oraz w poz. 1b igły o dł. 70mm z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.

Pytanie 6, dot. SWZ

Dotyczy SIWZ : Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za wystarczające, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odp.: Odp.: Zamawiający zgodnie z treścią SWZ wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia wymaganego oświadczenia.

Pytanie 7, dot. SWZ

Dotyczy zawarcia umowy: wnosimy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym i przesłanie umowy do podpisu pocztą. Niezwłocznie po podpisaniu, umowa zostanie do Państwa odesłana.

Odp.: Zamawiający w ogłoszeniu o wyborze oferty najkorzystniejszej wezwie Wykonawcę do złożenia pisemnego wniosku o formie zawarcia umowy.

Zgodnie z art. 137 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający koryguje SWZ w zakresie:

1. załącznika nr 15 poprzez dodanie ppkt. e o następującej treści:

„e) art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835)”

2. Rozdz. II pkt. 6 „DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ” poprzez dodanie ppkt. g

„g) Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego” załącznik nr 16.

Skorygowany załącznik nr 15 oraz Załącznik nr 16 do SWZ zamieszczony w wersji edytowalnej.