

Wałbrzych, dnia 06.11.2023 r.

DZPZ-530- Zp/82/TP/23

ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: Dostawa systemu stanowisk resuscytacyjnych – zamówienie w ramach dotacji zadania pn.: Dofinansowanie zakupu sprzętu z dziedziny intensywnej terapii stosowanego w opiece nad pacjentami kardiologicznymi w 2023 r. na realizację Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 286 ustawy Pzp zmienia treść SWZ tj.:

1. XXVIII. Opis kryteriów oceny ofert i sposób oceny ofert – otrzymuje brzmienie:

- 1) Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą błędy w obliczeniu ceny.
- 2) Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
- 3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
- 4) Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałyby obowiązek rozliczyć.
- 5) W ofercie, o której mowa w ust. 4, Wykonawca ma obowiązek:
 - poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
 - wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
 - wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
 - wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
- 6) Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
- 7) Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
- 8) W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyższej

oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

- 9) W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

dotyczy pakietu nr 1

Lp.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie
1.	Cena	60 %
2.	Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii od 2 do 360 J	Do 200 J – 0 pkt. Od 201 J do 300 J – 10 pkt. Od 301 J do 360 J – 20 pkt.
3.	Zakres wzmocnienia sygnału EKG od 0,5 do 4cm/Mv, min 6 poziomów wzmocnienia.	6 poziomów – 5 pkt. Powyżej 6 poziomów – 20 pkt.

dotyczy pakietu nr 2

Lp.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie
1.	Cena	60 %
2.	Czas ładowania akumulatora wewnętrznego do 120 minut.	Do 100 min. – 20 pkt. Od 101 min do 120 min – 10 pkt.
3.	Bezprzewodowa transmisja (bluetooth, wi- fi) danych z pamięci urządzenia o parametrach prowadzonej resuscytacji i jej przebiegu w czasie do komputera.	Tak – 20 pkt. Nie – 0 pkt.

Sposób obliczenia punktów dla kryterium cena:

Każdy z pakietów będzie oceniany oddzielnie

Cena najniższa otrzymuje automatycznie 60 pkt.

Przeliczenie punktów dla oferty o wyższej cenie:

Cena najniższa z oferty a

----- x 60 pkt = *ilość punktów dla oferty ocenianej*
Cena wyższa z oferty ocenianej *o wyższej cenie*

- 10) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane

kryterium wyboru.

11) Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
- zamieści informację na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

2. Załącznik nr 1 do SWZ – otrzymuje brzmienie:

Pakiet nr 2

Urządzenie do kompresji klatki piersiowej.

L.P.	ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY	JEDN. MIARY	ILOŚĆ	CENA NETTO	CENA BRUTTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	PRODUCENT I NUMER KATALOGOWY
1.	Urządzenie do kompresji klatki piersiowej.	szt.	1					
RAZEM :								

	OPIS	Parametr wymagany	Parametr oceniany	Punktacja
1	Urządzenie przenośne przeznaczone do mechanicznej resuscytacji krążeniowo-oddechowej	TAK		
2	Urządzenie wyposażone w ramię do ucisku klatki piersiowej montowane na desce pod plecy	TAK		
3	Cykl pracy: 50% kompresja / 50 % dekompresja	TAK		

4	Głębokość i częstość kompresji zgodnie z wytycznymi ERC Głębokość – od 5 do 6 cm Częstość – od 102 do 120 +/- 2 uc./minutę.	TAK		
5	Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta	TAK		
6	2 tryby pracy: 30:2 ciągły	TAK		
7	Waga kompletnego urządzenia wraz z akcesoriami i torbą/ plecakiem do 13 kg	TAK		
8	Zapis na dysku wewnętrznym lub karcie pamięci parametrów przeprowadzonej resuscytacji i jej przebiegu od momentu włączenia urządzenia	TAK		
9	Alarmy wizualne i dźwiękowe zintegrowane z przyciskiem start/stop	TAK		
10	Klasa odporności IP44	TAK		
11	Ładowarka wewnątrz urządzenia	TAK		
12	Możliwość automatycznego doładowywania akumulatora wewnętrznego w urządzeniu podczas jego pracy (wykonywanie RKO) z zewnętrznego źródła zasilania (230 V AC lub 12 V DC)	TAK		
13	Źródło zasilania: - akumulator wewnętrzny - zasilanie z gniazda sieci AC min. 210 - 240 V	TAK		
14	Działanie urządzenia w pełni elektryczne	TAK		
15	Źródła zasilania: - akumulator - zasilanie z gniazda sieci 230V ~AC	TAK		
16	Czas pracy na akumulatorze: 45 minut	TAK		

17	Czas ładowania akumulatora wewnętrznego do 120 minut.	TAK/NIE		Do 100 min. – 20 pkt. Od 101 min do 120 min – 10 pkt.
18	Brak ograniczeń wagowych pacjenta do stosowania urządzenia.	TAK		
19	Bezprzewodowa transmisja (bluetooth, wi-fi) danych z pamięci urządzenia o parametrach prowadzonej resuscytacji i jej przebiegu w czasie do komputera.	TAK/NIE		Tak – 20 pkt. Nie – 0 pkt.
20	Wyposażenie aparatu: Torba lub plecak deska pod plecy podkładka stabilizująca pod głowę pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia jednorazowe elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentem przy masażu (ssawki, 2 szt.) akumulator	TAK		
21	Wspomaganie odprężenia klatki piersiowej przez ssawkę (podciśnienie podczas ruchu zwrotnego przyśpiesza relaksację)	TAK		
22	Gwarancja 24 miesiące.	TAK		

UWAGA: W tabelach należy wpisać „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr. Parametry określone jako „TAK” (tylko w miejscu gdzie do wyboru jest tylko odpowiedź TAK) są parametrami granicznymi **wymaganymi przez Zamawiającego**, oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
Dominik Łoziński

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Sporządził: Andrzej Nowiński
nr tel.: 74/6489941

