



SZPITAL SPECJALISTYCZNY

w PIŁE

im. Stanisława Staszica

64-920 Piła, ul. Rydygiera Ludwika 1

Sekretariat
Centrala
Fax
e-mail:
67 210 62 05
67 210 66 66
67 212 40 85
kancelaria@szpital.pila.pl
www.szpitalpila.pl



Piła, dn. 26.03.2024 roku

FZP.III-241/20/24

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „**ZAMKNIĘTY, PRÓŻNIOWY SYSTEM DO POBIERANIA KRWI DO BADAŃ LABORATORYJNYCH**”

Szpital Specjalistyczny w Piła informuje, że do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1.

Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert- ocena jakościowa. Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób zostaną przyznane punkty za kryterium "Wszystkie oferowane elementy systemu pochodzą od tego samego producenta lub oświadczenie tych producentów, że elementy są ze sobą kompatybilne"? Czy za przedłożenie oświadczenia producentów, że elementy systemu są ze sobą kompatybilne zostanie przyznanych 20 pkt.?

Odpowiedź: Tak, za przedłożenie oświadczenia producentów, że elementy systemu są ze sobą kompatybilne zostanie przyznanych 20 pkt

Pytanie nr 2.

Zadanie nr 1 poz. 10
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania próbówki z heparyną litową o poj. 4 ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 3.

Zadanie nr 1 poz. 17
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania próbówki do OB metodą logarytmiczną, które nie są wykonane z tworzywa PET, lecz ze szkła wysokiej odporności mechanicznej i chemicznej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 4.

Zadanie nr 1 poz. 17
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania próbówki do OB metodą logarytmiczną, które nie mają standardowego rozmiaru 13x75 lub 13x100, ponieważ próbówki do metody logarytmicznej muszą być wąskie i długie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 5.

Zadanie nr 1 poz. 17
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania próbówki do OB metodą logarytmiczną, które posiadają korek gumowy (bez części wykonanej z tworzywa sztucznego)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza korek gumowy

Pytanie nr 6.

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie parametru granicznego w poz.18 zał. nr 2a do SWZ oraz zapisów umowy, czy Zamawiający ma na myśli zobowiązanie dostawcy do przeprowadzenia obserwacji fazy przedanalizycznej na oddziałach szpitala i w punkcie pobrań dot. dobrej praktyki pobierania krwi.

Odpowiedź: Tak, zobowiązanie dostawcy do przeprowadzenia obserwacji fazy przedanalizycznej na oddziałach szpitala i w punkcie pobrań dot. dobrej praktyki pobierania krwi.

Jednocześnie zamawiający zmienia zapis pkt. 18 w załączniku nr 2a do SWZ na treść:

„Zobowiązanie dostawcy do przeprowadzenia na własny koszt audytu na oddziałach szpitala oraz w punkcie pobrań dot. dobrej praktyki pobrań wraz poświadczeniem Wykonawcy dostarczy na każde wezwanie Zamawiającego, z jednostki szpitala potwierdzającym przeprowadzenie programu kontroli fazy przedlaboratoryjnej”

Pytanie nr 7.

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy w poz. 14 zał. nr 2b do SWZ Zamawiający oczekuje aby wskazana igła motylkowa posiadała zabezpieczenie przeciwzakłuciowe.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 8.

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy w celu łatwiejszej identyfikacji producenta oferowanego asortymentu Zamawiający oczekuje wpisania w zał. nr 2b do SWZ w kolumnie „symbol katalogowy” zarówno symbolu katalogowego jak i producenta danego asortymentu

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 9.

Dotyczy SWZ Rodz. III pkt 4. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w ocenie jakościowej w przypadku zadania 1 Zamawiający oceniał gwintowanie próbek poza próbką do OB.

Próbka do Ob. z racji swojej konstrukcji, czyli długiej cienkiej rurki nie posiada i nie jest produkowana z zamknięciem gwintowanym. Próbka ta nie wymaga też jej otwierania podczas całego procesu dlatego brak zamknięcia gwintowanego nie wpływa na bezpieczeństwo pracy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 10.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do podawania cen jednostkowych netto za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku. Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0- 2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupu jednej sztuki próbki, czy też uchwytu, lub igły itp.) Cena opakowania handlowego będzie zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podanie cen jednostkowych netto za 1 szt. z dokładnością do czterech miejsc po przecinku

Pytanie nr 11.

Dotyczy Zadania nr 1, Oceny jakościowej, parametru 1 – Gwintowane zamknięcie próbki.

Zamawiający nadał temu kryterium wagę 20 punktów.

Zwracamy się z prośbą o równoważne potraktowanie rozwiązania, w którym próbka jest zamykana korkiem wciskany, jest to rozwiązanie prostsze, a konstrukcja korka także wyklucza efekt aerozolu przy otwieraniu.

Nadanie obu rozwiązaniom jednakowej wagi w tym kryterium, lub zmniejszenie wagi kryterium, pozwoli na uzyskanie bardziej konkurencyjnych cenowo ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów w SWZ

Pytanie nr 12.

Dotyczy Zadania nr 1, Załącznika asortymentowo – cenowego, poz. 14.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie igieł motylkowych o długości drenu 19 cm, spełniających pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 13.

Dotyczy Zadania nr 1, Załącznika asortymentowo – cenowego, poz. 17.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie probówek do analizy OB z 3,8% cytrynianem sodowym, spełniających pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 14.

Dotyczy warunków granicznych do Zadania 1, warunek 12

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie probówek, gdzie nazwa producenta znajduje się na najmniejszym opakowaniu handlowym - ofoliowana tacka styropianowa oraz na kartonie zbiorczym. Probówki spełniają wymagania normy ISO6710 „Single-use containers for human venous blood specimen collection” oraz wszystkie wymagania SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 15.

Dotyczy warunków granicznych do Zadania 1, warunek 18

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na złożenie oferty wraz ze zobowiązaniem przeprowadzenia na własny koszt audytu na oddziałach szpitala oraz w punkcie pobrań dot. dobrej praktyki pobrań, bez dołączania do oferty poświadczenia z innej jednostki szpitalnej, potwierdzającej przeprowadzenie programu kontroli fazy przedlaboratoryjnej. Jako dostawca, dysponujemy zasobami, wiedzą merytoryczną, oraz pracownikami, którzy posiadają doświadczenie w przeprowadzaniu ww. audytów.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis pkt. 18 w załączniku nr 2a do SWZ na treść:

„Zobowiązanie dostawcy do przeprowadzenia na własny koszt audytu na oddziałach szpitala oraz w punkcie pobrań dot. dobrej praktyki pobrań wraz poświadczeniem Wykonawca dostarczy na każde wezwanie Zamawiającego, z jednostki szpitala potwierdzającym przeprowadzenie programu kontroli fazy przedlaboratoryjnej”

Pytanie nr 16.

Dotyczy warunków granicznych do Zadania 1, warunek 19

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie uchwytów dla których nazwa systemu naniesiona jest na etykiecie każdego opakowania jednostkowego a nie na każdym pojedynczym uchwycie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę