



Znak: AE/ZP-27-34/23

Tarnów, 2023-05-24

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 215.000 EURO) na dostawy środków dezynfekcyjnych.

W związku z zapytaniami Wykonawcy o następującej treści:

- Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.1-** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie gotowej do użycia pianki do mycia i dezynfekcji narzędzi bezpośrednio po użyciu oraz podczas transportu przed dalszym reprocessowaniem? Dzięki efektywnemu połączeniu trzech enzymów (protaza, lipaza, amylaza) oraz związków powierzchniowo czynnych wysoce aktywna i stabilna piana zapobiega utrwalaniu zanieczyszczeń organicznych na narzędziach do 72h. Posiada doskonałą kompatybilność materiałową. Zawiera inhibitory korozji. Skuteczna wobec: B, F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, MVA) w 5min., Tbc (M.terrae, M.avium) w 60min. Wyrób medyczny kl. IIB. Opakowanie 750ml z końcówką spieniającą, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.
- Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.2** – Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat na bazie mieszaniny alkoholi z dodatkiem amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych, do szybkiej dezynfekcji i czyszczenia małych i trudnodostępnych powierzchni wyrobów medycznych metodą spryskiwania. Z możliwością stosowania na oddziałach neonatologicznych i noworodkowych. Bez aldehydu glutarowego. Skuteczny w bardzo krótkim czasie wobec: B, MRSA, Tbc (M.terrae, M.avium), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, HSV, Rota, Noro) do 1min, F (C.albicans+A.brasiliensis/niger), Adeno w 2min., V (Polyoma SV 40) w 10min., V (Polio) w 30min. Opakowanie 1L z dołączonym, hermetycznie pakowanym spryskiwaczem. Wyrób medyczny kl. IIa.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1.

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 1 podtrzymuje wymagania SWZ.

Ad 2.

Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz. 2 podtrzymuje wymagania SWZ.

Otrzymują:

Platforma Zamawiającego

a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek

