



WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BYDGOSZCZY

ul. ks. R. Markwarta 7, 85-015 Bydgoszcz, tel. 052 323 04 13, fax. 052 323 04 50
NIP 554-22-12-161 REGON 001044962 KRS 0000002035
www.wspr.bydgoszcz.pl e-mail sekretariat@wspr.bydgoszcz.pl

DOZP.240.3.2019

Bydgoszcz, dnia 20 sierpnia 2019 r.

INFORMACJA O WYKLUCZENIU WYKONAWCY Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, ODRZUCENIU OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania przetargowego na: „Dostawę 20 defibrylatorów na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy”

Numer ogłoszenia: 2019/S 096-231610; data ogłoszenia: 2019-05-20 r.

Działając na podstawie art. 186 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w wyniku uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu złożonym w dniu 19 lipca 2019 r. przez Wykonawcę Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp. k., ul. Żołyń 11, 02-815 Warszawa, Zamawiający – Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy dokonała ponownego badania i oceny ofert.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2, 3 i 7 oraz przepisu art. 89 ust. 1 pkt 5 i przepisu art. 24 ust. 4 w związku z art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający – Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy zawiadamia, iż:

1. Z niniejszego postępowania został wykluczony Wykonawca Stryker Polska Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa.
2. Oferta wykluczonego Wykonawcy została uznana za odrzuconą.
3. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione.

Uzasadnienie

Uzasadnienie prawne wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty: art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia” oraz art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986): „Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą”.

Przepis art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp nakazuje Zamawiającemu odrzucenie oferty złożonej przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu, a jednocześnie ofertę wykluczonego Wykonawcy przepis art. 24 ust. 4 nakazuje uznać za odrzuconą.

Uzasadnienie faktyczne wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty:

Podczas przeprowadzonego ponownego badania i oceny ofert Zamawiający stwierdza, że Wykonawca Stryker Polska Sp. z o.o. przedstawił informację co do spełniania przez defibrylator Lifepak 15 wymagania określonego w pkt. 34 załącznika nr 2 do SIWZ tj. „pomiar ciśnienia w czasie



Województwo
Kujawsko-Pomorskie



nie dłuższym niż 30 sekund”. Powtórne badanie nie potwierdziło, że zaoferowany przez tego Wykonawcę defibrylator spełnia parametr wymagany przywołanym punktem.

Zamawiający w toku trwania postępowania przetargowego dopuścił na zasadzie równoważności urządzenie, które pozwala na uzyskanie wyniku pomiaru ciśnienia w czasie do 20 sekund (z wyłączeniem czasu wypełniania mankietu), ale przy równoczesnym zachowaniu wymogu z pkt 34 załącznika nr 2 do SIWZ mówiącego o tym, że pomiar ciśnienia, od momentu jego uruchomienia, ma trwać nie dłużej niż 30 sekund.

Zamawiający nie potwierdził, aby oferowany przez Stryker Polska Sp. z o.o. defibrylator posiadał wymaganą funkcjonalność, albowiem odczyt pomiaru ciśnienia w urządzeniu, od momentu uruchomienia pomiaru ciśnienia, zgodnie z instrukcją obsługi, uzyskać można zwykle w 40 sekund.

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania:

W postępowaniu przetargowym wpłynęły 2 oferty. Zamawiający przeprowadził powtórne badanie i ocenę ofert na skutek uznania zasadności odwołania firmy Paramedica Sp. z o.o. z dnia 19.07.2019 r. Po dokonaniu oceny formalnej oraz oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczono Wykonawcę i odrzucono ofertę firmy Stryker Polska Sp. z o.o. Za najkorzystniejszą została uznana oferta Wykonawcy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp. k., ul. Żołą 11, 02-815 Warszawa, z ceną 1.552.154,40 zł brutto. Mając na uwadze to, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 1.400.000,00 zł brutto oraz finansowanie, jakie uzyskuje, prawie wyłącznie oparte jest na kontrakcie z płatnikiem publicznym, Zamawiający nie ma możliwości uzyskania dodatkowych środków, które pozwoliłyby rozważyć wybór oferty, której cena tak wyraźnie przekracza zaplanowaną na realizację zamówienia kwotę.

Zestawienie oraz punktowa ocena ofert:

Nazwa i adres wykonawcy	Cena oferty PLN (brutto)	Punkty w kryterium cena (60%)	Punkty w kryterium poza cenowym (40%)	Łączna liczba punktów
Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp. k. ul. Żołą 11 02-815 Warszawa	1.552.154,40	60,00	30,00	90,00

Sporządził/a: *Monika Świerblewska*



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

