

Świętoszów 03 sierpnia 2022 r.

**Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu**

**Dotyczy:** postępowania w trybie podstawowym na „Zakup wraz z transportem i wniesieniem medycznych środków materiałowych”. Sprawa nr 58/23/PN/2022

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.), Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania do treści specyfikacji warunków zamówienia. Zamawiający przekazuje poniżej treść wniesionego pytania oraz udzielonej odpowiedzi.

**Pytanie 1:**

Pozycja 39

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego opatrunku wentylowego Chest Seal Vented o płaskiej konstrukcji zaworu przeznaczony do opatrywania ran w obrębie klatki piersiowej. Jednokierunkowa konstrukcja zaworu umożliwia jednocześnie wypuszczanie powietrza zalegającego w klatce piersiowej, zmniejszając tym samym ryzyko wystąpienia odmy prężnej oraz blokuje dostęp powietrza z zewnątrz.

Charakterystyka produktu:

- opatrunek o okrągłym kształcie o średnicy 17 cm
- zastosowanie wysokiej jakości kleju na bazie hydrożelu maksymalizuje poziom szczelności i trwałości założonego
- opatrunku na skórze uszkodzonego
- posiada specjalny uchwyt, który ułatwia szybką aplikację i oddzielenie opatrunku od folii ochronnej
- przezroczysta konstrukcja umożliwia precyzyjną aplikację oraz pełną kontrolę nad powierzchnią rany
- zapakowany w trwałe, wodoodporne opakowanie, które posiada wyznaczone miejsca do bezproblemowego otwierania
- wewnątrz opakowania wraz z opatrunkiem wentylowym umieszczono również gazę, służącą do wstępnego oczyszczenia
- miejsca krwawienia z brudu, krwi i innych zanieczyszczeń
- produkt bezpieczny dla skóry, nie zawiera lateksu, nie wywołuje podrażnień i reakcji alergicznych
- Opatrunek zgodny z wytycznymi TCCC oraz KSRG?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opatrunku Chest Seal Vented.

**Pytanie 2:**

Pozycja 42

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego zestawu dwóch samozaciskowych troków do mocowania ekwipunku na plecaku z systemem MOLLE, wykonane na bazie wytrzymałej taśmy nylonowej. Zaprojektowane do wygodnego i łatwego mocowania dużych przedmiotów takich jak lina, śpiwór czy mata na platformach MOLLE plecaków lub toreb. Pojedynczy trok wykonany jest z wytrzymałej taśmy nylonowej i zakończony specjalnym montażem, który osadza się na platformie MOLLE plecaka. Dodatkowo montaż wyposażony jest w system CAM-Lock, służący do stworzenia pętli mocującej i łatwej regulacji jej wielkości. Troki sprawdzą się doskonale do mocowania dodatkowego ekwipunku jako awaryjne zapięcie lub do kompresji bagażu. Długość 22 cale. Asortyment taki jak na zdjęciu poniżej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie równoważnego zestawu dwóch samozaciskowych troków do mocowania ekwipunku na plecaku z systemem MOLLE, wykonane na bazie wytrzymałej taśmy nylonowej.

**Pytanie 3:**

Pozycja 62

Czy Zamawiający dopuści zasłonę do parawanu wykonaną z polipropylenu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zasłony do parawanu wykonaną z polipropylenu.

**Pytanie 4:**

Pozycja 62

Czy Zamawiający dopuści wymiary parawanu +/- 10%?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zasłony do parawanu o wymiarach +/- 10%.

**Pytanie 5:**

Prosimy o potwierdzenie, że dla pozycji opisanych w załączonym WET Zamawiający wymaga w dniu dostawy 80% całkowitego terminu ważności zgodnie z zaleceniami Szefa Oddziału Gestorstwa i Rozwoju, a dla pozostałych pozycji min. 24 miesiące zgodnie z zapisami paragrafu 3 ust. 18.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga aby w dniu dostawy okres ważności asortymentu nie był krótszy niż 80% całkowitego okresu ważności- dot. poz. nr 2,6,14-25,28,30-31,35-42,44-45,47-49,53-57,61,64 formularza cenowego. W pozostałych pozycjach formularza cenowego Zamawiający wymaga terminu ważności asortymentu minimum 24 miesiące.

**Pytanie 6:**

Prosimy o dopuszczenie możliwości dostawy w pozycji nr 3 asortymentu z datą ważności 80% całkowitego terminu ważności lub najdłuższy z możliwie dostępnych, gdyż detektor Easy Cap to wyrób, którego całkowity termin ważności od dnia produkcji to max. 18 miesięcy. Wymóg 24 miesięcy terminu ważności w dniu dostawy jest, więc nierealny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania detektora dwutlenku węgla z datą ważności minimum 80% całkowitego terminu ważności.

**Pytanie 7:**

Prosimy o potwierdzenie, że hydrożel z pozycji nr 16 może mieć pojemność od 100 do 150ml zgodnie z WET tj. Wykonawca może zaoferować hydrożel o pojemności 120ml.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie hydrożelu w butelce 120 ml.

**Pytanie 8:**

Czy Zamawiający w pozycji nr 16-18 dopuści możliwość zaoferowania opatrunku hydrożelowego posiadającego badanie potwierdzające brak cytotoksyczności opatrunku zgodnie z normą ISO 10993-5 wykonane w „Consumer Product Testing Co. z siedzibą w New Jersey? Są to opatrunki hydrożelowe WaterJel produkcji amerykańskiej, które od lat są dostarczane do wojska polskiego i charakteryzują się najwyższą jakością i skutecznością. Badanie zgodne z normą ISO 10993-5 wykonane w „Consumer Product Testing Co. z siedzibą w New Jersey to badanie wykonane tą samą normą co wymagane i potwierdzają brak cytotoksyczności opatrunku, w taki sam sposób jak polska wersja normy. Obecne zapisy SWZ naruszają zasady równego traktowania Wykonawców i uczciwej konkurencji, gdyż powodują, że jedynymi opatrunkami, które są dopuszczalne do zaoferowania to opatrunki hydrożelowe produkcji polskiej o stałej konsystencji. Takie sformułowanie zapisów SWZ nie tylko ogranicza możliwości oferowania opatrunku hydrożelowego tylko do jednego produktu, ale również stwarza dla Zamawiającego ryzyko, iż nie otrzyma w postępowaniu żadnej

oferty, gdyż w dostępności opatrunków hydrożelowych produkcji polskiej często występują nawet kilkumiesięczne przerwy. Powoduje to, iż Zamawiający może nie otrzymać żadnej oferty lub wystąpi konieczność wydłużenia terminu realizacji zamówienia. Warto zaznaczyć, iż powyższe badanie jest dopuszczane dla tych wyrobów przez Wojskowy Ośrodek farmacji i Techniki Medycznej w celestynowie lub inne jednostki RON.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku hydrożelowego wg wyszczególnionych parametrów wykonawcy wraz z załączoną kartą charakterystyki (MSDS).

**Pytanie 9:**

Czy w pozycji nr 8-13 Zamawiający dopuści możliwości dostawy elektrod z datą ważności 80% całkowitego terminu ważności lub najdłuższy z możliwie dostępnych, gdyż wskazane elektrody mają całkowity termin ważności od dnia produkcji około 18-24 miesiące. Wymóg 24 miesięcy terminu ważności w dniu dostawy jest, więc nierealny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza w pozycji 8-13 możliwość zaoferowania elektrod z datą ważności minimum 80% całkowitego terminu ważności.

**Pytanie 10:**

Czy w pozycji nr 58,59 Zamawiający dopuści możliwości dostawy pasków do glukometrów z datą ważności 80% całkowitego terminu ważności lub najdłuższy z możliwie dostępnych, gdyż wskazane paski mają całkowity termin ważności od dnia produkcji około 12-24 miesiące. Wymóg 24 miesięcy terminu ważności w dniu dostawy jest, więc nierealny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pasków do glukometrów z datą ważności minimum 80% całkowitego terminu ważności.

**Pytanie 11:**

Prosimy o dopuszczenie mozliwosci zaoferowania lubrykantu 5g zgodnie z załączonym WET.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie lubrykantu 5g zgodnie z WET.

**Pytanie 12:**

Czy opaski elastyczne z pozycji 34-36 mają spełniać pierwszą część opisu znajdującego się w pozycji nr 8 WET tj. ma to być opaska o sredniej rozciągłości czy drugą część opisu tj. opaska kohezyjną. Są to dwie różne opaski różniące się między innymi ceną.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowania opaski elastycznej kohezyjnej zgodnie z WET.

**Pytanie 13:**

Czy w pozycji nr 65 Zamawiający dopuści zestaw porodowy trzyczęściowy składający się z: Pakiet A Zestawu porodowego (przedporodowy), Pakiet B Zestawu porodowego (porodowy) oraz Pakiet C Zestawu porodowego (poporodowy)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zestawu porodowego trzyczęściowego. Zamawiający wymaga złożenia oferty na podstawowy zestaw porodowy-jednorazowy.

**Pytanie 14:**

Czy w pozycji nr 60 Zamawiający dopuści worek na amputowane części ciała w rozmiarze 35x25cm lub 37x44cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści worek na amputowane części ciała w rozmiarze 37x44cm.

**Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych**

**/-/ wz. Dominika PUNDOR**