



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PRZASNYSZU**



06-300 Przasnysz, ul. Sadowa 9, centrala tel. 29 753 43 00, sekretariat 29 753 43 18, fax 29 753 43 80

NIP 761-13-33-881 REGON 000302480
www.szpitalprzasnysz.pl sekretariat@szpitalprzasnysz.pl

BDO: 000110316

SPZZOZ.ZP/30/2020

Przasnysz, dnia 08.01.2021r

**Do wszystkich,
którzy pobrali SIWZ**

Dotyczy: przetargu na wykonanie okresowych przeglądów technicznych i napraw sprzętu medycznego. dla SPZZOZ w Przasnysz.

W odpowiedzi na zapytania Zamawiający wydziela odpowiedzi:

Pyt. 1

Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz pacjentom, a także zapewnieniu przeprowadzenia usługi zgodnie z pełnymi wytycznymi producenta, Zamawiający wymaga poświadczenia o autoryzacji serwisu przez producenta sprzętu?
Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pyt. 2

Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz pacjentom, a także zapewnieniu przeprowadzenia usługi zgodnie z pełnymi wytycznymi producenta, Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące usługę posiadały certyfikaty świadczące o przeszkoleniu w zakresie serwisowania sprzętu medycznego wystawione przez producenta lub autoryzowany serwis producenta na terenie Polski?
Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pyt. 3

Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz pacjentom, a także zapewnieniu przeprowadzenia usługi zgodnie z pełnymi wytycznymi producenta, Zamawiający wymaga sprawdzenia i ewentualnej aktualizacji oprogramowania urządzeń do najnowszej wersji?
Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pyt 4

Pakiet 2

W pakiecie drugim poz. 4 znajduje się miernik bilirubiny. Zgodnie z wytycznymi instrukcji obsługi, producent wskazuje, że wykwalifikowany personel powinien kalibrować miernik przynajmniej raz w roku za pomocą specjalistycznego urządzenia kalibracyjnego. Czy Zamawiający będzie wymagał corocznej kalibracji miernika od wszystkich wykonawców i wydzieli ten miernik z pakietu 2 do osobnego pakietu celem złożenia oferty?

Odp. Zamawiający nie wymaga kalibracji w/w urządzenie i nie wydziela powyższej pozycji do odrębnego Pakietu.

Pyt 5

Pakiet 55

Zgodnie z wytycznymi instrukcji obsługi, producent wskazuje, że wykwalifikowany personel podczas przeglądu powinien wymieniać co 8 lat układ turbiny w respiratorach Savina. Czy Zamawiający wymieniał układ turbiny w ostatnich 8 latach? Jeżeli nie to czy zgodnie z procedurą będzie wymagał wymiany turbin od wszystkich Wykonawców startujących w pakiecie?

Odp. Zamawiający nie wymaga wymiany układu turbiny.

Pyt 6

Pakiet 55

W przedmiotowym pakiecie znajdują się aparat Fabius Tiro, który jest z analizatorem gazów, parownikiem i kardiomonitorem. Czy Zamawiający życzy sobie uwzględnienia w ofercie tych urządzeń jako pełnego stanowiska do znieczulania?

W pakiecie znajduje się również Primus, który posiada kardiomonitor i parownik, czy mają zostać uwzględnione w ofercie?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt 7

Pakiet 55

Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował dokumentacją serwisową opracowaną przez producenta sprzętu, która stanowi podstawę do prawidłowego wykonania przeglądu technicznego, a także dokonywania poprawnych diagnoz przy ewentualnych naprawach co znacznie przyspieszy i zaoszczędzi koszty Zamawiającego związane z częściami i przestojem aparatu?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pyt 8

Pakiet 55

W przedmiotowym pakiecie znajdują się aparaty do znieczulania, w których podczas przeglądu powinna zostać wykonana kalibracja zaworu peep, czujników ciśnienia, przepływu i charakteryzacja silnika. Do tych czynności niezbędne jest posiadanie aktualnego oprogramowania serwisowego. Czy w związku z powyższym Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy oprogramowania serwisowego, które pozwoli poprawnie wykonać pełną procedurę przeglądową?

Odp. Zamawiający wymaga zgodnie z zaleceniami producenta.

Pyt. 9 dot. SIWZ, część II, pkt 2, ppkt 1 i 2 oraz Załącznika nr 7 Wzór umowy, §2, ust 1, dot. pakiet 17

Czy Zamawiający dostarczy kody serwisowe niezbędne do wykonania pełnej procedury przeglądowej aparatu w pakiecie 17? Czy zapewnienie legalnych kodów serwisowych leży po stronie Wykonawcy?

Powyższa informacja jest niezbędna do przeprowadzenia prawidłowej kalkulacji.

Odp. Zamawiający posiada na stanie kody do wykonania przeglądu i udostępni je Wykonawcy celem wykonania przeglądu.

Pyt. 10 dot. SIWZ, część II, pkt 7 oraz Załącznika nr 7 Wzór umowy, §2, ust 7, dot. pakiet 17

Prosimy o wyraźne wskazanie czy wykonanie oględzin będzie rozliczane na podstawie wskazanej w ofercie stawki za roboczogodzinę?

Czy cena ta powinna zostać uwzględniona w ofercie? Jeśli cena powinna być uwzględniona w ofercie prosimy o odpowiednią modyfikację formularza cenowego. Przy aktualnym brzmieniu formularza cenowego Wykonawca ma do podania jedynie cenę za przeglądy.

Odp. Wykonanie oględzin będzie rozliczane na podstawie wskazanej w ofercie stawki za roboczogodzinę naprawy.

Pyt. 11 dot. SIWZ, część II, pkt 13 oraz Załącznika nr 7 Wzór umowy, §2, ust 13, dot. pakiet 17

Prosimy o odstępnie od słowa „regenerowane”. Zwracamy uprzejmie uwagę, że do aparatu w pakiecie 17 dostępne są oryginalne części zamienne i nie ma żadnych problemów z ich pozyskaniem.

Zaproponowany zapis pozwala na zabezpieczenie się Zamawiającego przed stosowaniem przez Wykonawcę części zamiennych pochodzących z wyeksploatowanych lub wycofanych z użytkowania aparatów, części wyeksploatowanych, nie testowanych wcześniej pod kątem prawidłowej pracy, tym samym eliminując sytuację wykorzystywania aparatu będącego własnością Zamawiającego jako swoistego urządzenia do testowania części niewiadomego pochodzenia. Uprzejmie informujemy, że na polskim rynku są firmy, które skupują stare aparaty w celu wykorzystania używanych części do naprawy innych aparatów.

Zwracamy uwagę, że instalowanie części zamiennych, nieznanego pochodzenia, innych niż przewidział producent, przez osoby nie posiadające odpowiedniej wiedzy popartej certyfikatami szkoleniowymi oraz doświadczenia, może prowadzić do sytuacji, w której określone prawem wymagania zasadnicze dla danego wyrobu nie zostaną spełnione, co może nieść ryzyko w sferze bezpieczeństwa, jakości czy niezawodności wyrobu medycznego oraz wpłynąć na ważność znaku CE wydanego dla tego wyrobu. Dodatkowo może niekorzystnie wpływać na funkcjonowanie pozostałych komponentów i prowadzić do awarii. Ponadto aparat, który nie odpowiada konfiguracji producenta (np. posiada części inne niż zalecane przez producenta) może nie spełniać wymogów przeglądowych.

Odp. Zamawiający odstępuje od słowa regenerowane w Pakiecie 17.


Pyt. 12 dot. SIWZ, część IV, pkt 1, ppkt 2 lit c oraz Załącznika nr 7 Wzór umowy, §3, ust 1, dot. pakiet 17

Czy przedmiotowe zamówienie ma wykonać inżynier posiadający aktualne szkolenia wystawione przez producenta lub jednostkę szkolącą upoważnioną przez producenta do przeprowadzania przeglądów i napraw aparatury z pakietu 17, czy dowolna osoba bez uprawnień?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pyt. 13 dot. Załącznika nr 7 Wzór umowy, §2, ust 12

Prosimy o ujednocnienie zapisów zgodnie z zapisami w umowie par. 7 ust. 1 przez zastąpienie słów „6 miesięcy” słowami „3 miesiące”.



Odp. Zamawiający prostuje zapis w umowie w par. 7 ust. 1 - jest 3 miesiące, winno być na 6 miesięcy.

Pyt. 14 dot. Załącznika nr 2, pakiet 17

Prosimy o potwierdzenie, że pakiet 17 łącznie z tomografem komputerowym dotyczy również stacji opisowej syngo.via. Stacja syngo.via jest nieodzownym elementem tomografu – umożliwi bowiem opis przez lekarza wygenerowanych na tomografie obrazów. W związku z tym jako wyrób medyczny powinna być serwisowana wraz z tomografem.

Odp. Zamawiający potwierdza, że pakiet 17 łącznie z tomografem komputerowym dotyczy również stacji opisowej syngo.via.

Pyt. 15

Dotyczy załącznika nr 8: Prosimy o poprawienie nazwy postępowania.

Odp. Zamawiający w załączeniu zamieszcza poprawiony załącznik nr 8.

Pyt. 16

Dotyczy załącznika nr 7, umowa § 2 ust. 12 oraz § 7 ust. 1: Prosimy o ujednoczenie zapisów dotyczących okresów gwarancji na wykonanie naprawy i wymienione części zamienne.

Odp. Odp. w pyt. 13.

Pyt. 17

Dotyczy załącznika nr 7, umowa § 7 ust. 2: Prosimy o potwierdzenie, że przez wymianę części na nowe Zamawiający rozumie część nową: oryginalną lub zamiennika fabrycznie nowego lub regenerowanego w zależności od tego, jakiego rodzaju część została użyta do naprawy pierwotnie, zgodnie z § 2 ust. 13.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pyt. 18

Dotyczy załącznika nr 7, umowa § 3 ust. 1: Czy z uwagi na bezpieczeństwo pacjenta oraz rzetelne wykonanie usług, Zamawiający będzie wymagał przedstawienia certyfikatów szkoleń producenta, aparatów tożsamyh lub pokrewnych tego samego producenta np. w przypadku aparatu LOGIQ P6 Pro, serię

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pyt. 19

Dotyczy zapisów SIWZ, rozdziału II, punktu 8. Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie maksymalnego czasu naprawy do 14 dni roboczych, oraz do 21 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych? Obecny termin może okazać się za krótki, szczególnie w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z od producenta z zagranicy.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu czasu naprawy do 21 dni roboczych.

Pyt. 20

Załącznik nr 7 – wzór umowy

Uprzejmie prosimy o uzupełnienie § 9 wzoru umowy następującą treścią:

Suma kar umownych nie przekroczy 10% wartości wynagrodzenia o którym mowa w § 4.

Odp. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pyt. 21

Załącznik nr 7 – wzór umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samym czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nie przekraczającej wynagrodzenia określonego w §.....umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 22

Załącznik nr 7 – wzór umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne części zamiennych służących do napraw?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 23

Załącznik nr 7 – wzór umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy zapisów dotyczących Prawa własności intelektualnej i przemysłowej:

a. W przypadku wymiany części zamiennych

(1) w razie wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem przeciwko Zamawiającemu, że wymieniona część narusza prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o tym roszczeniu oraz udzieli Wykonawcy pełnych i kompletnych informacji na ten temat, a także umożliwi pełny wgląd w dokumentację związaną z tym roszczeniem.

(2) w razie zaistnienia roszczenia osoby trzeciej, o którym mowa powyżej w pkt. (1) Zamawiający i Wykonawca przystąpią do wzajemnych konsultacji co do zakresu i trybu podjęcia środków prawem przewidzianych względem roszczenia osoby trzeciej. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w terminie 7 dni od rozpoczęcia konsultacji w tym zakresie, obowiązywać będzie tryb opisany poniżej w pkt. (3).

(3) Zamawiający przekaze Wykonawcy wyłączną kontrolę nad postępowaniem w sprawie roszczenia oraz będzie świadczył na rzecz Wykonawcy wszelką możliwą pomoc jeśli Wykonawca tego zażąda.

b. W przypadku uznania roszczenia osoby trzeciej za zasadne Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do

(i) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z wymienionej części

(ii) zastąpienia lub zmodyfikowania wymienionej części w celu uniknięcia naruszenia lub

(iii) zapłaty odszkodowania w wysokości zasądzonej prawomocnym wyrokiem sądu i nieprzekraczającej trzykrotności wartości brutto umowy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 24

Załącznik nr 7 – wzór umowy

Prosimy o wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

W par. 9 jako ust. 1 proponujemy wpisanie:

„Mając na uwadze aktualną pandemię wirusa SARS-CoV-2, związaną z tym sytuację globalnego zagrożenia zdrowia oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu (w tym ograniczenia nakładane przez państwa dotknięte pandemią), stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, Strony zgodnie postanawiają, że w czasie trwania pandemii czynności serwisu mogą nie zostać zrealizowane albo mogą zostać zrealizowane w późniejszym terminie lub z opóźnieniem z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. W przypadku jakichkolwiek braków części, personelu, podwykonawców lub opóźnień w wykonaniu zobowiązań umownych związanych z pandemią wirusa SARS-CoV-2 Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego bez zbędnej zwłoki i wskazać prognozowany, według najlepszej swojej wiedzy, termin wykonania czynności serwisowych. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych lub jakiegokolwiek innego odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań określonych w niniejszej umowie dotyczą wyłącznie przypadków niezwiązanych ze skutkami siły wyższej związanej w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 oraz okolicznościami zewnętrznymi (w tym ograniczeń nakładanych przez państwa dotknięte pandemią), co Strony niniejszym akceptują i potwierdzają.

Obecny par. 9 ust.1 byłby oznaczony jako ust. 2 i proponujemy zmianę jego brzmienia:

„Uwzględniając treść ust.1 powyżej, za niewykonanie lub niewłaściwe wykonywanie Umowy lub uchybienie terminom, o których mowa w niniejszej Umowie, z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych, na podstawie art. 3531 w zw. z art. 473 § 1 kodeksu cywilnego, w nw. przypadkach:

Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 2% wartości niezrealizowanego jednostkowego zamówienia, za każdy dzień zwłoki, jeżeli wina będzie leżeć po stronie Wykonawcy

w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy.

Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu kary umowne;

w razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie umowy, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki....

Proponujemy uzupełnienie par.9 umowy następującym zapisem:

Strony uzgadniają, że kary pieniężne przewidziane w niniejszej Umowie nie podlegają sumowaniu i potrącane będą z jakiegokolwiek wierzytelności przysługującej Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy, a gdyby okazało się to niemożliwe, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar pieniężnych na rachunek bankowy Zamawiającego w okresie 30 dni od dnia otrzymania (w tym e-mail lub faks) noty obciążeniowej lub wezwania do zapłaty kar pieniężnych. Suma kar umownych nie przekroczy 10% wartości całej umowy.

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pyt. 25

Załącznik nr 7 – wzór umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu umowy jak poniżej:

§2 ust. 1 pkt. 8) bezpłatne sporządzenie w ramach ceny orzeczeń o stanie urządzeń, które po wykonaniu przeglądu.....

Odp. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pyt. 26

Dot. SIWZ

Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wpisany był do wykazu o którym mowa w art.90 ust.4 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz.U. nr 107 poz.679), tj. wykazu podmiotów upoważnionych do realizacji czynności serwisowych.

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pyt. 27

Dot. SIWZ – pakiet 12 /diatermia Erbe/

Z uwagi na inwazyjność wyrobów jakimi są diatermie elektrochirurgiczne dawkujące prąd do ciała pacjenta i związane z tym podwyższone ryzyko wystąpienia incydentu medycznego, wnioskujemy o objęcie pakietu nr 12 wymogiem dysponowania przez Wykonawcę upoważnieniem (autoryzacją) producenta na świadczenie usług serwisowych w jego imieniu lub osobami posiadającymi pisemne potwierdzenia odbytych szkoleń serwisowych u producenta urządzeń jak w pakiecie.

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pyt. 28

Dot. SIWZ pkt.IV.1.2.c.1

Wnioskujemy o informację czy wymóg posiadania wiedzy i doświadczenia w postaci co najmniej 10 okresowych przeglądów technicznych oznacza wykonanie co najmniej 10 przeglądów pojedynczych urządzeń czy realizację co najmniej 10 Umów/zleceń na przeglądy urządzeń odpowiadających rodzajem przedmiotowi zamówienia?

Odp. Zamawiający wymaga wykonanie co najmniej 10 przeglądów pojedynczych urządzeń.

Pyt. 29

Dot. SIWZ – pakiet 12 /diatermia Erbe/

Wnioskujemy o potwierdzenie, że Wykonawca dla pakietu nr 12 zobowiązany jest posiadać określoną przez producenta zdolność techniczną (narzędzia, oprogramowanie i kody serwisowe) i zawodową (doświadczenie i stosowne szkolenia) do realizacji zapisów Umowy tj. przeprowadzania przeglądów, napraw i kalibracji diatermii Erbe.

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pyt. 30

Zwracamy się z prośbą o objęcie pakietu nr 41 (Zoll, Smiths, Welch Allyn – teraz Hill Rom) bezwzględnym wymogiem posiadania 1 osoby posiadającej przeszkolenie z zakresu serwisowania/przeglądów aparatury wystawione przez producenta lub podmiot przez niego upoważniony. Prośbę swą motywujemy zaleceniem producenta urządzeń Zoll, Smiths, Welch Allyn do wykonywania przeglądów i napraw jedynie przez profesjonalnie przeszkolony personel. Dodać pragniemy, że defibrylatory, respiratory to sprzęt ratujący życie pacjenta, więc usługi winny być wykonywane przez fachowy zespół gwarantujący najwyższą jakość usług.



Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pyt. 31

Zwracamy się z prośbą o objęcie pakietu nr 41 (Zoll, Smiths, Welch Allyn – teraz Hill Rom) wymogiem posiadania autoryzacji producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela w zakresie wykonywania przeglądów urządzeń zawartych? Prośbę swa motywujemy zaleceniem producenta urządzeń Zoll, Smiths, Welch Allyn do wykonywania przeglądów przez przeszkolony personel. Jako autoryzowany serwis producenta Zoll, Smiths, Welch Allyn dysponujemy personelem przeszkolonym i doświadczonym w pracy ze wskazanymi urządzeniami, dzięki czemu gwarantujemy najwyższą jakość przeprowadzonych usług.

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pyt. 32

Prosimy o podanie jakie są wymagane terminy przeglądów urządzeń zawartych w pakiecie 41. Informacja ta niezbędna jest do właściwego obliczenia kosztu dojazdu, niezbędnego do przygotowania kalkulacji realizacji zadania.

Odp. Termin ostatniego wykonania przeglądu jest podany w załączniku nr 2.

Pyt. 33

Czy Zamawiający wymaga, wliczenia kosztów akcesoriów (np. akumulatorów, baterii, kabli) do cen przeglądów, czy też wymiana akcesorium odbywać się będzie na podstawie odrębnych zamówień, wysyłanych przez Zamawiającego?

Odp. Zamawiający nie wymaga wliczania kosztów akcesoriów?

Pyt. 34

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na naprawę urządzenia w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy? Prośbę motywujemy faktem, że dostawa części zamiennych od producenta zagranicznego potrwa więcej niż 7 dni roboczych (ok. 30 dni roboczych), przez co niemożliwa będzie realizacja naprawy w proponowanym przez Państwa terminie.

Odp. Odp. w pyt. 19.

Pyt. 35

W związku z zaostrzającą się sytuacją epidemiczną w kraju, działając w obliczu siły wyższej, w poczuciu współodpowiedzialności za ograniczanie rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz stawiając bezpieczeństwo naszych pracowników, jak i Państwa personelu, na pierwszym miejscu, zwracamy się z zapytaniem, jakie środki ostrożności może zagwarantować Zamawiający serwisantom przyjeżdżającym wykonywać przeglądy okresowe sprzętu?

Odp. Zamawiający wymaga, aby w związku z trwającą epidemią COVID-19 serwisant posiadał ze sobą środki ochrony osobistej.

Pyt. 36

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 2 pozycję 1 (Platforma Auto Pulse) oraz z pakietu nr 4 pozycję 1 (Defibrylator M-Series) i utworzenie z nich oddzielnego pakietu? Jako autoryzowany serwis dysponujemy personelem przeszkolonym i doświadczonym w pracy ze wskazanymi urządzeniami, dzięki czemu gwarantujemy najwyższą jakość przeprowadzonych usług.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 6:

Włocławek

Odp. Zamawiający nie wydziela w/w pozycji do odrębnego Pakietu.

Pyt. 37

Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy posiadania autoryzacji producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela w zakresie wykonywania przeglądów urządzeń albo posiadania 1 osoby posiadającej przeszkolenie z zakresu serwisowania/przeglądów aparatury wystawione przez producenta lub podmiot przez niego upoważniony? Prośbę swa motywujemy zaleceniem producenta urządzeń do wykonywania przeglądów przez przeszkolony personel. Jako autoryzowany serwis dysponujemy personelem przeszkolonym i doświadczonym w pracy ze wskazanymi urządzeniami, dzięki czemu gwarantujemy najwyższą jakość przeprowadzonych usług.

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pyt. 38

Prosimy o podanie jakie są wymagane terminy przeglądów urządzeń. Informacja ta niezbędna jest do właściwego obliczenia kosztu dojazdu, niezbędnego do przygotowania kalkulacji realizacji zadania.

Odp. Termin ostatniego wykonania przeglądu jest podany w załączniku nr 2. Kolejny przegląd powinien być wykonany w terminie 14 dni przed upływem terminu ostatniego przeglądu.

Pyt. 39

Czy w Pakiecie 29. w pozycji 3. Zamawiający ma na myśli stół okulistyczny Brumaba Genius STA SN1087(producent Brumaba)?

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pyt. 40

Czy w przypadku Pakietu 29. wykonanie napraw bez wykorzystania części zamiennych ma być poprzedzone wcześniejszym przedstawieniem kosztorysu do akceptacji, czy ich wartość ma być z góry estymowana i doliczana do kwoty przeglądu niezależnie czy przez czas trwania umowy wystąpi konieczność przeprowadzenia tego typu naprawy?

Odp. Wykonanie naprawy musi być wcześniej przedstawione kosztorysem do akceptacji przez Zamawiającego.

Pyt. 41

Czy Zamawiający w Pakiecie 29. we wzorze umowy w § 2 w ustępie 8 dopuszcza czas wykonania naprawy do 30 dni roboczych od momentu zatwierdzenia wstępnego kosztorysu ze względu na import części zamiennych?


Odp. Odp. w pyt. 19.

Pyt. 42

Czy w Pakiecie 29. we wzorze umowy w § 2 w ustępie 12 Zamawiający dopuszcza min. 3 miesiące gwarancji?

Odp. zamawiający nie dopuszcza.

Z poważaniem:



Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
dr n. med. Wojciech Kucejko

Specjalista Chorób Wewnętrznych
i Chorób Płuc

Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
Ul. Sadowa 9
06-300 Przasnysz

Wykonawca:

.....

.....

e-mail:

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

***Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO***

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie okresowych przeglądów technicznych przeglądów i napraw sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Przasnyszu” (nazwa postępowania), prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

.....
(data, podpis i pieczętka uprawnionego przedstawiciela firmy Wykonawcy)

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca składa oświadczenie z adnotacją „nie dotyczy