



Znak: AE/ZP-27-26/20

Tarnów, 2020-05-18

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 214.000 EURO na dostawy fartuchów i ubrań chirurgicznych wielokrotnego użytku oraz obuwia na sale operacyjne dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Zwracamy się z prośbą o poprawienie omyłki pisarskiej poprzez dokonanie zmiany wymaganego w Pakiecie Nr 2 rozmiaru obuwia z 46/46 na 45/46.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2.** Czy Zamawiający w Pakiecie 1 Pozycja 2 dopuści tkaninę o zawartości bawełny 69% poliestru 30 % i włókna węglowego 1%?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający w Pakiecie 1 Pozycja 1 dla pola krytycznego dopuści tkaninę o gramaturze 130 g/m²?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający w Pakiecie 1 Pozycja 1 dla obszaru poza polem krytycznym dopuści tkaninę z bawełniano poliestrową z włóknem węglowym?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający w Pakiecie 1 Pozycja 1 dla obszaru poza polem krytycznym dopuści tkaninę z bawełniano poliestrową niepyłącą zgodnie z normą PN-EN 13795 o gramaturze 155 g/m²?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** również obuwia w rozmiarze 45/46 zamiast rozmiaru 46/46.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 2** ubrań chirurgicznych wykonanych z tkaniny o zawartości bawełny 69% poliestru 30 % i włókna węglowego 1% , pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** fartuchów chirurgicznych wykonanych na obszarze krytycznym z tkaniny o gramaturze 130 g/m² i podtrzymuje wymagania w tym zakresie określone w pkt 3 Załącznika Nr 5 do SIWZ.

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** fartuchów chirurgicznych wykonanych poza polem krytycznym z tkaniny bawełniano poliestrowej z włóknem węglowym, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** fartuchów chirurgicznych wykonanych poza polem krytycznym z tkaniny z bawełniano poliestrowej niepyłającej zgodnej z normą PN-EN 13795-1:2019 o gramaturze 155 g/m², pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nisek

