



Nr sprawy: **44/PNE/SW/2023**

Sosnowiec, dnia 29.08.2023r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Pn.: „**Dostawa sprzętu jednorazowego użytku**”

W związku z udzielonymi odpowiedziami, prosimy o uwzględnienie w Załączniku nr 3 – Formularzu asortymentowo – cenowym, wszelkich dopuszczeń Zamawiającego w danych częściach oraz pozycjach, poprzez wpisanie którego zestawu i pytania dopuszczenie dotyczy.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu zgodnie z art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

ZESTAW NR 1

Pytanie nr 1

Dotyczy Części nr 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczotek o długości 1200 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe

Pytanie nr 2

Dotyczy Części nr 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczotek o długości 1200 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe

ZESTAW NR 2

Pytanie nr 1

Dotyczy Części nr 6

Czy Zamawiający dopuści szczotkę o długości całkowitej 1200 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe

Pytanie nr 2

Dotyczy Części nr 9

Czy Zamawiający dopuści szczotkę cytologiczną o długości roboczej 1200 mm?



Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe

ZESTAW NR 3

Pytanie nr 1

Dotyczy Części nr 8

Czy zamawiający dopuści Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem, łyżeczki owalne z okienkiem i igłą mocującą: łyżeczki z możliwością wykonania biopsji stycznych, osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów, dł narzędzia 1200mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1,8 mm, minimalna śr kanału roboczego 2,0 mm, w opakowaniu 10szt oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec, sterylizowane metodą ETO.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale wyraża zgodę na zaoferowanie opisanego produktu.

Zamawiający wyraża zgodę by oferowany produkt – szczypce, był pakowany po 10 szt. oddzielnie w sterylne pakiety z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę do pełnych opakowań.

ZESTAW NR 4

Pytanie nr 1

Dotyczy zapisów SWZ rozdział X pkt. 1 podpunkt 1c)

Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w zapisach rozdział X pkt. 1 podpunkt 1c), Wykonawca zgodnie z wymaganiami w punkcie 1a) składa już oświadczenie, że posiada wymagane dokumenty?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zapisy w SWZ w rozdziale X dotyczą Przedmiotowych środków dowodowych składanych wraz z ofertą. Nie złożenie wraz z ofertą dokumentów wymienionych w rozdziale X pkt. 1c tj. Certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności zaoferowanych produktów skutkuje wezwaniem Wykonawcy do złożenia w wyznaczonym terminie przedmiotowych środków dowodowych.

Pytanie nr 2

Dotyczy wzoru umowy Par.8 ust. 1 pkt 1)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości podanej kary do 0,5%?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 3

Dotyczy wzoru umowy Par.8 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, których mogą dochodzić strony do 20% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 5 ust. 3 powyżej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 4

Dotyczące zapisów SWZ rozdział X pkt. 1 podpunkt 1c)



Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca nie załączał do oferty dokumentów o których mowa w SWZ rozdział X pkt. 1 podpunkt 1c) (certyfikaty, deklaracje), Wykonawca zgodnie z wymaganiami w punkcie 1a) składa już oświadczenie, że posiada wymagane dokumenty.

Wykonawca zobowiązuje się na każdym etapie postępowania do przedstawienia dokumentów niezwłocznie na wezwanie Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe

ZESTAW NR 5

Pytanie nr 1

Dotyczy Części 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szczotki czyszczącej dwustronnej jednorazowego użytku do bronchofiberoskopu o długości roboczej 1200mm, średnicy włosia szczotek 3mm, średnicy cewnika 1,5mm.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe

Pytanie nr 2

Dotyczy Części 8

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kleszczy biopsyjnych jednorazowego użytku łyżki owalne z okienkiem, uchylne do biopsji stycznych, z podwójnym szlifem, o wymiarach śr.1,8mm/ dł. 120cm, sterylizowane EO, powlekane PE op.=10szt.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe

Zamawiający wyraża zgodę by oferowany produkt – szczypce, był pakowany po 10 szt. oddzielnie w sterylne pakiety z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę do pełnych opakowań.

p.o. Dyrektor

ds. Ekonomicznych i Zarządzania Majątkiem

Agnieszka Kozak

