



SZPITAL ŚW. ŁUKASZA
w Bolesławcu

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 6121542507
KRS: 0000024307
REGON: 000310338

T.: 75 738 00 00
E.: sekretariat@szpitalboleslawiec.pl

Forma prawna:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej

Nr w rej. ZOZ:
000000001137

Bolesławiec, 24 października 2022 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania
e-mail: platforma zakupowa

Dotyczy: zapytań do treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) na „Sukcesywne dostawy artykułów jednorazowego użytku (medycznych i niemedycznych) oraz drobnego sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu”. Znak sprawy 40/PN/2022.

Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania do treści specyfikacji warunków zamówienia. Działając zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść wniesionych pytań oraz odpowiedzi w tym zakresie.

1) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 1

Proszę o dopuszczenie igły o wymiarach 0,4 x 20 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **nie dopuszcza** igły o wymiarach 0,4 x 20 mm.

2) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 14

Proszę o dopuszczenie przyrządu z kolcem bez zmatowionej powierzchni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **nie dopuszcza** przyrządu z kolcem bez zmatowionej powierzchni.

3) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 21

Proszę o dopuszczenie strzykawki 0,45 x 13 ze skalą co 0,01 ml.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** strzykawkę 0,45 x 13 ze skalą co 0,01 ml.

4) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 22-25

Proszę o dopuszczenie strzykawek z niebieskim kontrastującym tłokiem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** strzykawki z niebieskim kontrastującym tłokiem.

5) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 22

Proszę o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** strzykawki pakowane po 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w Formularzu cenowym.

6) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 26

Proszę o dopuszczenie strzykawki ze skalą co 1 ml.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** strzykawki ze skalą co 1 ml.

7) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 30

Proszę o dopuszczenie zaworu o objętości wypełnienia 0,085 ml.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **nie dopuszcza** zaworu o objętości wypełnienia 0,085 ml.

8) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 30

Proszę o dopuszczenie zaworu o przepływie 320 ml/min.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **nie dopuszcza** zaworu o przepływie 320 ml/min.

9) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 30

Proszę o dopuszczenie zaworu o wytrzymałości na ciśnienie płynu 4 bary.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** zawór o wytrzymałości na ciśnienie płynu 4 bary.

10) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 9-10, 17, 31-33

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

11) Dotyczy Zadania nr 3, poz. 1-4

Proszę o dopuszczenie kaniuli z 6 paskami RTG.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** kaniule z 6 paskami RTG z zachowaniem pozostałych parametrów opisanych w poz. 1-4 w Formularzu cenowym- Załączniku nr 2.3 bez zmian.

12) Dotyczy Zadania nr 3, poz. 1-4

Proszę o dopuszczenie kaniuli samodomykającym się koreczkiem portu górnego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** kaniule z samodomykającym się koreczkiem portu górnego.

13) Dotyczy Zadania nr 3, poz. 1-4

Proszę o dopuszczenie kaniuli o rozmiarach:

Gauge	Kolor	Przepływ ml/min	Rozmiar mm	Długość mm
14G	Orange	270	2.10	45
16G	Grey	200	1.80	45
17G	White	140	1.50	45
18G	Green	85	1.30	32
18G	Green	85	1.30	45
20G	Pink	55	1.10	32
22G	Blue	33	0.90	25
24G	Yellow	18	0.70	19

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **nie dopuszcza** kaniuli w powyższych rozmiarach, Zamawiający wymaga kaniuli w rozmiarach wymienionych w Formularzu cenowym- Załączniku nr 2.3.

14) Dotyczy Zadania nr 3, poz. 5-9

Proszę o dopuszczenie kaniuli wykonanej z PTFE z 4 paskami RTG.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** kaniulę wykonaną z PTFE z 4 paskami RTG z zachowaniem pozostałych parametrów opisanych w poz. 5-9 w Formularzu cenowym- Załączniku nr 2.3 bez zmian.

15) Dotyczy Zadania nr 3, poz. 5-12

Proszę o dopuszczenie kaniuli o rozmiarach:

Kod koloru	Rozmiar (GAUGE)	Rozmiar w mm	Przepływ
Pomarańczowy	14 G	2,2 x 45	343 ml/min
Szary	16 G	1,7 x 45	196 ml/min
Biały	17 G	1,5 x 45	128 ml/min
Zielony	18 G	1,3 x 33 1,3 x 45	103 ml/min 90 ml/ min

Różowy	20 G	1,1 x 33	61 ml/min
Niebieski	22 G	0,8 x 25	31 ml/min
Żółta	24 G	0,7 x 19	18 ml/min
Fioletowa	26 G	0,6 x 19	10 ml/min

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **nie dopuszcza** kaniuli w powyższych rozmiarach, Zamawiający wymaga kaniuli w rozmiarach wymienionych w Formularzu cenowym- Załączniku nr 2.3.

16) Dotyczy Zadania nr 3, poz. 5-12

Proszę o dopuszczenie kaniuli o rozmiarach:

Kod koloru	Rozmiar (GAUGE)	Rozmiar w mm	Przepływ
Pomarańczowy	14 G	2,05 x 45	270 ml/min
Szary	16 G	1,7 x 45	180 ml/min
Biały	17 G	1,4 x 45	126 ml/min
Zielony	18 G	1,2 x 45 1,2 x 32	80 ml/min 80 ml/min
Różowy	20 G	1,0 x 32	54 ml/min
Niebieski	22 G	0,9 x 25	36 ml/min
Żółty	24 G	0,7 x 19	22 ml/min
Fioletowy	26 G	0,6 x 19	10 ml/min

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **nie dopuszcza** kaniuli w powyższych rozmiarach, Zamawiający wymaga kaniuli w rozmiarach wymienionych w Formularzu cenowym- Załączniku nr 2.3.

17) Dotyczy Zadania nr 3, poz. 5-12

Proszę o dopuszczenie kaniuli o rozmiarach:

Kod koloru	Rozmiar (GAUGE)	Rozmiar w mm	Przepływ
Pomarańczowy	14 G	2,1 x 45	305 ml/min
Szary	16 G	1,7 x 45	200 ml/min
Biały	17 G	1,5 x 45	142 ml/min
Zielony	18 G	1,3 x 45	95 m/min
Różowy	20 G	1,1 x 32	65 ml/min
Niebieski	22 G	0,9 x 25	36 ml/min
Żółty	24 G	0,7 x 19	23 ml/min
Fioletowy	26 G	0,6 x 19	17 ml/min

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **nie dopuszcza** kaniuli w powyższych rozmiarach, Zamawiający wymaga kaniuli w rozmiarach wymienionych w Formularzu cenowym- Załączniku nr 2.3.

18) Dotyczy Zadania nr 3, poz. 10-12

Proszę o dopuszczenie kaniuli wykonanej z PTFE z 4 paskami RTG.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** kaniulę wykonaną z PTFE z 4 paskami RTG z zachowaniem pozostałych parametrów opisanych w poz. 10-12 w Formularzu cenowym- Załączniku nr 2.3 bez zmian.

19) Dotyczy Zadania nr 3, poz. 10-12

Proszę o dopuszczenie kaniuli wykonanej z FEP z 2 paskami RTG.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **nie dopuszcza** kaniuli wykonanej z FEP z 2 paskami RTG

20) Dotyczy Zadania nr 3, poz. 10-12

Proszę o dopuszczenie kaniuli z portem górnym, bez dodatkowego zdejmowanego uchwytu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **nie dopuszcza** kaniuli z portem górnym bez dodatkowego zdejmowanego uchwytu.

21) Dotyczy Zadania nr 3, poz. 10-14

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **nie wyraża zgody** na wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu.

22) Dotyczy Zadania nr 10, poz. 1

Proszę o dopuszczenie czepek o średnicy 50 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** czepek o średnicy 50 cm z zachowaniem pozostałych parametrów opisanych w poz. 1 w Formularzu cenowym- Załączniku nr 2.10 bez zmian.

23) Dotyczy Zadania nr 20, poz. 1-2

Proszę o dopuszczenie czepek pakowanego po 100 sztuk w folię.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **nie dopuszcza** czepek pakowanego po 100 sztuk w folię.

24) Dotyczy Zadania nr 20, poz. 1-2

Proszę o dopuszczenie czepek tylko w kolorze niebieskim.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **nie dopuszcza** czepka tylko w kolorze niebieskim, Zamawiający wymaga czepka o parametrach opisanych w Formularzu cenowym- Załączniku nr 2.20.

25) Dotyczy Zadania nr 20, poz. 4

Proszę o dopuszczenie fartucha o długości min. 120 cm oraz szerokości min. 140 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** fartuch o długości min. 120 cm oraz szerokości min. 140 cm.

26) Dotyczy Zadania nr 20, poz. 5

Proszę o dopuszczenie spodenek o gramaturze 35 g/m².

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **nie dopuszcza** spodenek o gramaturze 35 g/m².

27) Dotyczy Zadania nr 20, poz. 6-7

Proszę o dopuszczenie koszuli SMMS o gramaturze 35 g/m².

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **nie dopuszcza** koszuli SMMS o gramaturze 35 g/m².

28) Dotyczy Zadania nr 20, poz. 6-7

Proszę o dopuszczenie koszuli z rozcięciem z tyłu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** koszule z rozcięciem z tyłu z zachowaniem pozostałych parametrów opisanych w poz. 6-7 w Formularzu cenowym- Załączniku nr 2.20 bez zmian.

29) Dotyczy Zadania nr 20, poz. 8

Proszę o dopuszczenie maski wykonanej z trzech warstw włókniny (odporna na przesiąkanie), 25 g/m² +25 g/m² +25 g/m², pełnobarierowa, skuteczność filtracji bakterii: BFE >98% zgodnie z EN 14683 (TYPE II) ciśnienie różnicowe Pa/cm² < 40 Pa/cm²

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** maski o ww. parametrach z zachowaniem pozostałych parametrów opisanych w poz. 8 w Formularzu cenowym- Załączniku nr 2.20 bez zmian.

30) Dotyczy Zadania nr 20, poz. 9

Proszę o dopuszczenie ochraniaczy w rozmiarze 41x16cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** ochraniaczy w rozmiarze 41x16cm z zachowaniem pozostałych parametrów opisanych w poz. 9 w Formularzu cenowym- Załączniku nr 2.20 bez zmian.

31) Dotyczy Zadania nr 20, poz. 9

Proszę o dopuszczenie ochraniaczy wykonanych z folii o grubości 70 mikronów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **nie dopuszcza** ochraniaczy wykonanych z folii o grubości 70 mikronów.

32) Dotyczy Zadania nr 20, poz. 9

Proszę o dopuszczenie ochraniaczy w rozmiarze 38 x 45 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **nie dopuszcza** ochraniaczy w rozmiarze 38 x 45 cm.