

Kraków, dn. 16.10.2023 r.

dot. przetargu ZP-31/23
Wykonanie robót budowlanych w formule Zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z wyposażeniem medycznym oraz uwzględnieniem wymagań dla pacjentów z COVID-19” dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie

W związku z zapytaniami o wyjaśnienie treści SWZ, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwaną dalej ustawą PZP, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie udziela odpowiedzi na następujące pytania:

PYTANIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SWZ (Opisu Przedmiotu Zamówienia)

Pytanie nr 1

Dot. pliku „Za1 nr 2e sprzęt medyczny - kolumny mosty anest – edytowalny” tj. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU - dot. zapisu lp. 5 i 6 tabeli

Z uwagi, iż Jednostki Zaopatrzenia Medycznego (tj. kolumny, panele) są montowane na stałe, czy Zamawiający, w przypadku zgłoszonych usterek, wad, awarii i wykonania napraw, zrezygnuje z warunku dostarczenia na czas naprawy sprzętu zastępczego?

Odp.: Zamawiający rezygnuje z warunku dostarczenia na czas naprawy sprzętu zastępczego.