



Znak: AE/ZP-27-43/23

Tarnów, 2023-07-12

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 215.000EURO) na dostawę: łóżek szpitalnych i opieki długoterminowej, szafek przyłóżkowych, wózków do przewożenia chorych.

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy pkt 5 Załącznika Nr 4.2 dla Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 225 cm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 1 cm?
2. **Dotyczy pkt 9 Załącznika Nr 4.2 dla Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści łóżko o bezpiecznym obciążeniu 175 kg, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?
3. **Dotyczy pkt 12 Załącznika Nr 4.2 dla Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie 0-38°, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 2°?
4. **Dotyczy pkt 12 Załącznika Nr 4.2 dla Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści łóżko bez funkcji Trendelenburga, ale z funkcją anty-Trendelenburga?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:
1/w Załączniku Nr 4.2 do SWZ w pozycji „Wymagania dla łóżek szpitalnych” oferowanych w Pakiecie Nr 2 poz. 1” w pkt.5 w kolumnie „Wymagane parametry przedmiotu zamówienia”

zapis o treści:

„Wymiary zewnętrzne łóżka: długość - 2100-2240 mm, szerokość (wraz z zamontowanymi barierkami) 970-1050 mm“

zmienia na zapis o treści:

„Wymiary zewnętrzne łóżka: długość - 2100-2250 mm, szerokość (wraz z zamontowanymi barierkami) 970-1050 mm“

Ad. 2 Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:
1/w Załączniku Nr 4.2 do SWZ w pozycji „Wymagania dla łóżek szpitalnych” oferowanych w Pakiecie Nr 2 poz. 1” w pkt. 9 w kolumnie „Wymagane parametry przedmiotu zamówienia”

zapis o treści:

„Bezpieczne obciążenie łóżka - minimum 180 kg, tj. obciążenie przy którym działają wszystkie funkcje łóżka, w tym przy użyciu pilota“

zmienia na zapis o treści:

„Bezpieczne obciążenie łóżka - minimum 175 kg, tj. obciążenie przy którym działają wszystkie funkcje łóżka, w tym przy użyciu pilota“

Ad. 3 i 4 Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:
1/w Załączniku Nr 4.2 do SWZ w pozycji „Wymagania dla łóżek szpitalnych” oferowanych w Pakiecie Nr 2 poz. 1” w pkt. 12 w kolumnie „Wymagane parametry przedmiotu zamówienia”

zapis o treści:

„Elektryczna regulacja:

- segmentu oparcia pleców - kąt uniesienia oparcia pleców minimum w zakresie 0-70°
- segmentu oparcia uda minimum w zakresie 0-40°
- kąta przechyłu Trendelenburga minimum w zakresie 0-12°
- kąta przechyłu anty-Trendelenburga minimum w zakresie 0-12° “



zmienia na zapis o treści:

„Elektryczna regulacja:

- segmentu oparcia pleców - kąt uniesienia oparcia pleców minimum w zakresie 0-70°
- segmentu oparcia uda minimum w zakresie 0-38°
- kąta przechyłu anty-Trendelenburga minimum w zakresie 0-12° ”

W związku z odpowiedzią udzieloną w Ad.1 - Ad.4 działając na podstawie art. 137 ust. 1,4,6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z póź. zm.), Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- **składanie ofert do dnia 28.07.2023r. godz. 09:00,**
- **otwarcie ofert w dniu 28.07.2023r. godz. 10:00,**

W związku z przedłużonym terminem składania ofert Wykonawca jest związany ofertą do dnia 25.10.2023r.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w punkcie 17.1., 18.1., 19.1., Załączniku Nr 4.2 oraz zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Załącznik Nr 4.2 do SWZ po zmianie treści SWZ.

Otrzymują:
Platforma Zamawiającego
a/a

Zastępca Dyrektora
mgr Danuta Nosek

