



Znak: AE/ZP-27-54/20

Tarnów, 2020-09-08

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214.000 EURO na dostawę pomp infuzyjnych jednostrzykawkowych 20 sztuk, pomp infuzyjnych dwustrzykawkowych 10 sztuk oraz pomp infuzyjnych perystaltycznych 5 sztuk.**

W związku z zapytaniami Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz. II pkt 61** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę dwustrzykawkową bez możliwości zaprogramowania nazwy oddziału ?
2. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz. II pkt 62** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę dwustrzykawkową z możliwością programowania progów ciśnienia okluzji przez użytkownika - 5 poziomów ciśnienia w szerokim zakresie infuzji od 50 do 900 mmHg ?
3. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz. III pkt 82** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę przepływową z czasem pracy na akumulatorach min 9h przy przepływie 25 ml/h ?
4. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz. III pkt 87** - Czy Zamawiający wymaga przy zamówieniu detektora kropli do każdej pompy (5 szt.) ?
5. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz. I pkt 5** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania wysokiej jakości pompę strzykawkową posiadającą bardzo czytelną i intuicyjną klawiaturę symboliczną?
6. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz. I pkt 17** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania pompę strzykawkową z szybkością dozowania w zakresie 0,1-1200ml/h?
7. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz. I pkt 29** - Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę strzykawkową zawierającą 19 możliwych do skonfigurowania profili użytkownika pozwalających na wybranie konkretnej konfiguracji pompy i biblioteki leków . Biblioteka leków zawiera 150 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, limity miękkie i twarde, stężenia itp.) Bez możliwości dopisywania nazw leków przez użytkownika?
8. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz. I pkt 30** - Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę strzykawkową z możliwością zapamiętania do 1500 zdarzeń zapisywanych w dzienniku danych w czasie rzeczywistym?
9. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz. II pkt 38** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy infuzyjnej jednostrzykawkowej z możliwością połączenia w sposób uniemożliwiający przypadkowe rozłączenie , posiadający dwa niezależne programowane tory infuzyjne ?
10. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz. II pkt 40** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania wysokiej jakości pompę strzykawkową posiadającą bardzo czytelną i intuicyjną klawiaturę symboliczną?
11. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz. II pkt 55-** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania pompę strzykawkową z szybkością dozowania w zakresie 0,1-1200ml/h?
12. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz. II pkt 73** - Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę strzykawkową zawierającą 19 możliwych do skonfigurowania profili użytkownika pozwalających na wybranie konkretnej konfiguracji pompy i biblioteki leków . Biblioteka leków zawiera 150 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, limity miękkie i twarde, stężenia itp.) Bez możliwości dopisywania nazw leków przez użytkownika?
13. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz. II pkt 74** - Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę strzykawkową z możliwością zapamiętania do 1500 zdarzeń zapisywanych w dzienniku danych w czasie rzeczywistym?



14. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz. III pkt 77** - Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę objętościową posiadającą bardzo czytelną i intuicyjną klawiaturę symboliczną?
15. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz. III pkt 82** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy objętościowej z czasem pracy akumulatora pow. 8 h przy 25 ml/h ?
16. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz. III pkt 87** - Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę objętościową, w której detektor kropli jest dodatkowym elementem wyposażenia? Urządzenie wyposażone jest w funkcję infuzji definiowanej prędkością przepływu wyrażoną w kroplach na minutę ?
17. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz. III pkt 90** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Historii pracy dostępna z menu pompy, z możliwością zapisania do 1500 zdarzeń?
18. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz. III pkt 95** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ciśnienia okluzji od 50 mmHg-750 mmHg na 19 poziomach ?
19. **Dotyczy pkt.XVI ppkt.14 SIWZ – Ogólne warunki umowy** – Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów pkt. 14:
14. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
- 0,2 % wartości brutto opóźnionego w dostawie przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w terminie umownym, z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionego w dostawie przedmiotu umowy,
  - 5 % wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy - w przypadku dostawy niezgodnej z wymaganymi i określonymi w Załączniku do umowy parametrami technicznymi oraz uchybień w zakresie jakości,
  - 10 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
  - 0,2 % wartości wadliwego przedmiotu umowy brutto za każdy dzień zwłoki w:
    - dokonaniu naprawy oraz usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji/ rękojmi,
    - dostarczeniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu o tożsamych parametrach na żądanie Zamawiającego w okresie gwarancji/rękojmi,
    - demontażu i ponownym zamontowaniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięcia wady, w okresie gwarancji/rękojmi, w terminie, o którym mowa w pkt.10 lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy.
 Naliczanie kar umownych, o których mowa w pkt. b) poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie 5 dni od daty zgłoszenia.
20. **Dotyczy pkt.XVI ppkt.10 SIWZ – Ogólne warunki umowy** – W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w pkt. 10 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów „...od dnia zgłoszenia” na „...od dnia uznania reklamacji”.
21. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz.5, 40 i 77** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp z klawiaturą symboliczną, prostą, intuicyjną.
22. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz.61** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy bez funkcji programowania nazwy oddziału.
23. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz.82** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy z czasem pracy na akumulatorze 9 h przy przepływie 25ml/h.
24. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz. I pkt 5** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie klawiatury nawigacyjnej.
25. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz. I pkt 17** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwość programowania prędkości podaży minimum od 0,1 do 1800 ml/h.
26. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz. I pkt 30** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie historia infuzji i zdarzeń minimum 1000.



27. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz. II pkt 55** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwość programowania prędkości podaży od 0,1 do 1800 ml/h - osobno dla każdego toru.
28. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz. II pkt 73**- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wewnętrzna lista leków z możliwością dopisywania nazw leków na zlecenie użytkownika (minimum 20), w dowolnym czasie, nieodpłatnie przez wykwalifikowanego specjalistę, co zwiększa bezpieczeństwo i pozwala uniknąć błędów.
29. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz.II pkt 74** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie historia infuzji minimum 1000.
30. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz.III pkt 77** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie klawiatury nawigacyjnej
31. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz.III pkt 82** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czas pracy na akumulatorach minimum 6 h przy przepływie 25 ml/h
32. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz.III pkt 87** - Prosimy o zmianę wymogu stosowania detektora kropli. W nowoczesnych pompach nie ma już takiej potrzeby, gdyż czułość techniczna i detekcja pęcherzyków powietrza wynosi  $\geq 0,01$  ml, natomiast jeśli chodzi o zatrzymanie infuzji na poziomie komory kroplowej, służą do tego dreny standard SafeSet.
33. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz.III pkt 90** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rejestr zdarzeń minimum 1000.

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad.1**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.61 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” Załącznika Nr 6 do SIWZ zapis o treści:

„Możliwość zaprogramowania nazwy oddziału.”

**zmienia na zapis o treści:**

„Możliwość zaprogramowania nazwy oddziału lub brak takiej możliwości”

**Ad.2**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.62 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” Załącznika Nr 6 do SIWZ zapis o treści:

„Możliwość programowania progów ciśnienia okluzji przez użytkownika minimum 9 poziomów ciśnienia okluzji.”

**zmienia na zapis o treści:**

„Możliwość programowania progów ciśnienia okluzji przez użytkownika minimum 5 poziomów ciśnienia okluzji.”

2/ w pkt.VII.2 SIWZ zapis o treści:

„4) w ocenianym w pozycji 62 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. możliwość programowania progów ciśnienia okluzji przez użytkownika 9 poziomów ciśnienia okluzji uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VII.2 dla „t<sub>4</sub>”, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.”

**zmienia na zapis o treści:**

„4) w ocenianym w pozycji 62 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. możliwość programowania progów ciśnienia okluzji przez użytkownika 5 poziomów ciśnienia okluzji uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VII.2 dla „t<sub>4</sub>”, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.”



Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie zakresu ciśnienia okluzji od 50 do 900 mmHg.

#### **Ad.3**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.82 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” Załącznika Nr 6 do SIWZ **zapis o treści:**

„Czas pracy na akumulatorach minimum 12 h przy przepływie 25 ml/h.”

**zmienia na zapis o treści:**

„Czas pracy na akumulatorach minimum 6 h przy przepływie 25 ml/h.”

2/ w pkt.VII.2 SIWZ **zapis o treści:**

„5) w ocenianym w pozycji 82 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. czas pracy na akumulatorach 12 h przy przepływie 25 ml/h uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VII.2 dla „t<sub>5</sub>”, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.”

**zmienia na zapis o treści:**

„5) w ocenianym w pozycji 82 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. czas pracy na akumulatorach 6 h przy przepływie 25 ml/h uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VII.2 dla „t<sub>5</sub>”, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.”

#### **Ad.4**

Zamawiający informuje, iż wymaga zaoferowania detektora kropli do każdej zaoferowanej pompy (5 sztuk).

#### **Ad.5**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.5 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” Załącznika Nr 6 do SIWZ **zapis o treści:**

„Klawiatura alfanumeryczna”

**zmienia na zapis o treści:**

„Klawiatura alfanumeryczna lub symboliczna lub nawigacyjna”

#### **Ad.6**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.17 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” Załącznika Nr 6 do SIWZ **zapis o treści:**

„Możliwość programowania prędkości podaży minimum od 0,1 do 2000 ml/h”

**zmienia na zapis o treści:**

„Możliwość programowania prędkości podaży minimum od 0,1 do 1200 ml/h”

#### **Ad.7**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie pompy strzykawkowej zawierającej 19 możliwych do skonfigurowania profili użytkownika pozwalających na wybranie konkretnej konfiguracji pompy i biblioteki leków.

Zamawiający dopuści również zaoferowanie pompy strzykawkowej, w której biblioteka leków zawiera 150 pozycji, pod warunkiem zaoferowania możliwości dopisywania nazw leków na zlecenie użytkownika, w dowolnym czasie, nieodpłatnie przez wykwalifikowanego specjalistę przez cały okres eksploatacji pompy infuzyjnej.



**Ad.8**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.30 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” Załącznika Nr 6 do SIWZ zapis o treści:

„Historia infuzji i zdarzeń minimum 2000.”

**zmienia na zapis o treści:**

„Historia infuzji i zdarzeń minimum 1000.”

**Ad.9**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ zarówno w pkt.38, jak i w pkt.39 Załącznika Nr 6 do SIWZ.

**Ad.10**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.40 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” Załącznika Nr 6 do SIWZ zapis o treści:

„Klawiatura alfanumeryczna dla każdego toru.”

**zmienia na zapis o treści:**

„Klawiatura alfanumeryczna lub symboliczna lub nawigacyjna dla każdego toru.”

**Ad.11**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.55 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” Załącznika Nr 6 do SIWZ zapis o treści:

„Możliwość programowania prędkości podaży od 0,1 do 2000 ml/h - osobno dla każdego toru.”

**zmienia na zapis o treści:**

„Możliwość programowania prędkości podaży minimum od 0,1 do 1200 ml/h - osobno dla każdego toru.”

**Ad.12**

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dopuści również zaoferowanie pompy strzykawkowej zawierającej 19 możliwych do skonfigurowania profili użytkownika pozwalających na wybranie konkretnej konfiguracji pompy i biblioteki leków, w której biblioteka leków zawiera 150 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, limity miękkie i twarde, stężenia itp.) Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie pompy strzykawkowej zawierającej 19 możliwych do skonfigurowania profili użytkownika pozwalających na wybranie konkretnej konfiguracji pompy i biblioteki leków.

Zamawiający dopuści również zaoferowanie pompy strzykawkowej, w której biblioteka leków zawiera 150 pozycji, pod warunkiem zaoferowania możliwości dopisywania nazw leków na zlecenie użytkownika, w dowolnym czasie, nieodpłatnie przez wykwalifikowanego specjalistę przez cały okres eksploatacji pompy infuzyjnej.

**Ad.13**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.74 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” Załącznika Nr 6 do SIWZ zapis o treści:

„Historia infuzji minimum 2000”

**zmienia na zapis o treści:**

„Historia infuzji minimum 1000.”

**Ad.14**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:



1/ w pkt.77 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” Załącznika Nr 6 do SIWZ  
**zapis o treści:**

„Klawiatura alfanumeryczna”

**zmienia na zapis o treści:**

„Klawiatura alfanumeryczna lub symboliczna lub nawigacyjna.”

**Ad.15**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.82 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” Załącznika Nr 6 do SIWZ  
**zapis o treści:**

„Czas pracy na akumulatorach minimum 12 h przy przepływie 25 ml/h.”

**zmienia na zapis o treści:**

„Czas pracy na akumulatorach minimum 6 h przy przepływie 25 ml/h.”

2/ w pkt.VII.2 SIWZ **zapis o treści:**

„5) w ocenianym w pozycji 82 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. czas pracy na akumulatorach 12 h przy przepływie 25 ml/h uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VII.2 dla „t<sub>s</sub>”, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.”

**zmienia na zapis o treści:**

„5) w ocenianym w pozycji 82 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. czas pracy na akumulatorach 6 h przy przepływie 25 ml/h uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VII.2 dla „t<sub>s</sub>”, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.”

**Ad.16**

Zamawiający dopuści również zaoferowanie pompy przepływowej (perystaltycznej), w której detektor kropli jest dodatkowym elementem wyposażenia, a pompa wyposażona jest w funkcję infuzji definiowanej prędkością przepływu wyrażoną w kroplach na minutę. Zamawiający informuje, iż wymaga zaoferowania detektora kropli do każdej zaoferowanej pompy (5 sztuk).

**Ad.17**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.90 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” Załącznika Nr 6 do SIWZ  
**zapis o treści:**

„Rejestr zdarzeń minimum 2000”

**zmienia na zapis o treści:**

„Rejestr zdarzeń minimum 1000.”

**Ad.18**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ zarówno w pkt.94, jak i w pkt.95 Załącznika Nr 6 do SIWZ.

**Ad.19**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.XVI ppkt.14 SIWZ – Ogólne warunki umowy **zapis o treści:**

„14. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- a) 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w terminie umownym, z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
- b) 5 % wartości brutto przedmiotu umowy - w przypadku dostawy niezgodnej z wymaganiami i określonymi w Załączniku do umowy parametrami technicznymi oraz uchybień w zakresie jakości,



- c) 10 % wartości umowy brutto z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
- d) 0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w:
- dokonaniu naprawy oraz usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi,
  - dostarczeniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu o tożsamy parametrach na żądanie Zamawiającego w okresie gwarancji/rękojmi,
  - demontażu i ponownym zamontowaniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięcia wady, w okresie gwarancji/rękojmi,
- w terminie, o którym mowa w pkt.10 lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego..  
Naliczanie kar umownych, o których mowa w pkt. b) poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie 5 dni od daty zgłoszenia.”

**zmienia na zapis o treści:**

„14. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- a) 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w terminie umownym, z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
- b) 5 % wartości brutto przedmiotu umowy - w przypadku dostawy niezgodnej z wymaganymi i określonymi w Załączniku do umowy parametrami technicznymi oraz uchybień w zakresie jakości,
- c) 10 % wartości umowy brutto z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
- d) 0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w:
- dokonaniu naprawy oraz usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi,
  - dostarczeniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu o tożsamy parametrach na żądanie Zamawiającego w okresie gwarancji/rękojmi,
  - demontażu i ponownym zamontowaniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięcia wady, w okresie gwarancji/rękojmi,
- w terminie, o którym mowa w pkt.10 lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego..  
Naliczanie kar umownych, o których mowa w pkt. b) poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie 5 dni od daty zgłoszenia.  
Maksymalna wysokość kar umownych, jaką Zamawiający może naliczyć Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy wynosi 20% wartości umowy brutto.”

**Ad.20**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.XVI SIWZ – „Ogólne warunki umowy”.

**Ad.21**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.5 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” Załącznika Nr 6 do SIWZ

**zapis o treści:**

„Klawiatura alfanumeryczna”

**zmienia na zapis o treści:**

„Klawiatura alfanumeryczna lub symboliczna lub nawigacyjna”

2/ w pkt.40 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” Załącznika Nr 6 do SIWZ

**zapis o treści:**

„Klawiatura alfanumeryczna dla każdego toru.”

**zmienia na zapis o treści:**

„Klawiatura alfanumeryczna lub symboliczna lub nawigacyjna dla każdego toru.”

3/ w pkt.77 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” Załącznika Nr 6 do SIWZ

**zapis o treści:**

„Klawiatura alfanumeryczna”

**zmienia na zapis o treści:**



„Klawiatura alfanumeryczna lub symboliczna lub nawigacyjna.”

**Ad.22**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.61 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” Załącznika Nr 6 do SIWZ zapis o treści:

„Możliwość zaprogramowania nazwy oddziału.”

**zmienia na zapis o treści:**

„Możliwość zaprogramowania nazwy oddziału lub brak takiej możliwości”

**Ad.23**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.82 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” Załącznika Nr 6 do SIWZ zapis o treści:

„Czas pracy na akumulatorach minimum 12 h przy przepływie 25 ml/h.”

**zmienia na zapis o treści:**

„Czas pracy na akumulatorach minimum 6 h przy przepływie 25 ml/h.”

2/ w pkt.VII.2 SIWZ zapis o treści:

„5) w ocenianym w pozycji 82 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. czas pracy na akumulatorach 12 h przy przepływie 25 ml/h uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VII.2 dla „t<sub>5</sub>”, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.”

**zmienia na zapis o treści:**

„5) w ocenianym w pozycji 82 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. czas pracy na akumulatorach 6 h przy przepływie 25 ml/h uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VII.2 dla „t<sub>5</sub>”, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.”

**Ad.24**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.5 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” Załącznika Nr 6 do SIWZ zapis o treści:

„Klawiatura alfanumeryczna”

**zmienia na zapis o treści:**

„Klawiatura alfanumeryczna lub symboliczna lub nawigacyjna”

**Ad.25**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.17 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” Załącznika Nr 6 do SIWZ zapis o treści:

„Możliwość programowania prędkości podaży minimum od 0,1 do 2000 ml/h”

**zmienia na zapis o treści:**

„Możliwość programowania prędkości podaży minimum od 0,1 do 1200 ml/h”

**Ad.26**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:





1/ w pkt.30 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” Załącznika Nr 6 do SIWZ  
**zapis o treści:**

„Historia infuzji i zdarzeń minimum 2000.”

**zmienia na zapis o treści:**

„Historia infuzji i zdarzeń minimum 1000.”

**Ad.27**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.55 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” Załącznika Nr 6 do SIWZ  
**zapis o treści:**

„Możliwość programowania prędkości podaży od 0,1 do 2000 ml/h - osobno dla każdego toru.”

**zmienia na zapis o treści:**

„Możliwość programowania prędkości podaży minimum od 0,1 do 1200 ml/h - osobno dla każdego toru.”

**Ad.28**

Zamawiający dopuści również zaoferowanie wewnętrznej listy leków z możliwością dopisywania nazw leków na zlecenie użytkownika (minimum 20), w dowolnym czasie, nieodpłatnie przez wykwalifikowanego specjalistę przez cały okres eksploatacji pompy infuzyjnej.

**Ad.29**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.74 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” Załącznika Nr 6 do SIWZ  
**zapis o treści:**

„Historia infuzji minimum 2000”

**zmienia na zapis o treści:**

„Historia infuzji minimum 1000.”

**Ad.30**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.77 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” Załącznika Nr 6 do SIWZ  
**zapis o treści:**

„Klawiatura alfanumeryczna”

**zmienia na zapis o treści:**

„Klawiatura alfanumeryczna lub symboliczna lub nawigacyjna.”

**Ad.31**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.82 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” Załącznika Nr 6 do SIWZ  
**zapis o treści:**

„Czas pracy na akumulatorach minimum 12 h przy przepływie 25 ml/h.”

**zmienia na zapis o treści:**

„Czas pracy na akumulatorach minimum 6 h przy przepływie 25 ml/h.”

2/ w pkt.VII.2 SIWZ **zapis o treści:**

„5) w ocenianym w pozycji 82 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. czas pracy na akumulatorach 12 h przy przepływie 25 ml/h uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VII.2 dla „t<sub>s</sub>”, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.”

**zmienia na zapis o treści:**

„5) w ocenianym w pozycji 82 Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego



graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. czas pracy na akumulatorach 6 h przy przepływie 25 ml/h uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.VII.2 dla „ts”, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.”

**Ad.32**

Zamawiający dopuści również zaoferowanie nowoczesnego rozwiązania technicznego, które nie wymaga detektora kropli, ale zatrzymuje infuzję na poziomie komory kroplowej za pomocą drenów standard SafeSet i zapewnia bezpieczeństwo pacjenta podczas infuzji.

**Ad.33**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.90 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” Załącznika Nr 6 do SIWZ zapis o treści:

„Rejestr zdarzeń minimum 2000”

**zmienia na zapis o treści:**

„Rejestr zdarzeń minimum 1000.”

W związku z odpowiedziami udzielonymi w Ad.1, Ad.2, Ad.3, Ad.5, Ad.6, Ad.8, Ad.10, Ad.11, Ad.13, Ad.14, Ad.15, Ad.17, Ad.19, Ad.21, Ad.22, Ad.23, Ad.24, Ad.25, Ad.26, Ad.27, Ad.29, Ad.30, Ad.31 i Ad.33 oraz wyżej dokonaną zmianą treści SIWZ, działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a oraz art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- składanie ofert do dnia 24.09.2020r. godz. 10:00

- otwarcie ofert w dniu 24.09.2020r. godz. 11:00

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie VI, VII.2, XI.1, XII.1, Załączniku Nr 6 oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Załącznik Nr 6 do SIWZ po dokonanej zmianie treści SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Platforma Zamawiającego
3. a/a

Zastępca Dyrektora  
*mgr Danuta Nosek*

