



Piekary Śląskie, dn. 18.12.2023 r.

ZP - 20/2023

Wyjaśnienia treści SWZ
do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym
na usługę wykonywania przeglądów technicznych sprzętu medycznego
i testów specjalistycznych sprzętu RTG

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

Pytanie nr 1 – dot. pakietu nr 9

W przedmiotowym pakiecie znajdują się aparaty Primus, w których podczas procedury przeglądowej należy wykonać kalibrację czujników ciśnienia, poprawności wskazań, szczelności układu miksera i zaworu zwrotnego, sprawdzenie poprawnego podawania przepływu przez zawór bezpieczeństwa. Sprawdzenie i ewentualna kalibracja możliwa jest do wykonania z poziomu oprogramowania serwisowego. Czy Zamawiający w związku z powyższym by mieć pewność wykonania pełnej procedury przeglądowej będzie wymagał od Wykonawców legalnego oprogramowania serwisowego pozwalającego na przeprowadzenie kalibracji?

Odp.: Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

Pytanie nr 2 – dot. pakietu nr 9

W przedmiotowym pakiecie znajduje się aparat Fabius Tiro, wyposażony w analizator gazów Scio i kardiomonitor Delta tworzący pełne stanowisko do znieczulania. Czy Zamawiający będzie wymagał od wszystkich wykonawców wyceny tych urządzeń będących składową stanowiska do znieczulania?

Odp.: Przegląd ma obejmować kompletne stanowisko ze wszystkimi jego urządzeniami.

Pytanie nr 3 – dot. pakietu nr 17

W przedmiotowym pakiecie znajdują się respiratory V300, w których podczas procedury przeglądowej należy wykonać sprawdzenie czasów reakcji zaworów, sprawdzenia ciśnień i przepływów między czujnikami, szczelności systemu M1V3, zaworu proporcjonalnego sprężonego powietrza i O₂. Sprawdzenie i ewentualna kalibracja możliwa jest do wykonania z poziomu oprogramowania serwisowego. Czy Zamawiający w związku z powyższym by mieć pewność wykonania pełnej procedury przeglądowej będzie wymagał od Wykonawców legalnego oprogramowania serwisowego pozwalającego na przeprowadzenie kalibracji?

Odp.: Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

Pytanie nr 4 – dot. pakietu nr 43

W przedmiotowym pakiecie znajdują się stanowiska Resuscitaire, które w obecnym przeglądzie powinny mieć wymienione blendery. Czy Zamawiający będzie wymagał wymiany blendera nowego, czy regenerowanego znacznie tańszego, a z tą sama gwarancją co nowy?

Odp.: Zamawiający dopuszcza wymianę bendera na regenerowany pod warunkiem posiadania takich samych parametrów i gwarancji jak nowy.

Pytanie nr 5 – dot. pakietu nr 47

W przedmiotowym pakiecie znajduje się aparat Jm-103 do badania poziomu bilirubiny u noworodków. Podczas procedury przeglądowej należy wykonać kalibrację miernika by wskazania były na prawidłowym poziomie, co pozwoli na prawidłowe przeprowadzanie dalszej terapii. Czy Zamawiający będzie wymagał przeprowadzenia kalibracji podczas standardowej procedury przeglądowej, która wykonywana jest za pomocą specjalistycznej aparatury kontrolnej i oprogramowania serwisowego?

Odp.: Tak, przegląd ma obejmować wszystkie czynności niezbędne do wpisania do paszportu, iż urządzenie jest sprawne i nadaje się o dalszej eksploatacji.

Pytanie nr 6 – dot. par. 6 ust. 1 pkt a) wzoru umowy

Celem Miarkowania kar prosimy o zmianę wysokości kary z 1% wynagrodzenia umownego brutto do 0,2%. Kary mają na celu dyscyplinowanie Wykonawcy. Kara w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto w niektórych pakietach jest zbyt wygórowana w stosunku do ewentualnego uchybienia i jest przyczyną związaną z problemami dostaw części zamiennych od producenta.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie nr 7 – dot. par. 5 ust. 4 wzoru umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8 – dot. pakietu nr 87

Czy w związku z zaleceniami producenta Zamawiający wymaga wymiany akumulatorów w trakcie przeglądu w urządzeniach z pakietu 87?

Odp.: Tak, zgodnie z zapisami par. 2 ust. 1 pkt a) wzoru umowy.

Pytanie nr 9 – dot. pakietu nr 91

Czy w związku z zaleceniami producenta Zamawiający wymaga wymiany filtra HEPA w trakcie przeglądu w urządzeniu z pakietu 91?

Odp.: Tak, zgodnie z zapisami par. 2 ust. 1 pkt a) wzoru umowy.

Pytanie nr 10 – dot. par. 6 ust. 1 wzoru umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

a) za niewykonanie przeglądu sprzętu w terminie wynikającym z grafiku - Załącznik Nr 1- 0,5% wartości niewykonanej części przedmiotu umowy brutto za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości niewykonanej części przedmiotu umowy brutto;

b) za każde stwierdzone przez Zamawiającego nie wykonanie lub nieprawidłowe wykonanie czynności określonych w § 2 niniejszej umowy w wysokości 0,5% wartości niewykonanej części przedmiotu umowy brutto, jednak nie więcej niż 10% wartości niewykonanej części przedmiotu umowy brutto;

c) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 2 ust. 1 czynności w wysokości 500,00 zł za każdy taki przypadek;

d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca lub za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10% wartości niewykonanej części umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy;

e) w razie odstąpienia Zamawiającego od umowy w przypadkach określonych w § 7 ust. 1 w wysokości 10% wartości niewykonanej części umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy;

f) za nie przedłożenie we wskazanym terminie dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 2, ust. 4 oraz w § 2 ust. 18 nn. umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości niewykonanej części przedmiotu umowy brutto;

g) w przypadku naruszenia § 11 ust. 2, § 11 ust. 3 lub § 11 ust. 5 w wysokości 5% wartości brutto łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1;

h) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, o której mowa w § 10, w wysokości 0,1 % należnej kwoty za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% należnej kwoty. (...).”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11 – dot. załącznika Nr 1 A do SWZ

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na pozostawienie w formularzu cenowym tylko tych pozycji (Pakietów), na które Wykonawca składa ofertę, poprzez usunięcie pozostałych.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie w załączniku Nr 1 A do SWZ tylko tych pakietów, na które Wykonawca składa ofertę.

Pytanie nr 12 – dot. par. 6 wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 6 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13 – dot. pakietu nr 88

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na wykonanie usługi w siedzibie Wykonawcy? Na czas przeglądu i/lub naprawy Wykonawca dostarczy urządzenia zastępcze oraz pokryje koszty transportu.

Odp.: Zamawiający informuje, iż modyfikuje zapisy par. 2 ust. 6, zd. 4, które otrzymują brzmienie: „(...) Jeżeli zaistnieje konieczność wykonania w/w czynności w siedzibie serwisu Wykonawcy, Zamawiający zostanie poinformowany o takiej potrzebie. Koszty transportu sprzętu Zamawiający - Wykonawca i Wykonawca - Zamawiający ponosi Wykonawca. Na czas przeglądu i/lub naprawy Wykonawca dostarczy urządzenia zastępcze.”

Pytanie nr 14 – dot. pakietu nr 88

Prosimy o rozważenie żądania przez Zamawiającego konieczności posiadania przez Wykonawcę certyfikatów producenta sprzętu lub autoryzacji producenta. Daje to Zamawiającemu gwarancję prawidłowego wykonania przeglądu aparatury przeznaczonej do ratowania życia.

Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Z poważaniem

PIEKARSKIE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o.
Wiceprezes Zarządu


mgr. Marcin Baron

PIEKARSKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.
PROKURANT


Margareta Lipiec