



ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn

tel.: 68 347 73 00

fax: 68 384 25 90

e-mail: sekretariat@spzozwolsztyn.pl

<http://www.spzozwolsztyn.pl>

NIP: 923-15-06-721, REGON: 970773426

Wolsztyn, dnia. 07.10. 2020 r.

Wykonawcy

SPZOZ/DZPiZ/204/2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadania pn:

I. Dostawa odczynników kalibratorów, materiałów zużywalnych do badań parametrów analizatora równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą analizatora

II. Dostawa zestawów odczynników do szybkiego barwienia preparatów krwi obwodowej

III. Dostawa szybkich testów diagnostycznych

dla Medycznego Laboratorium Diagnostycznego w SPZOZ w Wolsztynie; [PN/16/2020]

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - (tekst jedn.: Dz.U.2019.1843) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1.

W dniu 06.10.2020 Zamawiający umieścił odpowiedzi na pytania. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie w ZESTAW nr III Zamawiający dopuścił czułość testów narkotykowych dla parametru TCA na poziomie 1000 ng/ml, natomiast w odpowiedzi na ZESTAW IV Zamawiający nie wyraził zgody na taką czułość. Prosimy o jednoznaczne określenie czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3 test do oznaczania narkotyków z którym trójcykliczne antydepresanty (TCA) wykrywane są w stężeniu 1000 ng/ml?

Odpowiedź (sprostowanie): Zamawiający dopuszcza test do oznaczania narkotyków z którym trójcykliczne antydepresanty (TCA) wykrywane są w stężeniu 1000 ng/ml

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i muszą być uwzględnione w treści składanej oferty.

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR

Karol Mońko

Sporządziła: Bernadeta Kurp we współpracy z KP

