

Toruń, dnia 24-07-2024 r.

W.Sz.Z: TZ-280-74/24

dotyczy: postępowania na **dostawę sprzętu kardiologicznego w tym zewnętrznych cewników prowadzących do zatoki wieńcowej, elektrod do czasowej przezżyłnej stymulacji serca, zestawów do wykonywania zabiegu perikardiocentezy, introduktorów naczyniowych.**

W związku z otrzymanymi zapytaniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający zgodnie z art.135 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.z 2023r. poz.1605 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp, udziela poniżej odpowiedzi:

Pytanie Nr 1 dot. Zadania Nr 3:

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrod endokawitarnych o następujących parametrach:
Elektrody endokawitarne do czasowej stymulacji serca kompatybilne z urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego tj. +PACE 101H Osypka i SJM 3085

- elektrody dwubiegunowe o stałej krzywiznie z miękkim końcem,
- średnice do wyboru przez Zamawiającego 5F, 6F,
- długość całkowita 1200 mm
- krzywizny : MPA,MPB
- pamięć kształtu krzywizny w temperaturze ciała,
- koniec dystalny zakończony biegunem metalowym,
- odległość biegunów 10mm
- ring 2 mm, tip 2 mm

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 2 dot. Zadania Nr 4:

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie introducerów udowych, znanych i stosowanych w pracowni o poniższych parametrach:

- rozmiar introduktora w zakresie od 5 Fr do 10 F (co 1 F) ; o długości 11 cm,
- dla rozmiarów 5 F -10 F przewodnik 0,038" (0,93 mm) oraz igła 18 G (1,28 mm),
- długość przewodnika 45 cm,
- długość igły 7 cm,
- odporność na złamania i zagięcia,
- przewodnik z końcówką o kształcie „J”
- obecność zastawki hemostatycznej
- oznaczenie kolorystyczne rozmiaru

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Wszelkie dopuszczenia, zmiany wynikające z powyższych odpowiedzi na pytania należy uwzględnić w składanych ofertach.

Z poważaniem