

## Stetoskop internistyczny

l. p.	Wymagane parametry
1	Rok produkcji
2	Stetoskop dwukanałowy
3	Membrana wypukła + zapas
4	Ciepłe obwódki pierścienia
6	Miękkie końcówki douszne + zapas
8	Długość przewodu odsłuchowego min. 50 cm.
9	Dostępność min. 5 kolorów
11	Okres gwarancji min. 24 miesiące
12	Certyfikat CE
13	Oświadczenie Oferenta że urządzenie spełnia obowiązujące przepisy prawne.
14	Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej .
15	Oświadczenie że oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.
16	Oświadczenie że oferowane, powyżej urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).
17	Faktura – płatność min. do 30 dni.