

Bydgoszcz, dnia 30 .12.2021 r.

L.Dz.: GZ/TM/3816/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. **Przedmiot zamówienia:** Dostawa pyłomierza DURAG typu D-R320
2. **Warunki wymagane od Wykonawców:**

Przedmiotem postępowania jest dostawa kompletnego pyłomierza firmy DURAG typu D-R320 składającego się z następujących elementów:

- 1) Głowica pomiarowa typ D-R 320 M EB1-32SAC-SA0E
- 2) Skrzynka krosowa z dmuchawą typ D-TB 200 AB2-S6MB1-WB
- 3) Kabel sygnałowy do czujnika D-TB CBL-U1C
- 4) Kabel kontroli przedmuchu D-TB CBL-U2X
- 5) Wąż do przedmuchu DN40-T80-PU
- 6) Moduł operacyjny D-ISC 100 C AB2-MADFX-WA

W ramach zadania Dostawca zobowiązany jest do montażu i uruchomienia dostarczonych urządzeń. Przystosowanie elementów instalacji do montażu pyłomierza leży po stronie Zamawiającego.

Oferowany pyłomierz, wraz z osprzętem, musi zapewniać ciągły pomiar pyłów zgodny z m.in. następującymi normami:

- | | |
|---------------|---|
| PN-EN 13284-2 | Emisja ze źródeł stacjonarnych – Oznaczanie stężenia masowego pyłu w zakresie niskich wartości – Część 2: Zapewnienie jakości automatycznych systemów pomiarowych |
| PN-EN 15267-1 | Jakość powietrza – Certyfikacja automatycznych systemów pomiarowych – Część 1: Zasady ogólne |
| PN-EN 15267-2 | Jakość powietrza – Certyfikacja automatycznych systemów pomiarowych – Część 2: Wstępna ocena systemu zarządzania jakością u producentów AMS i nadzór procesu produkcji po certyfikacji |
| PN-EN 15267-3 | Jakość powietrza – Certyfikacja automatycznych systemów pomiarowych – Część 3: Wymagania eksploatacyjne i procedury badawcze dla automatycznych systemów pomiarowych do monitoringu emisji ze stacjonarnych źródeł emisji |

3. **Termin realizacji zamówienia:** do 15 tygodni od udzielenia zamówienia
4. **Kryterium oceny ofert:** cena 100 %
5. **Termin płatności:** 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
6. **Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcą!:** Stanisław Zwierzyński

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o porozumowanie się za pośrednictwem platformy zakupowej.

7. **Oferte prosimy złożyć do:** 07.01.2022 r.

na platformie zakupowej Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje

Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Załączniki:

nr 1 – formularz ofertowy,

nr 2 – projekt umowy.

PREZES ZARZĄDU

Stanisław Zwierzyński
Stanisław Zwierzyński

.....
(Zarząd)