



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno
sekretariat: tel. 52 315 25 15, fax 52 315 25 33
e-mail: sekretariat@mpcz.pl
www.mpcz.pl

Mogilno, dnia 06.10.2022 r.

**Wykonawcy,
którzy złożyli pytania**

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ nr II

dot. zapytania ofertowego – dostawy sterylnej i niesterylnej sprzętu medycznego

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1

Czy Zamawiający w Zadaniu 5 w poz.1 wymaga aby próżnociąg położniczy był wyposażony w wewnętrzny samoograniczający system bezpieczeństwa uniemożliwiający przekroczenie bezpiecznego poziomu wytworzonego podciśnienia, które mogłoby prowadzić do urazów w obrębie główki płodu?

Ad. TAK, Zamawiający wymaga.

Pytanie 2

Zadanie nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr jednorazowy, p/ bakteryjny, p/ wirusowy z powierzchnią filtracji 25 cm², z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Zadanie nr 9 poz. 2

1. Zwracamy się do Zamawiającego o doprecyzowanie, czy zamawiający oczekuje układu anestetycznego oddechowego jednorazowy dla dorosłych, o długości dwóch gałęzi 2,0m oraz o długości dodatkowej gałęzi do worka 1,5m?

Ad. TAK, Zamawiający takiego oczekuje.

2. Czy Zamawiający oczekuje układu anestetycznego oddechowego jednorazowy dla dorosłych pozbawionego szkodliwych ftalanów?

Ad. TAK, Zamawiający takiego oczekuje.

3. Czy Zamawiający oczekuje układu anestetycznego oddechowego jednorazowy dla dorosłych ze złączem rur z elastycznego materiału EVA, zapewniającym doskonałe uszczelnienie?

Ad. TAK, Zamawiający takiego oczekuje.

Pytanie 4

Zadanie nr 9 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny elektrostatyczny filtr oddechowy, z przezroczystą obudową, o zaoblonych, bezpiecznych dla pacjenta krawędziach, z centralnie usytuowanym portem do gazometrii, z pierścieniem zapobiegającym rozłączaniu (zgodnie z normą ISO), z hydrofobową warstwą filtrującą, o skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% i wirusowej >99,999%?

Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Otrzymują:

1. wykonawcy
2. a/a

Zatwierdził:
Dyrektor
Ewa Bonk - Woźniakiewicz
/podpis na oryginale/