



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

Kraków, 12.11.2020r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania pn. „Dostawa testów do IVD do wykrywania Ag HBs (wraz z testami potwierdzenia), HIV Ag/Ab, anty-HCV, anty- *Treponema pallidum* oraz kontroli, kalibratorów, materiałów zużywalnych, eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania badań metodą immunochemiczną wraz z dzierżawą automatycznych systemów diagnostycznych z całkowitym i kompletnym oprzyrządowaniem” ZP-20/20.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowanie testu ilościowego anty- SARS Cov -2 zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania poziomu przeciwciał w osoczu ozdrowieńców?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający oczekuje zaoferowanie testu ilościowego anty- SARS Cov -2 zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania poziomu przeciwciał w osoczu ozdrowieńców.

Pytanie nr 2:

Czy zamawiający oczekuje dostawy 2 000 testów w ciągu 18 miesięcy trwania podstawowej części umowy?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający oczekuje dostaw 2000 wskazanych testów w ciągu 18 miesięcy trwania podstawowej części umowy.

Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości Zamawianych testów anty- SARS Cov -2 do 1000 sztuk w przypadku porawy sytuacji epidemicznej w Polsce.

Pytanie nr 3:

W związku ze zmianami jakie Zamawiający wprowadził do SIWZ dnia 27.10. br., oraz koniecznością zaoferowania automatycznych systemów diagnostycznych, które muszą posiadać możliwość wykonywania przeciwciał Anty SARS-Cov-2 wraz z oznaczeniem miana Anty-SARS-Cov-2 w klasie IgG prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 27.11.br., Oferent jest na etapie wprowadzenia tych produktów na rynek?

Odpowiedź:

Zamawiający przesunął termin składania ofert na wskazany dzień 27.11.2020r. na godzinę 8:00. Termin otwarcia ofert: 27.11.2020r., godzina 11:00.

Pytanie nr 4:

czy Zamawiający wymaga aby testy do oznaczenia przeciwciał Anty SARS-Cov-2 w klasie IgG wraz z kalibratorami i kontrolami zostały uwzględniona w kalkulacji cenowej?

Odpowiedź:

Tak, należy uwzględnić w kalkulacji cenowej 2000 testów Anty SARS-Cov-2 w klasie IgG wraz z materiałami zużywalnymi i kalibratorami.

Łukasz Guliński

Dyrektor RCKiK w Krakowie