

Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce, Sekcja Zamówień Publicznych

tel. 41 36 74 474

strona www: <http://www.onkol.kielce.pl/> e-mail: [zampubl@onkol.kielce.pl](mailto:zampubl@onkol.kielce.pl) / [agnieszkajan@onkol.kielce.pl](mailto:agnieszkajan@onkol.kielce.pl)

AZP.2411.13.2021.AJ

Kielce, dn. 23 lutego 2020 r.

## WSZYSCY WYKONAWCY WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SIWZ

*Dot. postępowania na pogwarancyjne serwisowanie sprzętu medycznego DRX1 dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach*

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SWZ wraz z wyjaśnieniami:

### **Pytanie 1**

Dotyczy zapisów umowy.

Czy Zamawiający mógłby zdefiniować dokładnie czy w zakres wymiany części zamiennych mają wchodzić również wymiany detektora na skutek uszkodzenia detektora na skutek upadku, zalania cieczą lub zniszczenia wewnętrznej obudowy szklanej?

Definicja upadku: detektor przestaje działać w wyniku przypadkowego upadku, wstrząsu lub uderzenia. W rejestrze wstrząsów detektora odnotowano wstrząs o wartości większej niż 200g, w okresie czasu 90 dni od daty w której detektor przestaje działać.

Czy w zakres wymiany części zamiennych mają wchodzić jedynie wymiany detektora uszkodzonego w sposób samoistny – elektroniczny, bez ingerencji mechanicznej użytkownika – uszkodzenia mechanicznego wymienionego powyżej?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w zakres wymiany części zamiennych wchodzi jedynie wymiana detektora uszkodzonego w sposób samoistny: elektroniczny, bez ingerencji mechanicznej użytkownika.

Umowa nie obejmuje wymiany detektora na skutek: uszkodzeń spowodowanych upadkiem, zalaniem cieczą lub zniszczeniem wewnętrznej obudowy szklanej przez użytkownika.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. Powyższe odpowiedzi są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Z poważaniem

KIEROWNIK  
Sekcji Zamówień Publicznych

mgr Marcin Klimczak