

Milicz, dnia 30.11.2022r.

Zamawiający:

Milickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 1
56-300 Milicz

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

**Dotyczy: Dostawa zespołów klasycznych, płyt blokowanych oraz zestawów do zabiegów
- dla Milickiego Centrum Medycznego w Miliczu**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytania z 28.11.2022

1. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1 poz. 1** dopuści możliwość zaferowania płytki o dł. 69-94 mm zamiast 70-90 mm?

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

2. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1 poz. 2** dopuści możliwość zaferowania płytki lewej i prawej o dł. 91-163mm lub uniwersalnej do lewej i prawej kończyny o dł. 90-160 mm, zamiast płytki o długości 100-150 mm lewej i prawej?

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

3. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1 poz. 3** dopuści możliwość zaferowania płytek ramiennych dalszych: przyśrodkowej o dł. 59-136 mm, tylnio bocznej i tylnio-bocznej z hakiem o dł. 65-142 mm, zamiast opisanych?

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

4. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1 poz. 4** dopuści możliwość zaferowania płytki o dł. 107-159 mm zamiast 110-160 mm?

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

5. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1 poz. 5** dopuści możliwość zaferowania płytki o dł. 106-184 mm zamiast 120-180 mm?

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

6. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1 poz. 6** dopuści możliwość zaoferowania płytki o dł. 116-198 mm zamiast 120-180 mm?

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

7. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1 poz. 7** dopuści możliwość zaoferowania płytki lewej/prawej o dł. 73-177mm oraz uniwersalnej do lewej i prawej kończyny o dł. 89-173 mm zamiast płytki o dł. 90-160mm lewej i prawej?

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

8. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1 poz. 8** dopuści możliwość zaoferowania płytki wąskiej o szerokości 12 mm i o dł. 59-163 mm zamiast 90-190 mm?

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

9. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 1 poz. 9** dopuści możliwość zaoferowania płytki rekonstrukcyjnej o szerokości 12 mm i o dł. 85-190 mm zamiast 90-190 mm?

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

10. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 2 poz. 3** dopuści możliwość zaoferowania gwoźdźca puszczelowego uniwersalnego do lewej i prawej kończyny zamiast lewego i prawego?

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania – Pakiet 2 poz. 3 dotyczy gwoździ udowych

11. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 2 poz. 4** wymaga zaoferowania w zestawie śrub blokujących? Jeśli tak w celu ujednoczenia składanych ofert, zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie ilości wkrętów blokujących składających się na jeden zestaw.

Odp.

Zamawiający wymaga po 6 wkrętów blokujących na jeden zestaw.

12. **Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1 i 2:** W celu ujednoczenia składanych ofert, zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie ilości wkrętów korowych składających się na jeden zestaw.

Odp.

Zamawiający wymaga po 6 wkrętów blokujących na jeden zestaw.

13. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 5 poz. 3** dopuści możliwość zaoferowania płytki z otworami pod wkręty o średnicy 3,5 mm zamiast 4,5 mm?

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

14. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 5 poz. 5** dopuści możliwość zaoferowania płytki o dł. 103-199 mm zamiast 80-160 mm?

Odp.

TAK – Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

15. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu tworzenia depozytu w zakresie tzw. implantów drobnych tj. **Pakiet nr 5**, na rzecz zamówień realizowanych w ciągu 3 dni roboczych?

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

16. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu nadzoru okresowych kontroli złożonych instrumentariów w związku z faktem, że Zamawiający nie wymaga dostarczania instrumentarium w zakresie **Pakietu nr 5**.

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

17. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 6 poz. 1** dopuści możliwość zaoferowania wkretu kaniulowanego samowiercącego Ø4-4,5mm w długości od 14 do 70 ze skokiem co 2mm, kaniulacją dla Ø4,0 – 1,25mm, dla Ø 4,5 – 1,7mm?

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

18. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 6 poz. 2 i 3** dopuści możliwość zaoferowania wkretu kaniulowanego samowiercącego Ø6,5 z kaniulacją 2,2mm, gwint pełny lub częściowy o długości 16mm lub 32mm?

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

19. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 6 poz. 4** dopuści możliwość zaoferowania wkretu kaniulowanego samowiercącego Ø2,4mm w długości 10-30mm, kaniulacją 0,9 mm?

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

20. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 6 poz. 5** dopuści możliwość zaoferowania wkretu kaniulowanego samowiercącego Ø3,5mm z kaniulacją 1,15mm i długości 10-40mm?

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

21. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu tworzenia depozytu w zakresie tzw. implantów drobnych tj. **Pakiet nr 6**, na rzecz zamówień realizowanych w ciągu 3 dni roboczych?

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

22. Dotyczy projektu umowy: Czy ze względu na brak odpowiednich zapisów Zamawiający uzupełni treść umowy w § 5: Zwłoka w zapłacie należności za dostarczony towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania realizacji kolejnych dostaw chyba, że zwłoka w zapłacie należności mimo uprzedniego pisemnego wezwania do zapłaty przekracza 60 dni.

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego zastrzeżenia.

23. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w projekcie umowy w § 5 ust. 2 na: Zapłata za otrzymane partie towaru realizowana będzie według cen jednostkowych podanych w formularzu cenowym, według faktycznego zużycia, przelewem bankowym w ciągu 60 dni od daty wystawionej prawidłowo faktury.

Odp.

NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany