



Słupsk, dnia 05.07.2024 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, pn.: „Dostawa odczynników i akcesoriów laboratoryjnych oraz wody do nawilżania tlenu” - nr postępowania 63/TP/2024

SPROSTOWANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 53 UDZIELONEJ W DNIU 03.07.2024

Przed sprostowaniem:

Pytanie nr 53:

Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ Część 8: Czy Zamawiający w pozycji nr 2 i 3 wymaga ostrza do mikrotomu wykonane ze stali nierdzewnej platerowane platyną z dodatkową powłoką żywiczną, otwory mocujące zlokalizowane w odległości 24 mm od końców żyłki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyłki dla szerokości (licząc do środka otworu), kąt natarcia ostrza 35 stopni. Pozostałe parametry zgodnie z opisem.

Odp. Zamawiającego:

Tak


Po sprostowaniu:

Pytanie nr 53:

Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ Część 8: Czy Zamawiający w pozycji nr 2 i 3 wymaga ostrza do mikrotomu wykonane ze stali nierdzewnej platerowane platyną z dodatkową powłoką żywiczną, otwory mocujące zlokalizowane w odległości 24 mm od końców żyłki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyłki dla szerokości (licząc do środka otworu), kąt natarcia ostrza 35 stopni. Pozostałe parametry zgodnie z opisem.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Piotr Feszak