



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.

19-300 Elk, ul. Baranki 24,

tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala

tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

tel. 87 620-95-93

tel. 87 620-95-76

tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl

e-mail: przetargi@promedica.elk.pl

www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 10

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/2883/2022

Data: 14.07.2022r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o. ” Znak: 2062/2022

Na podstawie art. 135 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1 – dotyczy Pakietu nr 83 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 3,86mm, rozwarciu 8mm oraz o pojemności 7,6 mm³, łyżeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą, aligator, aligator z igłą; dostępne w długościach: 1600mm, 1800mm, 2300mm - przy średnicy narzędzia 2,3mm; kolor powleczenia niebieski dla długości kleszczy przeznaczonych do kolonoskopii oraz zielony dla kleszczy przeznaczonych do gastroskopii; kleszcze z funkcją biopsji stycznych; pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 2 – dotyczy Pakietu nr 83 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wyłącznie pętle z drutu plecionego o długości roboczej 230 cm; do minimalnego kanału roboczego 2,8 mm, średnica osłonki wyłącznie 2,4 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane pętle, jednakże nie dopuszcza tego rozwiązania jako wyłączność.

PYTANIE nr 3 – dotyczy Pakietu nr 83 poz. 4

Czy w miejscu tej pozycji Zamawiający dopuści produkt o parametrach: pętla z siatką chwytającą do wyławiania polipów i ciał obcych; jednorazowa, owalna, obrotowa, z regulacją wysunięcia. Siatka nylonowa rozpostarta na pętli o otwarciu 25mm i długości oczka 42mm lub otwarciu 35mm i długości oczka 51,5mm (do wyboru Zamawiającego). Średnica narzędzia 2,4mm, długość robocza 2300mm. Opakowanie handlowe = 10 sztuk

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 4 – dotyczy Pakietu nr 83 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw do opaskowania żyłaków przełyku z lateksowymi podwiązkami? Pozostałe

parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 5 – dotyczy Pakietu nr 87 poz. 1

Pakiet 87, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści produkt o parametrach: szczotka jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu; dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,7mm ze średnicą włosa 5mm i 10mm przy długości narzędzia 2300mm; na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami; szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm; pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem