

Dotyczy: **Dostawa 40 termopar płaszczowych typu S do Sieć Badawcza Łukasiewicz- Górnośląski Instytut Technologiczny.**

Zamawiający informuje o wprowadzeniu następujących zmian:

Zapytanie Ofertowe:

Pkt II Opis przedmiotu zamówienia:

było: Po wygrzaniu termopary muszą być wzorcowane (wraz z przewodem kompensacyjnym) w przedziale temperatur od 450 do 750°C co 50°C oraz posiadać świadectwo wzorcowania w tych punktach

ma być: **Po wygrzaniu termopary muszą być wzorcowane (wraz z przewodem kompensacyjnym) w 6 punktach 400, 500,600 700,800,1000°C oraz posiadać świadectwo wzorcowania w tych punktach**

Pkt IV Obowiązki Wykonawcy

było: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia wraz ze świadectwem wzorcowania każdej termopary w akredytowanym laboratorium (PCA) do lokalizacji Zamawiającego, niepewność pomiarów poniżej 0,8°C.

ma być: **Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia wraz ze świadectwem wzorcowania każdej termopary w akredytowanym laboratorium (PCA) do lokalizacji Zamawiającego, niepewność pomiarów poniżej 0,9°C.**

Projektowane postanowienia umowy:

§ 4 pkt 3:

było: Wykonawca razem z urządzeniem dostarczy niezbędną dokumentację:

Świadectwo wzorcowania każdej termopary w akredytowanym laboratorium (PCA), niepewność pomiarów poniżej 0,8°C

ma być: **Wykonawca razem z urządzeniem dostarczy niezbędną dokumentację:**

Świadectwo wzorcowania każdej termopary w akredytowanym laboratorium (PCA), niepewność pomiarów poniżej 0,9°C

Powyższe zmiany stanowią integralną część Zapytania Ofertowego oraz Projektowanych Postanowień Umowy. Pozostałe postanowienia Zapytania Ofertowego oraz Projektowanych Postanowień Umowy pozostają bez zmian.

UWAGA: Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert:

Było: składanie: 03.06.2024 godzina 09:00

otwarcie: 03.06.2024 godzina 09:05

Ma być: składanie: 05.06.2024 godzina 09:00

otwarcie: 05.06.2024 godzina 09:05

**Dział Zaopatrzenia
i Zamówień Publicznych**
Kierownik Działu

mgr inż. Tomasz Smykała