



Nr. 17224/2022

23.06.2022

N

78-600 Wałcz

IV

Wałcz, 23 czerwca 2022 r.

## KOMUNIKAT PUBLICZNY Nr 4

### 1RBLog.SZP.2612.37.2022

*Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu laboratoryjnego, nr sprawy 3/2022.*

Z powołaniem się na przepisy art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu laboratoryjnego, nr sprawy 3/2022.

#### **Pytanie:**

„Czy blat w dygestorium powinien być wykonany z ceramiki monolitycznej jako jednolity element ceramiczny, wypalany na miarę czy też z ceramiki litej wielkogabarytowej o gr. 8 mm na podkładzie?”

#### **Odpowiedź na pytanie:**

Zamawiający informuje, iż dygestorium powinno posiadać blat roboczy z ceramiki monolitycznej z krawędzią podniesioną.

*Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie udostępniona na platformie zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/1rblog>*

KOMENDANT

płk Janusz KRYSZPIN