



ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

L. dz. DZP-291-3076/2-742/2022

Kraków, 30.09.2022 r.

Zawiadomienie

Zamawiający – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z siedzibą pod adresem: 31-120 Kraków, al. A. Mickiewicza 21, na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) zawiadamia o **zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej: SWZ** w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP-291-3076/2/2022 pn. ***„Zakup i dostawa wyposażenia laboratoryjnego dla Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie”***.

Uzasadnienie

W związku z udzielonymi odpowiedziami na zadane, przez potencjalnych Wykonawców, pytania, Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w następującym zakresie:

1. Rozdział X SWZ – Termin związania ofertą:

Zamiast:

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni tj. do dnia 01.01.2023 r.”

Jest:

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **90 dni tj. do dnia 10.01.2023 r.**”

2. Rozdział XIII SWZ – Sposób i termin składania i otwarcia ofert:

Zamiast:

„Zamawiający wyznacza termin składania ofert

DO DNIA: 04.10.2022 r. DO GODZINY: 09:30”

„Otwarcie ofert nastąpi W DNIU: 04.10.2022 r. O GODZINIE: 10:00”.

Projekt nr RPMP.01.01.00-12-0080/19 pn. „Budowa Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2021-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



Jest:

„Zamawiający wyznacza termin składania ofert

DO DNIA: **13.10.2022 r.** DO GODZINY: 08:00”

„Otwarcie ofert nastąpi W DNIU: **13.10.2022 r.** O GODZINIE: 08:15”.

3. Rozdział II cz. I pkt 4 ppkt 6) SWZ – Zadanie nr 6:

Zamiast:

g) „Serwis gwarancyjny dla każdego dostarczonego sprzętu:

- maksymalny czas naprawy usterki: 7 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia”.

Jest:

g) „Serwis gwarancyjny dla każdego dostarczonego sprzętu:

- maksymalny czas naprawy usterki: **10 dni roboczych (a w przypadku sprowadzenia części z zagranicy – 20 dni roboczych)** licząc od daty zgłoszenia”.

4. Rozdział II cz. I pkt 4 ppkt 42) SWZ – Zadanie nr 42:

Zamiast:

g) „Serwis gwarancyjny dla każdego dostarczonego sprzętu:

- maksymalny czas naprawy usterki: 7 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia”.

Jest:

g) „Serwis gwarancyjny dla każdego dostarczonego sprzętu:

- maksymalny czas naprawy usterki: **10 dni roboczych (a w przypadku sprowadzenia części z zagranicy – 15 dni roboczych)** licząc od daty zgłoszenia”.

5. Załącznik nr 2 do SWZ (Formularz ofertowy) w cz. III pn. „Oświadczenia” w pkt 2 ppkt 6):

Zamiast:

„W Zadaniu nr 6 - dni roboczych (*maksymalnie 7 dni roboczych*), liczonych od dokonania zgłoszenia”.



Jest:

„W Zadaniu nr 6 - dni roboczych (*maksymalnie 10 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części z zagranicy – 20 dni roboczych*), liczonych od dokonania zgłoszenia”.

6. Załącznik nr 2 do SWZ (Formularz ofertowy) w cz. III pn. „Oświadczenia” w pkt 2 ppkt 42):

Zamiast:

„W Zadaniu nr 42 - dni roboczych (*maksymalnie 7 dni roboczych*), liczonych od dokonania zgłoszenia”.

Jest:

„W Zadaniu nr 42 - dni roboczych (*maksymalnie 10 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części z zagranicy – 15 dni roboczych*), liczonych od dokonania zgłoszenia”.

7. W Załączniku nr 2.1 do SWZ (Parametry techniczne przedmiotu zamówienia / Przedmiotowy środek dowodowy) Zamawiający w Zadaniu nr 6 pn. „Zmywarki laboratoryjne, gastronomiczne” w poz. 6.1 dopisuje następującą treść:

19) Kosze iniekcyjne:

a) kosz górny z 36 dyszami o średnicy 6 mm i wysokości 80/110 mm (*maksymalna średnica mytych naczyń 74 mm przy pełnym załadunku*),

b) kosz dolny z 25 dyszami o średnicy 6 mm i wysokości 140/170 mm, (*maksymalna średnica mytych naczyń 89 mm przy pełnym załadunku*)

20) Kosze podstawowe puste (*bez iniekcji*), na których można ustawić wkłady na szkło z wąską szyjką, wkłady na szalki Petriego lub koszyki na próbki.

8. W Załączniku nr 2.1 do SWZ (Parametry techniczne przedmiotu zamówienia / Przedmiotowy środek dowodowy) Zamawiający w Zadaniu nr 9 pn. „Wyrzäsarki laboratoryjne” w poz. 9.1 dopisuje następującą treść:

Projekt nr RPMP.01.01.00-12-0080/19 pn. „Budowa Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 20214-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



14) Uchwyty do kolb Erlenmeyera:

- a) 6 uchwytów dla pojemności 100 ml,
- b) 6 uchwytów dla pojemności 250 ml.

15) Zakres pracy temperatury wytrząsarki nie węższy niż: 0 – 60°C

16) Platforma dostosowana do zaoferowanej wytrząsarki

9. W Załączniku nr 2.1 do SWZ (Parametry techniczne przedmiotu zamówienia / Przedmiotowy środek dowodowy) Zamawiający w Zadaniu nr 7 pn. „Inkubatory laboratoryjne” w poz. 7.2 dopisuje następującą treść:

11) Wewnętrzny zbiornik z możliwością uzupełniania go wodą przez port dozujący albo wyjecie zbiornika lub inkubator wyposażony w zewnętrzny pojemnik na wodę (np. kanister), z którego urządzenie będzie samodzielnie pobierało wodę (zewnętrzny pojemnik wyposażony w zamknięcie zabezpieczające przed zabrudzeniem, zakurzeniem i rozlaniem wody oraz otwór do napełniania go (np. z odkręcana zakrętką).

10. W Załączniku nr 2.1 do SWZ (Parametry techniczne przedmiotu zamówienia / Przedmiotowy środek dowodowy) Zamawiający w Zadaniu nr 11 pn. „Komory klimatyczne” w poz. 11.1 dopisuje następującą treść:

14) Pojemność komory: nie mniejsza niż 20 l i nie większa niż 70 l.

W pozostałym zakresie Załącznik nr 2.1 do SWZ pozostaje niezmieniony, jednak należy go czytać w całości, rozszerzająco, łącznie z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami na pytania (z wyjaśnieniami treści SWZ).

Zamawiający zamieścił na stronie prowadzonego postępowania zmienioną wersję, Załącznika nr 2.1 do SWZ (Parametry Techniczne Przedmiotu Zamówienia / Przedmiotowy Środek Dowodowy) w zakresie wskazanym powyżej (dotyczy Zad. 6 i 9), Zmiany w załączniku zostały zaznaczone **kolorem brązowym**.



Zamawiający informuje ponadto, iż zamieścił na stronie prowadzonego postępowania zmienioną (poprawioną) wersję SWZ oraz zmienioną wersję Formularza ofertowego (Załącznik nr 2 do SWZ) w zakresie Zad. 6 i 42 [zmiana dotyczy cz. III pn. „Oświadczenia” pkt 2 ppkt 6) i 42)], a wszelkie zmiany zostały zaznaczone kolorem brązowym.

KANCLERZ
/-/ mgr Tomasz Szanser

.....
(podpis)