



Poznań, 14 października 2020 r.

## **INSPEKCJA WETERYNARYJNA**

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ  
WETERYNARII

*Andrzej Żarnecki*

**wg rozdzielnika**

Nasz znak: AD-O.272.25.2020

Dot. sprawy nr: -

pismo z dnia: -

### **WYJAŚNIENIE treści SIWZ**

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu, działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu laboratoryjnego.

#### ***Dotyczy pakietu II, załącznik nr 3 do SIWZ***

**Pytanie nr 1:** „Czy Zamawiający zgodzi się i dopuści urządzenie wirówkę laboratoryjną osiągającą maksymalnie 23755 xg przyspieszenia dla wymaganego wirnika 24x 1,5/2 ml przy maksymalnych obrotach 16000RPM, w której regulacja obrotów odbywa się co 1 obr./min (z możliwością regulacji rzędów tysięcy, setek i jedności, o wymiarach nie przekraczających 390 mm wys. x 445 mm szer. x 550 mm głęb. I wadze 42 kg, spełniającą pozostałe wymagane parametry techniczne?”

**Odpowiedź nr 1:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i nie wprowadza modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Sporządziła: D. Bartoszevska



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań  
tel.: (61) 868-93-47, fax: (61) 868-45-31, e-mail: sekretariat@wiw.poznan.pl, www.wiw.poznan.pl