



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LĘBORKU

e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325



Lębork, 11.04.2023 r.

ZP.261.04.2023

Identyfikator postępowania:

ocds-148610-a1db97ee-d2c0-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na „**Dostawy odczynników i materiałów zużywalnych do badań cytologicznych i histopatologicznych**”. Znak sprawy: ZP-TP/04/23

Działając w oparciu o art. 284 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

1. Pytanie nr 1 – część nr 1 – poz. 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 14; 15; 16

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wydzielenie poz. asortymentowej nr 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 14; 15; 16 i utworzenie odrębnego pakietu. Wydzielenie wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych ofert cenowych.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Części nr 1 poz. asortymentowej nr 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 14; 15; 16 i utworzenie odrębnego pakietu.

2. Pytanie nr 2 – część nr 1 – poz. 7

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie parafiny konfekcjonowanej w opakowania po 10 kg z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 60 op. po 10 kg każde.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie parafiny konfekcjonowanej w opakowania po 10 kg z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 60 op. po 10 kg każde.

3. Pytanie nr 3 – część nr 1 – poz. 8; 9

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie odczynników bez konieczności podawania szczegółowego składu chemicznego z zachowaniem wszystkich pozostałych wyszczególnionych w SWZ wymagań techniczno-użytkowych. Szczegółowy skład chemiczny jest ściśle tajemnicą producenta i nie jest on ujawniany do celów stricte handlowych. Zaproponowane odczynniki pod kątem ich zastosowania spełnią wszystkie funkcje zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie odczynników bez konieczności podawania szczegółowego składu chemicznego z zachowaniem wszystkich pozostałych wyszczególnionych w SWZ wymagań techniczno-użytkowych. Zamawiający nie wymagał ani nie wymaga podawania przez Wykonawcę szczegółowego składu zaoferowanych odczynników.

4. Pytanie nr 4 – część nr 1 – poz. 16

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie noży mikrotomowych do skrawania wstążeczkowego, nadające się do tkanki twardej i miękkiej. Możliwość cięcia materiału nożem z dwóch stron oraz możliwość skrojenia za pomocą jednego noża jak największej ilości bloków bez uszkodzenia wycinków o parametrach jak niżej:

- Wymiary: długość 80 mm, wysokość 8 mm, grubość 0.25 mm
- Kąt natarcia ostrza – 35 stopni
- 2 otwory mocujące wewnątrz żyłki o wymiarach 8x2 mm zlokalizowane w odległości 20 mm od końców żyłki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyłki dla szerokości (licząc od środka otworów)
- Odległość 40 mm pomiędzy otworami mocującymi żyłki (licząc od środka otworów)
- Wszystkie 4 narożniki sfazowane pod kątem 45 stopni minimalizujące ryzyko zacięcia się ostrzem podczas montażu w uchwycie mikrotomu
- Opakowanie handlowe – 50 sztuk
- Grawer na każdym ostrzu wskazujący w precyzyjny sposób kierunek krawędzi tnącej
- Noże wykonane ze stali nierdzewnej, w technologii plazmowej podnoszącej trwałość ostrza
- wyrób medyczny do użycia w badaniach in-vitro

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie noży mikrotomowych o wymienionych wyżej parametrach, w szczególności o kącie natarcia ostrza 35 stopni.

5. **CZĘŚĆ NR 1:** Pozycja nr 5. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania odwapniacz elektrolityczny w op. 2,5L z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę TJ. 5 OP (A 2,5 LITRA) ?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie odwapniacza elektrolitycznego konfekcjonowanego w opakowania po 2,5 l z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę, tj. 5 op. po 2,5 l każde.
6. **CZĘŚĆ NR 1:** Pozycja nr 6. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania Hematoksylinę Mayera w opakowaniu wykonanym z PET? Pozostałe wymagane parametry pozostają spełnione.
Odp. Zamawiający nie dopuszcza.
7. **CZĘŚĆ NR 1:** Pozycja nr 7. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania opakowanie 10kg?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie parafiny konfekcjonowanej w opakowania po 10 kg z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 60 op. po 10 kg każde.
8. **CZĘŚĆ NR 1:** Pozycja nr 10, 11, 12. Prosimy o doprecyzowanie wielkości opakowania? Czy chodziło o opakowanie 1L?
Odp. Tak, chodzi o opakowania 1 l.
9. **CZĘŚĆ NR 1:** Pozycja nr 14. Czy zamawiający oczekuje zestawu gotowego Giemsa Helicobacter Pylori wystarczającego na wykonanie 75 testów?
Odp. Tak, Zamawiający oczekuje zestawu gotowego Giemsa Helicobacter Pylori wystarczającego na wykonanie 75 testów.
10. **CZĘŚĆ NR 1:** Pozycja nr 15. Czy zamawiający oczekuje zestawu gotowego Grocott wystarczającego na wykonanie 120 testów?
Odp. Tak, Zamawiający oczekuje zestawu gotowego Grocott wystarczającego na wykonanie 120 testów.
11. **CZĘŚĆ NR 1:** Pozycja nr 16. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania żyłki o kącie 35 stopni?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie noży mikrotomowych o kącie natarcia ostrza 35 stopni.

12. **CZĘŚĆ NR 1:** Pozycja nr 16. Czy zamawiający oczekuje aby żyletka w celu zapewnienia jak najlepszej jakości i jak najdłuższej żywotności żyletki posiadała krawędź tnącą dodatkowo hartowaną, a samo ostrze żyletki było platerowane platyną z dodatkową powłoką żywiczną?

Odp. Zamawiający dopuszcza wskazane rozwiązanie, nie wymaga.

13. **CZĘŚĆ NR 1:** Pozycja nr 16. Prosimy o zmniejszenie ilości próbek z 2 na 1 opakowanie. Zamawiający nie dokonuje oceny jakości w ramach KOO a próbki jako przedmiotowy środek dowodowy służy jedynie potwierdzeniu dostaw z wymaganiami opisanymi w SWZ. Zbędnym wydaje się narażenie wykonawców na dodatkowe koszty żądając dwóch opakowań. W przypadku innego sposobu oceny próbek przez Zamawiającego niż jedynie potwierdzenie oceny zgodności dostaw metodą wizualną proszę o wyjaśnienie i szczegółowe opisanie dokonywanej oceny zgodności.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie ilości próbek do 1 op.

14. **CZĘŚĆ NR 2:** Pozycja nr 1, 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kasetki zgodne z opisem przedmiotu zamówienia lecz z okrągłymi otworami?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.