



SZPITAL SPECJALISTYCZNY
w PILE
im. Stanisława Staszica
64-920 Piła, ul. Rydygiera 1

Sekretariat (067) 210 62 00
Centrala (067) 210 66 66
Fax (067) 212 40 85
e-mail: wspila@pi.onet.pl
www.szpitalpila.pl



Piła, dn. 21.06.2022 roku

FZP.II – 241/48/22

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym przetargu pod nazwą: „**DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA CENTRALNEJ STERYLIZACJI**”.

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że do wyżej wymienionego przetargu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1

Dot. SWZ Czy Zamawiający dopuści pełnomocnictwo bez wskazania postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Dot. SWZ Prosimy o potwierdzenie terminu składania ofert, ponieważ na platformie zakupowej termin składania ofert to 24-06-2022, natomiast w treści SWZ oraz ogłoszenia 23-06-2022.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że termin składania ofert upływa w dniu 23.06.2022 r. o godz. 09:30 zgodnie z SWZ.

Pytanie 3

Dot. SWZ Prosimy o wyjaśnienie jaki jest maksymalny termin dostawy, ponieważ w rozdziale III SWZ znajdują się sprzeczne zapisy: „TERMIN DOSTAWY (maks. 10 dni) – 20% sposób oceny” oraz „Zaoferowanie terminu dostaw **dłuższego niż 5 dni skutkować będzie odrzuceniem oferty**”?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że maksymalny termin dostaw wynosi 5 dni. W zapisie „TERMIN DOSTAWY (maks. 10 dni) nastąpiła omyłka pisarska.

Pytanie 4

Zadanie III, poz. 1-4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru o następujących parametrach:

- zawartość siarczanów 0,034%
- wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania 1,85 kN/m, w kierunku poprzecznych 1,35 kN/m
- wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania 0,72 kN/m, w kierunku poprzecznych 0,42 kN/m
- gramatura nominalna 60 ± 2 g/m²? Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5

Zadanie III, poz. 1-4: Czy Zamawiający dopuści oświadczenie producenta potwierdzające utrzymanie sterylności przez okres 180 dni? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o odstąpienie od wymogu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga utrzymania sterylności przez okres 12 mcy.

Pytanie 6

Zadanie III poz. 1-4: Czy Zamawiający wymaga papieru w kolorach białym, zielonym czy papieru naprzemiennie pakowanego w kolorze biały/zielony?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga papieru w kolorach białym i zielonym naprzemiennie pakowanego.

Pytanie 7

Zadanie III poz. 5: Czy Zamawiający dopuści wkładkę absorpcyjną z medycznego papieru krepowego wysokiej jakości (100% włókno celulozowe) o gramaturze 70 g/m², rozm. 300x500 mm, barwa biała, w opakowaniu zawierającym 500 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości, która nie jest wyrobem medycznym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 8

Zadanie V poz. 1-7: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dokumentu potwierdzającego liczbę warstw folii wydane przez niezależną organizację notyfikowaną i dopuści

załączenie karty danych technicznych wystawionej przez producenta (nie dystrybutora) wyrobu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9

Zadanie V poz. 1-7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów foliowo-papierowych o parametrach papieru:

- przenikanie powietrza nie mniej niż 11,40 um/Pa*s;
- wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 7,2 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 3,8 kN/m;

oraz o parametrach folii:

- folia - minimum 6 warstw, nie licząc warstwy kleju, o grubości nie większej niż 52 μm (PN EN 868-5);
- siła zrywająca >25 N/15mm;
- wytrzymałość na rozciąganie 60 N/mm²?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10

Pytanie dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 wzoru umowy wyrażenie „0,3% wartości brutto zadania, którego nieterminowa dostawa dotyczy” zostało zastąpione wyrażeniem „0,3% wartości brutto towaru, którego nieterminowa dostawa dotyczy”?

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu projektu umowy w § 8 ust. 1 na zapis: W przypadku nie dostarczenia przedmiotu umowy w terminie określonym w § 6 ust. 3 i 5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% wartości brutto dostawy, którego nieterminowa dostawa dotyczy, za każdy dzień zwłoki ale nie więcej niż 10%.

Pytanie 11

Pytanie dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 2 wzoru umowy wyrażenie „10% wartości brutto zadania, którego odstąpienie dotyczy” zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej wartości umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12

Pytanie dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość, ale nie dodaje powyższego zapisu do projektu umowy.

Pytanie 13

Dotyczy Zadania V:

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe z folią 7-warstwową, nie licząc warstwy kleju z jednoczesnym zachowaniem pozostałych parametrów technicznych? Prosimy o rozpatrzenie naszej prośby, którą uzasadniamy faktem, iż ilość komponentów użytych w produkcji folii nie ma wpływu na barierowość produktu. Nie ilość komponentów użytych w produkcji folii ma wpływ na jej zastosowanie i efektywność, a ich jakość i sposób wytworzenia.

Umieszczanie wymogu co do tak dużej ilości warstw folii, które nie przekłada się na jakość produktu, sugeruje wyłącznie chęć wskazania na konkretnego i zarazem jedyne go producenta dysponującego produktem o takich parametrach. Formułowanie tak restrykcyjnych wymogów eliminuje z niniejszego zamówienia innych Wykonawców, co jest niezgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 14

Dotyczy Zadania V:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do oferty oświadczenia producenta rękawów potwierdzającego liczbę warstw folii w miejsce oświadczenia niezależnej organizacji? Nadmieniamy, iż posiadamy oświadczenie niezależnej organizacji notyfikowanej o zgodności z normą EN 868-3 oraz EN 868-5 (norma ta określa warunek dotyczący wielowarstwowości folii).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 15

Dotyczy Zadania nr I, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści przedstawienie dokumentu wydanego przez producenta potwierdzającego zgodność testów z aktualnie obowiązującymi normami w miejsce potwierdzenia wydanego przez jednostkę akredytowaną? Testy nie są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. nr 107, poz. 679/2010), na podstawie której tylko wyroby medyczne są objęte wymogiem certyfikacji przez jednostkę notyfikowaną.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 16

Dotyczy Zadania nr I, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści testy o długości 5, 5cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga test o długości minimalnej 5 cm posiadający wysięgnik o długości minimalnej 18 cm.

Pytanie 17

Dotyczy Zadania nr I, pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 500 sztuk + próbnik? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18

Dotyczy wzoru umowy § 8, ust.1: Wnosimy o zmianę dotychczasowego zapisu na: W przypadku nie dostarczenia przedmiotu umowy w terminie określonym w § 6 ust. 3 i 5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% wartości brutto nieterminowej dostawy.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji projektu umowy w § 8, ust.1 na zapis W przypadku nie dostarczenia przedmiotu umowy w terminie określonym w § 6 ust. 3 i 5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% wartości brutto faktury, której nieterminowa dostawa dotyczy, za każdy dzień zwłoki ale nie więcej niż 10%.

Pytanie 20

do Formularza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 2 (Zadanie II, poz. 1)

Czy Zamawiający wymaga, aby produkt spełniał wymagania dla testów typu 6 wg normy PN-EN ISO 11140-1, pod względem tolerancji na czas (6%) i temperaturę (1°C)?, oznaczenie normy oraz klasy testu na teście lub opakowaniu zbiorczym.

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o potwierdzenie tolerancji na zmienne krytyczne procesu, jakiej wymaga Zamawiający

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie 21

do Formularza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 2 (Zadanie II, poz. 2)

Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia producenta testów o możliwości ich stosowania w myjni ultradźwiękowej?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie 22

do Formularza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 2 (Zadanie II, poz. 2)

Czy Zamawiający wymaga by substancja wskaźnikowa testu była nałożona na wskaźnik w sposób warstwowy oraz nierównomierny, imitując tym samym realne zabrudzenia znajdujące się na narzędziach procesowanych w myjni-dezynfektorze?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie 23

do Formularza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 2 (Zadanie II, poz. 2)

Czy Zamawiający potwierdza, że nastąpiła omyłka pisarska i zaoferowany test powinien posiadać substancję wskaźnikową zgodną z normą ISO/TS 15883-5? To właśnie ta norma opisuje szczegółowo substancje wskaźnikowe stosowane do określenia skuteczności mycia.

Normy z serii EN ISO 15883 dot. wymagań postawionych urządzeniom - myjniom-dezynfektorom

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 24

do Formularza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 2 (Zadanie II, poz. 3)

Jednym z najważniejszych parametrów testu do wykrywania zanieczyszczeń białkowych jest jego czułość. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga najbardziej czułych testów dostępnych na rynku reagujących na obecność białka już na poziomie 1µg?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie 25

do Formularza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 2 (Zadanie II, poz. 3)

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga by wszystkie wymazówki były spakowane w sposób jałowy, zabezpieczając tym samym test przedwczesną kontaminacją z osobnym fiolkami z substancją testową, czy też test ma być w postaci jednoelementowego przyrządu do pobrania próby w którym znajduje się wymazówka i substancja testowa?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga pakowania w sposób jałowy.

Pytanie 26

do Formularza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 2 (Zadanie II, poz. 1, 2)

Czy Zamawiający wymaga, aby produkty w pozycji nr 1 i 2 były zakwalifikowane jako wyroby medyczne?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1 papieru krepowanego pakowanego po 350 sztuk ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 28

Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1 papieru pakowanego po 350 sztuk to czy Zamawiający wymaga 14 czy 15 opakowań ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 15 opakowań z odpowiednim przeliczeniem ceny zgodnie z ilością określoną w załączniku nr 2 do SWZ.

Pytanie 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 4 papieru krepowanego pakowanego po 125 arkuszy z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 5 wkładki absorpcyjnej o wymiarach

300 x 500 mm bez zakładki w kolorze niebieskim o gramaturze 80 g/m², pakowanej po 1000 szt

odpowiednio przeliczając ilość opakowań ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 31

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów papierowo-foliowych nawiniętych folią do wewnątrz ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 32

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie 33

Dotyczy zadania I poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu posiadania certyfikatu zgodności z normą wystawioną przez jednostkę akredytowaną?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 34

Dotyczy zadania I poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu posiadania certyfikatu potwierdzającego klasę wyrobu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 35

Dotyczy zadania II poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu, który wskazuje wynik po 1min?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Pytanie 36

Dotyczy zadania IV

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie włókniny w kolorze niebieskim i zielonym o gramaturze 57g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.