



# WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KRAKOWIE

Kraków, dnia 3 czerwca 2024 r.

znak sprawy: AGZ.272.6.2024

## Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na: „Dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 23.05.2024 r., nr 2024/BZP 00336832/01.*

### Odpowiedź na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z **art. 284 ust. 2** ustawy z dnia 11 września 2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym Zamawiający udostępnia treść zapytań oraz udziela następujących wyjaśnień:

#### Wniosek nr 1:

Część 11 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści produkt z datą ważności minimum 15 miesięcy od daty podpisania umowy, ze względu na jego okres ważności 18 miesięcy od daty produkcji?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że nie dopuszcza produktu z datą ważności minimum 15 miesięcy od daty podpisania umowy.**

#### Wniosek nr 2:

Część 22 poz. 2. Czy zamawiający dopuści produkt z karbowanym czarnym korkiem?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dopuszcza wymazówki z czarnym korkiem. Stosowne zmiany należy wnieść w kalkulacji ceny oferty (Załącznik 1A) lub w formularzu oferty (Załącznik 1, pozycja 8 – „Uwagi”).**

Wojewódzka Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Krakowie  
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 76  
<https://www.gov.pl/web/wsse-krakow> e-mail: [wsse.krakow@sanepid.gov.pl](mailto:wsse.krakow@sanepid.gov.pl)  
adres skrytki na ePUAP: /wssekrakow/skrytka  
centrala tel.: (+48) 12 25 49 400, 12 25 49 555  
sekretariat Dyrektora tel.: (+48) 12 25 49 500, fax: 12 41 62 093  
REGON: 000297394 / NIP: 677-10-27-767



**Wniosek nr 3:**

Część 22 poz. 2. Jaka jest medyczna podstawa do wskazanego przez zamawiającego niebieskiego koloru korka Wymazówki z podłożem transportowym AMIES z węglem, oraz jaki wpływ ma kolor korka na wartość diagnostyczną badania mikrobiologicznego?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że** kolor korka wymazówki nie ma wpływu na wartość diagnostyczną badania mikrobiologicznego. Zgodnie z odpowiedzią na wniosek nr 2 Zamawiający dopuszcza inny kolor korka, tj. kolor czarny.

**Wniosek nr 4:**

Część 22 poz. 1. Czy zamawiający dopuści produkt pakowany po 50 sztuk i zaoferowanie 600 opakowań, co jest zgodne z ilością sztuk wymaganą przez zamawiającego w trakcie trwania przetargu?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dopuszcza** produkt pakowany po 50 sztuk przy zachowaniu sumarycznej ilości wynikającej z opisu przedmiotu zamówienia, tj. 30 000 szt. Stosowne zmiany należy wnieść w kalkulacji ceny oferty (Załącznik 1A) lub w formularzu oferty (Załącznik 1, pozycja 8 – „Uwagi”).

**Wniosek nr 5:**

Część 22 poz. 2. Czy zamawiający dopuści produkt pakowany po 50 sztuk i zaoferowanie 4 opakowań, co jest zgodne z ilością sztuk wymaganą przez zamawiającego w trakcie trwania przetargu?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dopuszcza** produkt pakowany po 50 sztuk przy zachowaniu sumarycznej ilości wynikającej z opisu przedmiotu zamówienia, tj. 200 szt. Stosowne zmiany należy wnieść w kalkulacji ceny oferty (Załącznik 1A) lub w formularzu oferty (Załącznik 1, pozycja 8 – „Uwagi”).

**Odpowiedź na powyższe wnioski stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.**

Zastępca Dyrektora Wojewódzkiej Stacji  
Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie  
ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Alina Jamka

Pismo wydane w postaci elektronicznej  
i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym