

Nasz znak: 8/zp/2022

Odpowiedź nr 6

**Na zapytanie do siwz dotyczące postępowania o zamówienie publiczne pn.
„Dostawa sprzętu jednorazowego dla Szpitala w Dębnie
im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. - 2022.”
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00153098/01
z dnia 2022-05-11**

W dniu 13.05.2022 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące ww. postępowania o następującej treści:

Pakiet nr 2

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler okrężny, zakrzywiony, rozmiary: 26, 29 lub 32, z kontrolowanym dociskiem tkanki w zakresie 1,6-2,4 mm dla rozmiaru 26 i 29 oraz 1,8-2,6 mm dla rozmiaru 32, pojedyncza dźwignia aktywująca?

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy z nożem rozmiar 60 (długość linii szycia 65,1 mm) lub 80 (długość linii szycia 85,1 mm), pozostałe parametry wg SWZ?

Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy z automatycznym dociskiem, wyposażony w jedną dźwignię zamykająco-spustową, w rozmiarach 45 lub 60 mm?

Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem rozmiar 60 (długość linii szycia 65,1 mm) lub 80 (długość linii szycia 85,1 mm)?

Poz. 5

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do jednorazowego staplera liniowego z automatycznym dociskiem, w rozmiarach 45, 60 lub 90 mm?

Poz. 6


Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy zamykający z nożem 60 lub 80 mm, automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzeleniem noża, system blokady bezpieczeństwa przed wystrzeleniem zużytego ładunku, zabezpieczenie przed pustym wystrzałem. Z możliwością 8-krotnego użycia, oraz 7-krotną wymianą ładunku. Wysokość zszywki 3,8 lub 4,8 mm, po zamknięciu 1,5 lub 2,0 mm?

lub

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności jednorazową rękojeść staplera endoskopowego z artykulacją w zakresie 45 stopni. Rękojeść przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o dł. 30, 45, 60 mm, posiadająca jedną dźwignię zamykająco-spustową. Rotacja 360 stopni. Długość ramienia, bez ładunku 6 lub 16 cm, z ładunkiem odpowiednio 16,5 lub 26,5 cm, pakowany pojedynczo. W zestawie ładunek 45 lub 60 mm, do wyboru przez Zamawiającego na etapie składania zamówienia?

Odpowiedzi Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane w powyższych pytaniach zamienniki.

PROKURENT

Elżbieta Głowacka

Otrzymują:

1. Wykonawca
2. Strona internetowa https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_debno → Dostawa sprzętu jednorazowego dla Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. – 2022


Anna Kozłowska
mgr farmacji