

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

w Poznaniu

im. prof. Ludwika Bierkowskiego



Dział Zamówień Publicznych

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań

tel. 61-846-47-70,

www.szpitalmswia.poznan.pl

zamowienia@szpitalmswia.poznan.pl

Poznań, dnia 23.09.2019 roku

ZP/p/2374-27-~~718~~/19

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Dostawa endoprotez ortopedycznych i implantów kręgosłupowych”. Nr postępowania: Zp/p/27/19

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Nr 1 i 2

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Poznaniu, im. prof. Ludwika Bierkowskiego, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Zestaw zapytań nr 1

1. Dotyczy część 17 – proteza dysku szyjnego

Czy Zamawiający dopuści protezę dysku szyjnego o następujących parametrach :

implant w pełni metalowy pokryty hydroksyapatytem, jednoelementowy, niewymagający wykonywania dodatkowych szyn do założenia implantu. Implant odzwierciedlający ruchy biomechaniczne dysku, możliwa naturalna kombinacja ruchów obrotowych i postępowych. Implant w trzech wysokościach 5,6 lub 7 mm i 4 rozmiarach podstawy implantu

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego produktu.

Zestaw zapytań nr 2

Część 1, wariant 2:

Czy Zamawiający, celem zachowania zasad uczciwej konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty, dopuści produkt równoważny, bez zachowania pierwotnych parametrów opisu przedmiotu zamówienia?

Poz. 10:

Trzpień cementowy nieanatomiczny, wykonany ze stopu stali nierdzewnej M30NW, gładko polerowany, dostępny w 2 wersjach: Standard Offset (8 rozmiarów, kąt CCD 135st.) i High Offset (8 rozmiarów, kąt CCD 126st.), stożek 12/14. Uniwersalne narzędzia chirurgiczne – te same do trzpienia cementowego i bezcementowego?

Poz. 12:

Kosze rekonstrukcyjne, tytanowe, anatomiczne lewe/prawe, wielootworowe, w rozmiarach średnicy zewnętrznej 50, 56 i 62 mm, z nadbudową stropu panewki, posiadające 3 ramiona.

Kosze wzmacniające dno panewki, tytanowe, nieanatomiczne, wielootworowe, w rozmiarach średnicy zewnętrznej 44 – 68 mm, z nadbudową stropu panewki?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
w Poznaniu im. prof. Ludwika Białkowskiego
dr n. med. Witold Strąg-Bieleński

Wyk. w 1 egz.
1/ strona internetowa
2/ a/a
Druk: A. Górską

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Anna Górską