



Oleśnica

**POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI**

Syców

ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica  
tel. 71 77 67 427, fax. 71 77 67 307, e-mail: sekretariat@pzsolesnica.pl



PZS/PN/4/2023

Olesnica, 07.12.2023r

## **ODRZUCENIE OFERTY NR 32 w Pakiecie nr 57**

### **Dot.: Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku do Powiatowego Zespołu Szpitali – dotyczy pakietu nr 57**

Działając na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605 t.j.), Zamawiający podtrzymuje stanowisko co do odrzucenia Państwa oferty w pakiecie 57 w przetargu na „Sukcesywną dostawę sprzętu jednorazowego użytku do Powiatowego Zespołu Szpitali”.

Zamawiający w dniu 09.11.2023r niesłusznie odrzucił ofertę Wykonawcy w poz. 6 pakietu 57, powołując się na brak zgodności z katalogiem firmy SUMI co do „prowadnicy do intubacji jednorazowej...”. Faktycznie Zamawiający wykrył niezgodności w pozycji nr 5 a nie w poz. 6 pakietu 57, tj., prowadnica do intubacji jednorazowa, giętka, metalowa z powłoką z plastiku, gładka powierzchnia, zagięty uchwyt, wklęsła, miękka końcówka, nie zawiera lateksu, sterylna”. Zaproponowany przez Wykonawcę produkt firmy Greetmed/GT014-800-6 jest wykonany z aluminium pokrytym przezroczystym PCV bez zawartości lateksu, na co wskazuje opis w karcie katalogowej produktu.

W związku z wyjaśnieniami do postępowania, których Zamawiający udzielił w dniu 06.10.2023r, doprecyzowano opis przedmiotu zamówienia między innymi wymagając aby zaoferowana prowadnica była z mosiądzu.

Będąc w posiadaniu karty katalogowej produktu, przedstawionej przez Wykonawcę w postępowaniu dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu z dnia 29.03.2023r. o nr referencyjnym DZP.272.1.2023 z której wynika, że proponowany produkt, tj. „prowadnica do intubacji jednorazowa...” nie jest z mosiądzu a z aluminium. Zamawiający odrzuca ofertę w poz. 5, jednocześnie informując, że jest w posiadaniu przedmiotowego środka dowodowego złożonego przez Wykonawcę, jakim jest karta katalogowa produktu, a w zasadzie cały katalog produktów firmy Bialmed Sp. z o.o., dlatego nie wzywał Wykonawcy do składania dodatkowych wyjaśnień ani przedmiotowych środków dowodowych.

Zamawiający popełnił błąd i odrzucił w pierwszym piśmie ofertę Wykonawcy Bialmed sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa w poz. 6 pakietu 57, jednak faktycznie miał na myśli poz. 5 pakietu 57. Zamawiający podtrzymał decyzję o odrzuceniu oferty w pakiecie 57.



sekretariat@pzsolesnica.pl



71 77 67 427



PZS Oleśnica



www.pzsolesnica.pl

NIP: 911 184 70 75

REGON: 932966540

KRS: 0000186473

Nr. rej. wojew. 02-01070

Pismem z dnia 27.11.2023r Wykonawca, firma **Bialmed sp.zo.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa** wprowadziła celowo w błąd Zamawiającego twierdząc, że prowadnica aluminiowa jest zaproponowana w poz. 6 pakietu 57. Zamawiający w następstwie celowego wprowadzenia w błąd uznał błąd i Wycofał się z odrzucenia oferty Wykonawcy, co uczynił niesłusznie.

Reasumując, w pakiecie 57 w poz. 5 Wykonawca, firma **Bialmed sp.zo.o.** zaproponowała prowadnice firmy Greetmed/GT014-800-6, która jest wykonana z aluminium pokrytym przezroczystym PCV bez zawartości lateksu, na co wskazuje opis w karcie katalogowej produktu. Prowadnica powinna być wykonana z mosiądzu, na co wskazują wyjaśnienia do postępowania z dnia 06.10.2023 r , jak opisano powyżej.

W związku powyższym, oferta nr 32 w ramach pakietu 57 podlega odrzuceniu.

*Dyrektor*  
*Powiatowego Zespołu Szpitali*  
*Agnieszka Cholewińska*



sekretariat@pzsolesnica.pl



71 77 67 427



PZS Oleśnica



www.pzsolesnica.pl

NIP: 911 184 70 75

REGON: 932966540

KRS: 0000186473

Nr. rej. wojew. 02-01070