



Zam. 21/2023/TP/OZG

Olsztyn, dnia 31.03.2023 r.

**Do wiadomości
wszystkich uczestników
postępowania**

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym wariant I pt. *Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych i plastików laboratoryjnych do komórki organizacyjnej Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza- Państwowego Instytutu Badawczego.*

PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 2

Zamawiający Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza – Państwowy Instytut Badawczy, działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), niniejszym wyjaśnia treść SWZ, odpowiadając na pytania zadane w toku postępowania.

DOTYCZY CZĘŚCI NR 6:

Pytanie nr 1:

Dot. poz. 2

(4ti-0730/C) i poz. 3 (4ti-0741) są pakowane po 50 szt., natomiast Zamawiający określił ich opakowania jako 1 op. po 100 szt. Czy Zamawiający chce zamówić po 100 szt. płytek każdego rodzaju jako 2 opakowania po 50 szt. czy po 50 szt. jako 1 op. po 50 szt.? Jednocześnie informujemy, że 1 opakowanie zamknięć 4ti-0751 (300 pasków) wystarczy do zamknięcia 25 płytek - zatem 1 op. nie będzie wystarczająca do ww. ilości płytek

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia ilość konfekcjonowania specyfikowanych plastików laboratoryjnych. Liczbę zamawianych opakowań płytek Zamawiający będzie dostosowywać do aktualnych potrzeb. Zamawiający posiada świadomość, że jedno opakowanie pasków wystarczy na 25 płytek, więc na każde opakowanie płytek będą potrzebne 2 opakowania zamknięć. Podobnie jak w przypadku płytek liczba zamawianych zamknięć będzie dostosowywana do potrzeb laboratorium.

DYREKTOR INSTYTUTU



dr inż. Grzegorz Dietrich
(podpis osoby upoważnionej)



Anna Adamkiewicz

Sporządziła: Anna Adamkiewicz.....

Kierownik Działu Projektów
i Zamówień Publicznych