




WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM

NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271

 32 281 02 71
32 396 51 00



32 396 45 09



SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL

Bytom, dnia 03.01.2022 r.

DZP – 51/2022

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa soczewek okulistycznych wewnątrzgałkowych oraz innych wyrobów medycznych okulistycznych wraz z dzierżawą aparatu do fakoemulsyfikacji zaćmy

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w części nr 6 pozycja nr 1 jednorazowy trepan próżniowy posiadający komorę ssącą 360° bez podziału na 16 części, połączony silikonowym łącznikiem ze strzykawką 5ml ze sprężynką., rozmiar: 6,0mm-6,5mm-6,75-7,0mm-7,25mm-7,5mm-7,75mm-8,0mm-8,25mm-8,5mm-8,75mm-9,0mm?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w części nr 6 pozycja nr 2 punch próżniowy jednorazowy, zbudowany z unikalnej podstawy zapewniającej stabilną platformę, którą dzięki specjalnemu miejscu na palce można łatwo utrzymać w miejscu podczas przygotowywania dawcy, silikonowy łącznik do strzykawki 5 ml ze sprężynką, okna wizualizacji 360° dla większej dokładności cięcia, dwustronne ostrze, otwory na znaczniki służące do kontrolowania płatk. Rozmiar: 6,5mm-6,75mm-7,0mm-7,25mm-7,5mm-7,75mm-8,0mm-8,25mm-8,5mm-8,75mm-9,0mm-9,5mm.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3 – dotyczy Projektu Umowy - Załącznik Nr 6A do SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu do Projektu Umowy - Załącznik Nr 6A do SWZ – poniższego zapisu:

Zamawiającemu przysługuje prawo do zmniejszenia ilości zamówienia, przy czym 80% przedmiotu zamówienia w ramach w danego pakietu, jest gwarantowany do realizacji.

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 4 – dotyczy Projektu Umowy - Załącznik Nr 6A do SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy?

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Pytanie nr 5 – dotyczy Projektu Umowy - Załącznik Nr 6A do SWZ

Czy Zamawiający wyrazi na cesję praw i obowiązków z wzoru umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6 – dotyczy Projektu Umowy - Załącznik Nr 6A do SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7 – dotyczy § 8 Projektu Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zgodnie z poniższym zapisem:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

1.1. zwłoki w wykonaniu dostawy częściowej w terminie określonym w § 3 ust. 2 w wysokości 0,1 % wartości netto niedostarczonej partii dostawy, licząc za każdy dzień zwłoki do dnia zrealizowania dostawy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie § 10 ust. 2 niniejszej umowy,

1.2. zwłoki w wykonaniu obowiązków określonych w § 9 ust. 2 karę w wysokości 0,1 % wartości netto niedostarczonej partii dostawy, licząc za każdy dzień zwłoki do dnia zrealizowania dostawy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na zasadzie § 10 ust. 3 niniejszej umowy,

1.3. za każde stwierdzone naruszenie postanowień § 3 ust. 12 – 15 umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy,

1.4. zwłoki w wykonaniu obowiązków określonych w § 3 ust. 18 w wysokości 0,1 % wartości netto umowy, o której mowa w § 5 ust. 3 lit. b) niniejszej umowy, licząc za każdy dzień zwłoki do dnia zrealizowania obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 18.

1.5. zwłoki w wykonaniu obowiązku określonego w § 3 ust. 21 w wysokości 0,1 % wartości netto umowy, o której mowa w § 5 ust. 3 lit. b) niniejszej umowy, licząc za każdy dzień zwłoki od upływu dnia zrealizowania obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 21.

1.6. odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 5% wartości netto niezrealizowanej części umowy?

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 8 – dotyczy Pakietu nr 3

Czy zamawiający dopuści 2% Hydroksypropylo- metyloceluloza o lepkości 3200 mPas?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9 – dotyczy Pakietu nr 3

Czy zamawiający dopuści 2%Hydroksypropylo- metyloceluloza o lepkości 2400 – 4000 mPas?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10 – dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści implant przeciwwaskrowy, bezzaworowy, o wysokiej skuteczności filtracji, wysokim profilu bezpieczeństwa, z medycznego silikonu wysokiej biokompatybilności o grubości płytki 0,81mm i wymiarach: 250mm² (16,7mm x 18,5mm) oraz 350 mm² (16,5mm x 30,5mm)?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11 – dotyczy Pakietu nr 10 poz. 3

Czy w Pakiecie nr 10 poz. 3 Zamawiający dopuści symetryczną oponkę o szerokości 10mm z rowkiem

2,5mm? Lub asymetryczny profil w kształcie opony szer. Zewn. 9mm i wewn. 7 z rowkiem 2,5mm lub wykreśli tę pozycję – ponieważ opisany model został wycofany z produkcji?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12 – dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści 2% hydroksypropylo- metylocelulozę w ampułkostrzykawce o obj. 2ml, lepkość 3.000 – 5.000 mPa.s, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13 – dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści błękit trypanu w fiolce o pojemności 1,0 ml?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14 –

(SWZ, pkt. X, pkt. 1.1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymogu w zakresie dokumentów przedmiotowych – pkt. 1 poz. 1 SWZ poprzez dopuszczenie w ramach potwierdzenia spełniania wymogu oświadczenia o treści jak niżej oraz ewentualnie dołączenie certyfikatów jako dowodu?

„Oferowane wyroby w zakresie pakietu nr 6 na dostawę trepanów, punch, sztucznej komory oraz markerów okulistycznych zostały wprowadzone do obrotu od dnia 26 maja 2020 r. na podstawie certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG i mogą być w dalszym ciągu udostępniane na rynku lub wprowadzane do użytkowania do dnia 27 maja 2025 r.”

Zgodnie przepisami z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2017/745 – MDR, w zakresie wyrobów medycznych (art. 120, ust. 2 i 4) wyroby, które zostały wprowadzone do obrotu od dnia 26 maja 2020 r. na podstawie certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG mogą być w dalszym ciągu udostępniane na rynku lub wprowadzane do użytkowania do dnia 27 maja 2025r.

Wybory które chcemy zaoferować w tym pakiecie, zostały wprowadzone do obrotu (znajdują się w magazynie firmy na terenie Polski) na podstawie certyfikatu CE, którego ważność upłynęła w dniu 01.10.2022 r.

Jednakże zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami przejściowymi (art. 120, ust 2 i 4) wyroby te – będąc już wprowadzone do obrotu - mogą być udostępniane na rynku.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 oraz 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1710 z późn. zm.), informuje że zmienia treść SWZ w sposób następujący:

Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 6B do SWZ, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej zmiany.

Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w następującym zakresie:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć (umieścić) na platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/szpital4_bytom w myśl ustawy p.z.p. na stronie prowadzonego postępowania do dnia 30.01.2023 r. do godziny 09:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **30.01.2023 r. o godzinie 09:05.**

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **90 dni tj. do dnia 29.04.2023 r.**

Zamawiający w załączeniu do nn. pisma przekazuje opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Sprostowanie/Ogłoszenie zmiana lub dodatkowych informacji.

Zatwierdził:
DYREKTOR

Wojciech Michalik

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie