



Dział Zamówień Publicznych
tel. 0-12 614 25 51
fax. 0-12 614 25 51
e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

DZ.271.86.837.2019

Kraków, dnia 09.08.2019 r.

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II powiadamia zainteresowane strony, że wpłynęły pytania do postępowania nr DZ.271.86.2019 na dostawę stymulatorów i kardiowerterów oraz wyrobów medycznych do zabiegów elektrofizjologicznych.

Pytanie 1

dotyczy Pakietu 9 Introducer naczyniowy pkt 5.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie introducerów w rozmiarach od 6 do 9 Fr ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

dotyczy umowy użyczenia (wzór umowy nr 3)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu par. 1 ust. 2 umowy użyczenia:

z: „Użyczający oświadcza, że jest właścicielem sprzętu medycznego.”

na: „Użyczający oświadcza, że przysługuje mu pełne prawo rozporządzania sprzętem określonym w ust.1, w tym prawo do zawarcia niniejszej umowy”

Urządzenia, które będą podlegały użyczeniu w części 2 i 4 są własnością jednej ze spółek z grupy kapitałowej Wykonawcy, a Wykonawca ma pełne prawo do dysponowania nimi.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapis siwz dotyczący wzoru umowy nr 3 (użyczenie) w §1 ust 2, który otrzymuje brzmienie: „Użyczający oświadcza, że przysługuje mu pełne prawo rozporządzania sprzętem określonym w ust.1, w tym prawo do zawarcia niniejszej umowy”.

Z poważaniem

Krakowski Szpital Specjalistyczny
im. Jana Pawła II
ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Lecznictwa

dr hab. n. med. Dorota Sobczyk

