

Konin, 09.03.2022 r.

WSZ-EP-49/2021/332/2022

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/  
strona internetowa prowadzonego postępowania****Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości mniejszej niż progi unijne, na zadanie pod nazwą: „Dostawa aparatury, urządzeń i innych wyrobów medycznych”, nr sprawy WSZ-EP-49/2021****Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 3**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Dotyczy: Pakiet 1 – Tor wizyjny z zestawem laparoskopowo-urologicznym wraz z montażem i uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego - 1 zestaw****Treść pytania nr 1:**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sprzętu medycznego, jeżeli w trakcie realizacji umowy, okaże się, że zaproponowany model nie jest już dostępny na rynku (został wycofany z produkcji), pod warunkiem, że Wykonawca proponuje model o parametrach nie gorszych niż zaproponowane w ofercie oraz w takiej samej cenie?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

**Treść pytania nr 2:**

Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz na obecną sytuację wynikającą z pandemii COVID-19 oraz światową sytuację na rynku sprzętu medycznego przy zakłóconym obecnie łańcuchu dostaw komponentów produkcyjnych, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla Zadania nr 1 do 8 tygodni od daty podpisania umowy?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do maksymalnie 56 dni dla wszystkich Pakietów. W związku z tym Zamawiający zmienia treść zapisów SWZ, Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz oferty w punkcie 5 oraz Załącznika nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w paragrafie 3 oraz w paragrafie 4 ust. 1. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowane załączniki do SWZ zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

**Treść pytania nr 3:**

Czy ze względu na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne podzespołów są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu dostępności części zamiennych do 5 lat?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie okresu dostępności części zamiennych dla Pakietu 1 do min. 5 lat od daty dostawy. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w paragrafie 5 ust. 4 pkt 3). Zmodyfikowany Załącznik nr 4 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.