



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM

NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271



32 281 02 71
32 396 51 00



32 396 45 09



SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL

Bytom, dnia 03.03.2023 r.

DZP – 11/2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Zakup doposażenia w ramach eliminacji zdrowotnych czynników ryzyka pracowników w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

Dot. Pakietu 1 - łóżko - wózek transportowy – 2 szt

Pytanie nr 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zamówienia w terminie do 8 tygodni licząc od daty zawarcia umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

Odp.: Zgodnie z pkt. VI SWZ - pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 2 - Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego długość 214,3 cm (+/- 1 cm) i szerokość 77,8 cm (+/- 1 cm)?

Odp.: Dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 3 - Czy (w pkt. 6) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego wysokość regulowaną nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie 60 – 92 cm (+/- 1 cm), regulacja odbywa się za pomocą pedałów?

Odp.: Dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 4 - Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego podglówek regulowany w zakresie 0° – 90° (+/- 2°)?

Odp.: Dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 5 - Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego 4 koła z centralną blokadą o średnicy 20 cm?

Odp.: Dopuszcza, ale nie wymaga

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Pytanie nr 6 - Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego barierki boczne wykonane ze stali lakierowanej proszkowo oraz stali nierdzewnej, a uchwyty do prowadzenia wykonane ze stali lakierowanej proszkowo?

Odp.: Dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 7 - Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w materac z tkaniny zmywalnej w kolorze ciemno niebieskim?

Odp.: Dopuszcza, ale nie wymaga.

Dot. Pakietu 2 - łóżko - wózek opatrunkowy – 3 szt.

Pytanie nr 8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zamówienia w terminie do 8 tygodni licząc od daty zawarcia umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

Odp.: Zgodnie z pkt. VI SWZ - pozostaje przy zapisach SWZ

Pytanie nr 9 - Czy (w pkt. 3) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego wymiary zewnętrzne bez wyposażenia: szerokość 720 mm, głębokość 610 mm, wysokość bez nadstawki 1080 mm?

Odp.: Dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 10 - Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego konstrukcję oraz ramę wykonaną ze stali lakierowanej proszkowo?

Odp.: Dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 11 - Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego układ jezdny składający się z czterech kół nie antystatycznych, w przeciwnym kierunku obudowie, dwa koła wyposażone w hamulec, bez koła z blokadą kierunku jazdy?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 12 - Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego obciążenie robocze przypadające na jedno koło 37,5 kg?

Odp.: Dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 13 - Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego dolną szufladę o wysokości 225 mm, dwie środkowe szuflady o wysokości 150 mm oraz dwie górne szuflady o wysokości 75 mm?

Odp.: Dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 14 - Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka nie posiadającego systemu samo domykających się szuflad?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



**Województwo
Śląskie**

Pytanie nr 15 - Czy (w pkt. 14) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego ładowność jednej szuflady 10 kg?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 16 - Czy (w pkt. 16) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w ergonomiczny uchwyt do przetaczania zainstalowany po prawej stronie wózka?

Odp.: Dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 17 - Czy (w pkt. 19) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego wszystkie szuflady zamykane centralnie za klucz?

Odp.: Dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 18 - Czy (w pkt. 20) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego nad blatem w nadstawkę składającą się z 10 pojemników o wymiarach ok. 100 x 95 x 145 mm (dwa rzędy po 5 pojemników) z możliwością zamocowania na pojemnikach identyfikatorów zawartości?

Odp.: Dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie nr 19 - Czy (w pkt. 21) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w którym akcesoria są instalowane bezpośrednio do korpusu wózka lub do specjalnego stelaża nad blatem roboczym wózka (bez konieczności stosowania szyn)?

Odp.: Dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 20 - Czy (w pkt. 22) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego w narożnikach nad kołami krążki odbojowe?

Odp.: Dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 21 - Czy (w pkt. 23) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w uchwyt na pudełko rękawic o wymiarach ok. 140 x 195 x 215 mm (jak na zdjęciu poniżej)?



Odp.: Dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie nr 22 - Czy (w pkt. 23) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w uchwyt na pojemnik na ostre przedmioty z paskami zabezpieczającymi pojemnik (jak na zdjęciu poniżej)?

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie



Odp.: Dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 23 - Czy (w pkt. 23) zamiast „prostokątnego kosza na pojemnik na odpady ostre” Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w uchwyt na pojemnik na ostre przedmioty z paskami zabezpieczającymi pojemnik (jak na zdjęciu poniżej)?



Odp.: Dopuszcza, ale nie wymaga.

Dot. Pakietu 4 - łóżko szpitalne - elektryczne – 8 szt.

Pytanie nr 24 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zamówienia w terminie do 8 tygodni licząc od daty zawarcia umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

Odp.: Zgodnie z pkt. VI SWZ.

Pytanie nr 25 - Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego szerokość całkowitą 980 mm (+/- 10 mm)?

Odp.: Dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 26 - Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego długość całkowitą 2220 mm (+/- 10 mm)?

Odp.: Dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 27 - Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w materac o wymiarach 2000 x 850 mm przystosowany do wymiarów oferowanego leża, ze względu na to, że pacjent będzie zawsze leżał na materacu, a nie bezpośrednio na leżu? W oferowanym łóżku wymiary materaca są kluczowym elementem, jeśli chodzi o przestrzeń dla pacjen-

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



**Województwo
Śląskie**

ta, ponieważ leże zazwyczaj składa się z kilku segmentów oraz przestrzeni konstrukcyjnych pomiędzy tymi segmentami, dlatego wymiary leża nie będą adekwatne do faktycznych wymiarów leża, na którym położony będzie materac.

Odp.: Dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 28 - Czy (w pkt. 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego konstrukcję wykonaną z profili stalowych wymiarach 5 x 3 cm pokrytych lakierem proszkowym w kolorze jasnoszarym (RAL 9006)?

Odp.: Dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 29 - Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego, w którym ruchome segmenty leża będą wypełnione płytami HPL

Odp.: Dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 30 - Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację wysokości elektryczną sterowana pilotem przewodowym w zakresie 410 – 815 mm (+/- 10 mm), konstrukcja łóżka pantografowa?

Odp.: Dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 31 - Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację segmentu pleców w zakresie 0° – 66° (+/- 5°) i segmentu uda w zakresie do 46° (+/- 2°) elektryczną za pomocą pilota przewodowego, segment podudzia doregulowywany ręcznie za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 0° – 19° (+/- 2°), funkcja autokontur?

Odp.: Dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 32 - Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego możliwość zablokowania na pilocie funkcji łóżka, które są niebezpieczne dla pacjenta tj. pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga oraz pozycji wyjściowej i reanimacyjnej (CPR)?

Odp.: Dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 33 - Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego pilota wyposażonego w system informujący (diody LED) o podłączeniu łóżka do sieci elektrycznej oraz o zablokowaniu/odblokowaniu funkcji pilota?

Odp.: Dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 34 - Czy (w pkt. 13) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w 4 koła na łożyskach tocznych o średnicy 150 mm z centralną blokadą wszystkich kół jednocześnie oraz jednym kołem zablokowanym do funkcji jazdy na wprost?

Odp.: Dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 35 - Czy (w pkt. 20) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego poręcze boczne metalowe wykonane z profili stalowych okrągłych, pokryte lakierem proszkowym, mocowane pod ramą leża w specjalnych tulejach, składane wzdłuż ramy leża o wysoko-

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



**Województwo
Śląskie**

ści 458 cm i długości 1683 mm, zgodne z normą EN 60601-2-52, składanie barierki bocznych odbywa się poprzez odciążenie zwalnicza, a rozkładanie odbywa się poprzez pociągnięcie barierki i samoczynne zabezpieczenie jej przed nieświadomym złożeniem, barierki po złożeniu wystają ponad leże tylko 2 cm co znacząco poprawia komfort leżącego pacjenta?

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 36 - Czy (w pkt. 22) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w wysięgnik ręki do podciągania z możliwością ustawienia i zablokowania tylko w jednej pozycji (do środka)?

Odp.: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 27 - Czy (w pkt. 24) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego zasilanie 100-240V~50-60Hz?

Odp.: Dopuszcza, ale nie wymaga.

Zamawiający jednocześnie informuje, iż § 5 projektowanych postanowień umownych (Załącznik nr 6 do SWZ) otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zainstalować Urządzenie, a także przeprowadzić szkolenie, o którym mowa w § 3 ust. 10, w terminie do 29 marca 2023 roku licząc od dnia zawarcia umowy”.

DYREKTOR
Wojciech Michalik

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie