

COZL/DZP/MBK/3411/PN- 123/24

Lublin, dnia 03.10.2024 r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa asortymentu medycznego na potrzeby COZL.”

- I. Działając w oparciu o zapisy art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie Nr 1

Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie, czy w części 10 dla zachowania pełnej kompatybilności i warunków gwarancji zgodnie z OWG na posiadany przez Zamawiającego pistolet ProMag wymagane jest zaferowanie oryginalnych igieł biopsyjnych wyprodukowanych przez producenta pistoletu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga igieł kompatybilnych z pistoletem ProMag Ultra.

Pytanie Nr 2

Część nr 1 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do defibrylatora Lifepack 11, 12, 15 o rozmiarze 107 mm x 23 m.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 3

Część nr 1 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do defibrylatora Lifepack 11, 12, 15 o rozmiarze 108 mm x 23 m.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 4

Część nr 1 poz. 3

Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycji Zamawiający dopuści również papier nieoryginalny będący zamiennikiem oryginalnego papieru Sony?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 5

Część nr 1 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do aparatu Mortara ELI 350 o rozmiarze 215 x 280 mm x 200 kartek (stron) z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 275 składanek (szt.).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 6

Część nr 1 poz. 8

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do defibrylatora MEDIANA D500 o rozmiarze 80 x 80 mm (jest to właściwy rozmiar tego papieru, wymiary pola zapisu to 70 mm), pozostałe parametry oferowanego papieru będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 7

Projekt umowy – par. 5

Prosimy o wydłużenie terminu wymiany towaru po uznaniu reklamacji z 2 na 5 dni roboczych.

Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 2 dni jest trudne do wykonania.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy § 5 nadając mu brzmienie:

„W przypadku zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towarów na wolne od wad oraz dokona korekty faktury w terminie 5 dni roboczych.”

Pytanie Nr 8

Projekt umowy – par. 6 ust. 1 lit. c); par. 7 ust. 2

Prosimy o odniesienie kary umownej do wartości brutto części umowy pozostałej do realizacji.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 9

Część 1, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści papier o wymiarach 108mm x 23 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 10

Część 1, poz. 3 - Czy Zamawiający oczekuje oryginału?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 11

Część 1, poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści papier o wymiarach 8cm x 7,5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 12

Część 1, poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści papier o wymiarach 8cm x 8 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 13

Część 2, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na przewody o wymiarach 16 x 250 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza o ile pozostałe parametry pozostaną bez zmian.

Pytanie Nr 14

Część 2, poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na przewody o wymiarach 7 x 120 cm, z folii o grubości 0,035 mm, z taśmą samoprzylepną w komplecie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza o ile pozostałe parametry pozostaną bez zmian.

Pytanie Nr 15

Dotyczy Pakietu 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody w rozmiarze 18cmx244cm . Osłona Po rozpakowaniu ma widoczny piktogram z kierunkiem rozkładania. Złożenie teleskopowe, umożliwiające aseptyczną aplikację. Na końcu elastyczna, niebieska końcówka samouszczelniająca 4 cm, średnica otworu 0,7 cm, , wykonana z termoplastycznego polietylenu o grubości 0,138 mm. Osłona posiada pasek przylepny do mocowania na przewodach 15,5 x 1 cm. Opakowanie jednostkowe typu Multivac (folia-papier), posiadające 2 transferowe etykiety, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej, które zawierają dane producenta, numer referencyjny produktu, numer LOT, kod QR (UDI) i datę ważności. Produkt sterylizowany tlenkiem etylenu. Spełnia wymagania ogólne normy EN 13795-1:2019. Wyrób klasy I.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 16

Dotyczy Pakietu 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody kamery 15cmx279 cm . Osłona jest złożona harmonijkowo , posiada gumkę i 2 zaciski plastikowe uniemożliwiające zsunięcie. Taśma foliowa, niebieska przy otworze rozm. 21,5cm x 2,5 cm (część przylepna 20 x 2 cm) . Opakowanie jednostkowe typu Multivac (folia-papier), posiadające 2 transferowe etykiety, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej, które zawierają dane producenta, numer referencyjny produktu, numer LOT, kod QR (UDI) i datę ważności. Produkt sterylizowany tlenkiem etylenu. Spełnia wymagania ogólne normy EN 13795-1:2019. Wyrób klasy I.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 17

Dotyczy Pakietu 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw na osłonę na sondę USG w rozmiarze 13cmx61 cm z żelem, wykonany z folii typu - TPU – grubość 50 mikronów. W środku znajdują się 2 transferowe etykiety, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej, które zawierają dane producenta, numer

referencyjny produktu, numer LOT, kod QR (UDI) i datę ważności. Po rozpakowaniu widoczny piktogram z kierunkiem rozkładania , klej w taśmie jest repositionowalny. Żel 20 ml. Opakowanie jednostkowe typu (folia-papier). Produkt sterylizowany tlenkiem etylenu. Spełnia wymagania ogólne normy EN 13795-1:2019. Wyrób klasy I.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.