

Zatwierdzam

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- I. Przedmiotem zamówienia jest wzorcowanie w ramach akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji przepływomierza miernika wydatku energetycznego (typ MWE-1, nr fabryczny 463, wytwórca CB Electronics)
 - II. 1. Wzorcowanie przepływomierza ma polegać na wykazaniu błędów podczas próby powietrza przetłaczanego przez przepływomierz realizowanej w następujących punktach kontrolnych:
 - 10 dm³/min strumienia objętości powietrza przetłaczanego przez przepływomierz;
 - 30 dm³/min strumienia objętości powietrza przetłaczanego przez przepływomierz;
 - 60 dm³/min strumienia objętości powietrza przetłaczanego przez przepływomierz.
 2. W ramach oferowanej usługi wzorcowania poza akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji należy:
 - wyznaczyć błąd wskazań wentylacji w zakresie (10 ÷ 65) dm³ w czasie 1 minuty;
 - wyznaczyć błąd wskazań wydatku energetycznego brutto w zakresie (2 ÷ 16) kcal/min.
- Błędy wskazań wentylacji i wydatku energetycznego należy wyznaczyć w zakresie temperatur powietrza od 5°C do 35 °C).
- III. Pozostałe wymagania Zamawiającego
 1. Termin realizacji usługi – **14 dni roboczych**, licząc od dnia zaakceptowania zamówienia przez Wykonawcę.
 2. Termin płatności - **30 dni**, licząc od daty otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury.
 3. Zamawiający wymaga po wykonaniu usługi wzorcowania wystawienia świadectwa wzorcowania ze znakiem akredytacji.