



Znak: AE/ZP-27-64/20

Tarnów, 2020-09-10

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 214.000 EURO na dostawy rękawic medycznych - diagnostycznych i chirurgicznych długich dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** W związku ze zmianami prawnymi dla produktów zarejestrowanych jako środek ochrony osobistej, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic zarejestrowanych wg nowych regulacji, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/425, zgodnych z nowymi, równoważnymi normami: EN ISO 374-1:2016; EN 374-2:2014; EN 374-4:2013. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** W związku ze zmianami prawnymi dla produktów zarejestrowanych jako środek ochrony osobistej, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic zarejestrowanych wg nowych regulacji, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/425, zgodnych z nowymi, równoważnymi normami: EN ISO 374-1:2016; EN 374-2:2014; EN 374-4:2013. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 4.** Prosimy o dopuszczenie rękawic w rozmiarach: 6,5; 7,5; 8,5.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1** rękawic spełniających normy EN ISO 374-1:2016; EN 374-2:2014; EN 374-4:2013 jako równoważnych do normy EN 374 określonej przez Zamawiającego w pkt 5 Załącznika Nr 5 w zakresie Pakietu Nr 1, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3** rękawic spełniających normy EN ISO 374-1:2016; EN 374-2:2014; EN 374-4:2013 jako równoważnych do normy EN 374 określonej przez Zamawiającego w pkt 5 Załącznika Nr 5 w zakresie Pakietu Nr 3, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4** rękawic w rozmiarach: 6,5; 7,5; 8,5, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek

