



4 Wojskowy Ośrodek Metrologii
26-600 Radom
ul. Sadków 9
tel.: 261-511-602 fax: 261-511-602

**OCENA STANU TECHNICZNEGO Nr 2021-05/0001217
z dnia 25.10.2021 r.**

1. Obiekt:

Nazwa	Typ	Nr fabryczny
Termohigrometr	RT820	4724/zdr/7

2. Użytkownik: JW 4724 Kraków

3. Opis stanu technicznego obiektu:

- Oględziny zewnętrzne: stan cechy nienaruszalności - brak.
- Sprawdzanie wstępne: przyrząd sprawny.
- Kalibracja.

Uwaga: całkowity zanik wskazań w trakcie kalibracji. Przyrząd pomiarowy niesprawny.

4. Wnioski:

Nie używać przyrządu, jako narzędzia pomiarowego. Przyrząd wycofać z eksploatacji lub skierować do naprawy, a następnie do ponownej kalibracji.

5. Uwaga:

Ocena ta NIE STANOWI podstawy do wycofania przyrządu pomiarowego z ewidencji. Jest dokumentem pomocniczym do sporządzania właściwych (wymaganych) dokumentów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Elektronicznie podpisany przez
ZIELIŃSKI Zbigniew
Data: 2021.10.25 13:30:29 +02'00'

Zieliński Zbigniew

.....
(Data i podpis wykonawcy OST)

Elektronicznie podpisany przez
DASZKIEWICZ Tomasz
Data: 2021.10.25 13:42:11 +02'00'

Daszkiewicz Tomasz

.....
(Data i podpis osoby autoryzującej OST)