



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 370/06/2024

Chrzanów, 21.06.2024r.

Wykonawcy

Dotyczy: korekta odpowiedzi na zapytania do postępowania na Dostawa odczynników dla ZDL Szpitala Powiatowego w Chrzanowie - sprawa 76/2024

Zamawiający koryguje odpowiedzi z poprzedniego pisma tj.

h) Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie „Bufor czyszczący do przeprowadzenia konserwacji aparatu” w formie etanolu 70% c.z.d.a 1L (zgodnie z zaleceniami producenta analizatora)?

Odp. Tak- zgodnie z zaleceniami producenta aparatu.

i) Czy Zamawiający dopuści testy konfekcjonowane po 20 lub 24 szt.?

Odp. tak dopuszczamy, z odpowiednim przeliczeniem.

Z poważaniem

