

Głuchołazy, dn. 06.11.2020r.

W odpowiedzi na złożone zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniach 03-04.11.2020r.- dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr DZP 2374/13/2020 pn. „Dostawa wyposażenia do Działu Usprawniania Leczniczego”, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Dotyczy: Załącznik nr 1.13 do SIWZ - Stół rehabilitacyjny - 3 szt.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści Stół rehabilitacyjny posiadający Część środkową łamaną za pomocą sprężyny gazowej

Spełniający pozostałe wymagania

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych opisanych parametrów.

Pakiet nr 1.9

Czy Zamawiający zgodzi się na mankiet do ciśnieniomierzy o rozmiarze 24-32 cm. Parametr nieznacznie odbiega od wymaganego. Akceptacja podniesie konkurencyjność bez uszczerbku dla funkcjonalności wyrobu.

Odpowiedź: Nie.

W związku z w/w postępowaniem prosimy o wyjaśnienie dotyczące opisu przedmiotu zamówienia w części 13 (stoły rehabilitacyjne):

Ilu częściowy stół jest przedmiotem zamówienia? W punkcie 2 znajduje się informacja, że leże ma być trzyczęściowe. Taką (3 częściową) budowę potwierdza punkt 3 opisu, natomiast w punkcie 4 zawarto informację, że zagłówek powinien posiadać opuszczane podłokietniki, co sugeruje, że stół ma być pięcioczęściowy (zagłówek z podłokietnikami, część środkowa i część podnóżka).

Odpowiedź: Leże ma składać się z części podnóżka, części środkowej oraz części zagłówka z dwoma podłokietnikami. Dlatego też dopuszcza się (licząc dwa podłokietniki) pięcio- częściowy stół.

Jednocześnie informuję, iż w dniu dzisiejszym dokonano modyfikacji SIWZ.

Głuchołazy, 06.11.2020 r.

Kierownik Zamawiającego