

Kcynia, dnia 18 stycznia 2024 r.

Znak: MGOPS.271.2.2024

Lp. **Zapotrzebowanie na sprzęt zwiększający dostępność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni dla osób z niepełnosprawnościami**

1. **Pętla indukcyjna LoopHEAR™ LH102v2**

Wymagania:

- zgodność z najnowszymi normami, wymagana norma PN EN 60118-4:2007
- wbudowana pętla zapewnia zasięg działania minimum 1 metr od urządzenia,
- wbudowany mikrofon o wysokiej czułości,
- dodatkowe wejście na słuchawki i mikrofon
- dodatkowy zewnętrzny mikrofon z podstawką
- zewnętrzna słuchawka dla niedosłyszących, którzy nie korzystają jeszcze z aparatów słuchowych
- naklejki z piktogramem informującym o obecności pętli indukcyjnej,
- gwarancja.