



Znak: AE/ZP-27-62/24

Tarnów, 2024-07-01

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 221.000 EURO) na dostawę artykułów medycznych (igły do biopsji, przyrządy do żywienia dojelitowego, zestawy do kaniulacji).

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

- Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1-** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 3 pozycji 1, trzech osobnych produktów : zestawu uniwersalnego do podaży grawitacyjnej z łącznikiem ENFit oraz łącznika nakręcane (odkręcane) typu lejek i łącznika oral/luer syringe umożliwiającego połączenia z portem do przepłukiwania i podawania leków do strzykawki luer slip/Janeta. Nie zmienia to produktu pod względem jego funkcjonalności a pozwoli złożyć ofertę większości Wykonawców i tym samym zwiększy konkurencyjność.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następujących odpowiedzi:

Ad 1

Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 1 dopuszcza również zaferowanie trzech osobnych produktów: zestawu uniwersalnego do podaży grawitacyjnej z łącznikiem ENFit oraz łącznika nakręcane (odkręcane) typu lejek i łącznika oral/luer syringe umożliwiającego połączenia z portem do przepłukiwania i podawania leków do strzykawki luer slip/Janeta. Pozostałe wymagania SWZ bez zmian.

Jednocześnie, działając na podstawie art.286 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605 z póź.zm.), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w Załączniku Nr 1 do SWZ - Formularzu Cenowym w Pakiecie Nr 3 w poz.1 w kolumnie „Wyszczególnienie” zapis o treści:

„Uniwersalny zestaw do żywienia dojelitowego metodą grawitacyjną, umożliwiający połączenie zarówno z workiem żywieniowym, jak i butelką (uniwersalne połączenie umieszczone na jednym drenie). Zestaw wyposażony w komorę kroplowa, precyzyjny rolkowy regulator”

na zapis o treści:

„Uniwersalny zestaw do żywienia dojelitowego metodą grawitacyjną, umożliwiający połączenie zarówno z workiem żywieniowym, jak i butelką (uniwersalne połączenie umieszczone na jednym drenie). Zestaw wyposażony w komorę kroplowa, precyzyjny rolkowy regulator przepływu, dodatkowy port do przepłukiwania i podawania leków strzykawką typu luer-slip/Janeta. Zestaw zakończony złączem Enfit z nakręcaną (odkręcaną) końcówką, umożliwiającą połączenie ze zglębniakiem zakończonym końcówką typu lejek w różnych rozmiarach”.

2/w punkcie 11.6.4 tiret 11 SWZ zapis o treści:

„Pakietu Nr 2 poz. 1 - potwierdzające, że jest to uniwersalny zestaw do żywienia dojelitowego metodą grawitacyjną, umożliwiający połączenie zarówno z workiem żywieniowym, jak i butelką oraz, że jest to zestaw wyposażony w komorę kroplową, rolkowy regulator przepływu, dodatkowy port do przepłukiwania i podawania leków oraz, że zestaw zakończony złączem Enfit z nakręcaną (odkręcaną) końcówką”

na zapis o treści:

„Pakietu Nr 2 poz. 1 - potwierdzające, że jest to igła do biopsji histopatologicznej, półautomatyczna, jednorazowego użytku, sterylna, z możliwością regulacji w zakresie od 15mm do 22mm, ze znacznikiem głębokości wprowadzania co 1 cm, zakończenie igły widoczne w USG, 16G x 120mm”.



3/w punkcie 11.6.4 tiret 12 SWZ zapis o treści:

„Pakietu Nr 3 poz. 1 - potwierdzające, że jest to igła do biopsji histopatologicznej, półautomatyczna, jednorazowego użytku, sterylna, z możliwością regulacji w zakresie od 15mm do 22mm, ze znacznikiem głębokości wprowadzania co 1 cm, zakończenie igły widoczne w USG, 16G x 120mm”

na zapis o treści:

„Pakietu Nr 3 poz. 1 - potwierdzające, że jest to uniwersalny zestaw do żywienia dojelitowego metodą grawitacyjną, umożliwiający połączenie zarówno z workiem żywieniowym, jak i butelką oraz, że jest to zestaw wyposażony w komorę kroplową, rolkowy regulator przepływu, dodatkowy port do przepłukiwania i podawania leków oraz, że zestaw zakończony złączem Enfit z nakręcaną (odkręcaną) końcówką lub łącznika nakręcanego/odkręcanego typu lejek i łącznika oral/luer syringe”

4/ w punkcie 11.6.5 tiret 3 SWZ zapis o treści:

„Pakiecie Nr 2 poz. 1 – potwierdzające, że jest to uniwersalny zestaw do żywienia dojelitowego metodą grawitacyjną, umożliwiający połączenie zarówno z workiem żywieniowym, jak i butelką (uniwersalne połączenie umieszczone na jednym drenie), zestaw wyposażony w komorę kroplowa, rolkowy regulator przepływu, dodatkowy port do przepłukiwania i podawania leków do strzykawki typu luer-slip/Janeta, zestaw zakończony złączem Enfit z nakręcaną (odkręcaną) końcówką, umożliwiającą połączenie ze zgłębnikiem zakończonym końcówką typu lejek w różnych rozmiarach”

na zapis o treści:

„Pakiecie Nr 3 poz. 1 – potwierdzające, że jest to uniwersalny zestaw do żywienia dojelitowego metodą grawitacyjną, umożliwiający połączenie zarówno z workiem żywieniowym, jak i butelką (uniwersalne połączenie umieszczone na jednym drenie), zestaw wyposażony w komorę kroplowa, rolkowy regulator przepływu, dodatkowy port do przepłukiwania i podawania leków do strzykawki typu luer-slip/Janeta, zestaw zakończony złączem Enfit z nakręcaną (odkręcaną) końcówką, umożliwiającą połączenie ze zgłębnikiem zakończonym końcówką typu lejek w różnych rozmiarach lub z łącznikiem ENFit oraz łącznikiem nakręcanym (odkręcanym) typu lejek i łącznikiem oral/luer syringe umożliwiającym połączenie z portem do przepłukiwania i podawania leków do strzykawki luer slip/Janeta”.

5/ w punkcie 11.6.5 zapis o treści:

„Złożone przez Wykonawcę próbki z Pakietu Nr 1 poz.1 i 5 oraz Pakietu Nr 2 winny być oryginalnie zapakowane i oznaczone identycznie z oznaczeniem przedmiotu zamówienia, który będzie dostarczany Zamawiającemu w przypadku wyboru oferty Wykonawcy. Próbki muszą być oznaczone z podaniem pakietu i pozycji której dotyczą, podczas badania próbki ulegną zużyciu i zniszczeniu.”

na zapis o treści:

„Złożone przez Wykonawcę próbki z Pakietu Nr 1 poz.1 i 5 oraz Pakietu Nr 3 winny być oryginalnie zapakowane i oznaczone identycznie z oznaczeniem przedmiotu zamówienia, który będzie dostarczany Zamawiającemu w przypadku wyboru oferty Wykonawcy. Próbki muszą być oznaczone z podaniem pakietu i pozycji której dotyczą, podczas badania próbki ulegną zużyciu i zniszczeniu.”

W związku z wyżej dokonaną zmianą treści SWZ, działając na podstawie art.286 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605 z póź. zm.), Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- składanie ofert do dnia 08.07.2024r. godz. 09:00,

- otwarcie ofert w dniu 08.07.2024r. godz. 10:00,

W związku z przedłużonym terminem składania ofert Wykonawca jest związany ofertą do dnia 06.08.2024r.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w punkcie 7.2, 11.6.4., 11.6.5., 16.1., 17.1., 18.1., Załączniku Nr 1 oraz treść ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Załącznik Nr 1 do SWZ po zmianie treści SWZ.

Otrzymują:
Platforma Zamawiającego
a/a

Zastępca Dyrektora

mgr *Bianka Nosek*



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl

www.ssz.tar.pl - tel. 14 63 10 100 - fax. 14 62 13 637 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

ING BANK ŚLĄSKI S.A. 83 1050 1562 1000 0090 3255 1757

