



Znak: AE/ZP-27-03/23

Tarnów, 2023-01-26

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 215.000 EURO) na dostawę łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych – po 16 szt.

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy pkt 27 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy Zamawiający w ramach wieszaka na worki na mocz dopuści możliwość zawieszenia worków na tworzywowych haczykach dostępnych wraz z workiem na mocz?
2. **Dotyczy pkt 33 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę, której fronty drzwiczek i szuflady wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowanej proszkowo, z możliwością wyboru akcentu kolorystycznego tak jak w Łózkach? Błat główny i boczny wykonane są z tworzywa ABS. Reszta wymogów zgodna z SWZ?
3. **Dotyczy pkt 39 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę o wymiarach blatu bocznego 340 x 580mm?
4. **Dotyczy pkt 10 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Prosimy o doprecyzowanie czy pkt. 10 wymaganych parametrów chodzi o kabel od dodatkowego panelu sterowania z możliwością zawieszenia na szczycie łóżka?
5. **Dotyczy pkt 23 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami o wysokości 330 mm?
6. **Dotyczy pkt 8 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości leża 800 mm?
7. **Dotyczy pkt 3 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka o konstrukcji wykonanej z elementów metalowych, epoksydowanych, malowanych proszkowo na kolor biały.
8. **Dotyczy pkt 11 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy Zamawiający będzie punktował 40 pkt. łóżko o regulacji wysokości 38 do 79 co jest wartością funkcjonalniejszą i pomaga w precyzyjnym podjechaniu z pacjentem na właściwą wysokość przy przemieszczaniu z łóżka na wózek itp. Wysokość maksymalna 79 cm daje możliwość ustawienia łóżka w dogodnej pozycji dla personelu medycznego, pozwalającej na badanie pacjenta w pozycji najbardziej ergonomicznej?
9. **Dotyczy pkt 3 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy Zamawiający oczekuje łóżek malowanych proszkowo, eposydowanych dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami powierzchni, posiadających powłokę lakierniczą z jonami srebra zapobiegającą rozwojowi drobnoustrojów chorobotwórczych na powierzchniach łóżka?
10. **Dotyczy pkt 32 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od zapisu zawartego w tym punkcie?
11. **Dotyczy pkt 33 Załącznika Nr 4 do SWZ** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szafki przyłóżkowej ze szkieletem wykonanym ze stali, lakierowanymi proszkowo, bokami i frontami również ze stali malowanej proszkowo, natomiast blat główny laminowany warstwowo, blat boczny z tworzywa sztucznego ABS. Ze względu na dwustronność szafki i możliwość ustawienia jej po obu stronach łóżka, prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania obrotowego korpusu względem podstawy.
12. **Dotyczy pkt 35 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szafki przyłóżkowej z regulowanym blatem bocznym w zakresie 900-1100 mm.
13. **Dotyczy pkt 36 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szafki przyłóżkowej z prostym blatem głównym oraz blatem bocznym z obrzeżem z czterech stron zatrzymującym płyny lub przedmioty przed spadnięciem.
14. **Dotyczy pkt 37 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szafki przyłóżkowej zabudowanej, z szufladą i dolnym kontenerkiem znajdującym się bezpośrednio pod

- szufladą. Kontenerek dolny posiada perforowane dno zapewniające dostęp powietrza, z boku szafki uchwyt na butelkę.
15. **Dotyczy pkt 40 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szafki przyłóżkowej z frontami i blatem w dostępnych 5 wspólnych kolorach ze wstawkami łóżek.
  16. **Dotyczy pkt 41 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szafki przyłóżkowej z czterema podwójnymi kołami o średnicy 50 mm, wszystkie z hamulcem i odbojami.
  17. **Dotyczy pkt 3 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy (w pkt. 3) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego konstrukcję wykonaną z elementów metalowych lakierowanych proszkowo na kolor jasnoszary (RAL 9006)?
  18. **Dotyczy pkt 7 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego segment oparcia pleców, uda i podudzia wykonane z płyt laminatowych HPL z otworami wentylacyjnymi (segment miednicy stalowy, lakierowany proszkowo z otworami wentylacyjnymi)?
  19. **Dotyczy pkt 8 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w materac o długości 2000 mm i szerokości 850 mm, co będzie traktowane jako wymiary leża, ze względu na to, że pacjenta będzie zawsze leżał na materacu, a nie bezpośrednio na leżu?
  20. **Dotyczy pkt 10 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego w szczycie łóżka od strony głowy pacjenta specjalne haczyki na zawieszenie na nich przewodu zasilającego (kabla)?
  21. **Dotyczy pkt 11 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację wysokości w zakresie 410 – 815 mm (+/- 10 mm) w odniesieniu od podłogi do górnej krawędzi leża?
  22. **Dotyczy pkt 12 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację segmentu oparcia pleców, kąt uniesienia oparcia pleców w zakresie 66° (+/- 5)?
  23. **Dotyczy pkt 12 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację kąta przechyłu Trendelenburga w zakresie 15° (+/- 2)?
  24. **Dotyczy pkt 12 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację kąta przechyłu anty-Trendelenburga w zakresie 18° (+/- 2)?
  25. **Dotyczy pkt 24 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy (w pkt. 24) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w materac posiadający gęstość pianki 30 kg/m<sup>3</sup>?
  26. **Dotyczy pkt 25 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy (w pkt. 25) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w wieszak kroplówki posiadający wszystkie elementy ze stali nierdzewnej (elementy regulujące wykonane z tworzywa sztucznego)?
  27. **Dotyczy pkt 39 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy (w pkt. 39) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafki posiadającej blat boczny o wymiarach 340 x 590 mm?

#### **Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad 1** Zamawiający dopuści w ramach wieszaków na worki na mocz przy łóżkach oferowanych w **poz. 1** Formularza Cenowego zaoferowanie po 100 wieszaków plastikowych do worków na mocz na każde łóżko, pod warunkiem, że łóżko umożliwi zawieszenie tych wieszaków.

**Ad 2** Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **poz. 2** Formularza Cenowego szafek przyłóżkowych której fronty drzwiczek i szuflady wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowanej proszkowo; dopuszcza natomiast zaoferowanie szafek, których blat główny i boczny wykonane są z tworzywa ABS, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

**Ad 3** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **poz. 2** Formularza Cenowego szafek przyłóżkowych z blatem bocznym o wymiarach 340 x 580mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

**Ad 4** Zamawiający w sposób jasny określił w pkt 10 Załącznika Nr 4 do SWZ, że chodzi o kabel zasilający łóżko z panelami sterowania w barierkach bocznych po obu stronach łóżka (wewnętrzny dla





Ad 24 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **poz. 1** Formularza Cenowego łóżek szpitalnych posiadających elektryczną regulację kąta przechyłu anty-Trendelenburga w zakresie 18° (+/- 2), pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Ad 25 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **poz. 1** Formularza Cenowego łóżek szpitalnych wyposażonych w materac posiadający gęstość pianki 30 kg/m<sup>3</sup>.

Ad 26 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **poz. 1** Formularza Cenowego łóżek szpitalnych wyposażonych w wieszak kroplówki posiadający wszystkie elementy ze stali nierdzewnej (elementy regulujące wykonane z tworzywa sztucznego), pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Ad 27 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **poz. 2** Formularza Cenowego szafek przyłóżkowych posiadających blat boczny o wymiarach 340 x 590 mm, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Otrzymują:  
Platforma Zamawiającego  
a/a



Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek

