

Kraków, 27.07.2023 r.

DZ.271.61.752.2023

Dział Zamówień Publicznych

tel. 0-12 614 34 84

e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

dotyczy: postępowania DZ.271.61.2023 – Zakup i dostawa akcesoriów do aparatu serii NOX (Nox Medical) oraz części serwisowych do aparatury i urządzeń medycznych oraz akcesoriów do diatermii ERBE

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania:

PAKIET I

1. Poz.1-2 Czy Zamawiający dopuści zamiast uchwytu elektrod i kabla monopolarnego z poz. 1 i 2 uchwyt elektrod monopolarnych z dwoma przyciskami, VIO, ICC, ACC, Standard/International z przytwierdzonym na stałe monopolarnym kablem przyłączeniowym o dł. 4,5m, w pełni kompatybilny z diatermią chirurgiczną ERBE posiadaną przez Zamawiającego, przeznaczenie do 200 cykli sterylizacji?

Z uwagi na fakt, że uchwyt połączony z kablem na stałe jest w cenie samego uchwytu (lub samego kabla), koszty eksploatacji mogą być nawet 2- krotnie niższe.

Odp. TAK, Zamawiający dopuszcza.

2. Poz. 3-5 Czy Zamawiający dopuści przedłużkę do elektrod monopolarnych, długość 175mm, trzonek 4mm, do elektrod z trzonkiem 4mm; przeznaczenie do 75 cykli sterylizacji?

Odp. TAK, Zamawiający dopuszcza.

3. Poz. 6 Czy Zamawiający dopuści elektrodę nożową cienką, prostą, długość 56mm, trzonek 4 mm, wymiary noża 1,5mm x 0,3mm x 17mm; przeznaczenie do 75 cykli sterylizacji?

Odp. TAK, Zamawiający dopuszcza.

4. Poz. 7 Czy Zamawiający dopuści elektrodę nożową, prostą, długość 62mm, trzonek 4 mm, wymiary noża 2,6mm x 0,6mm x 13mm; przeznaczenie do 75 cykli sterylizacji?

Odp. TAK, Zamawiający dopuszcza.

5. Poz. 8 Czy Zamawiający dopuści elektrodę kulkową, prostą, długość 49mm, kulka 4mm, trzonek 4mm przeznaczenie do 75 cykli sterylizacji?

Odp. TAK, Zamawiający dopuszcza.

6. Poz. 9 Czy Zamawiający dopuści elektrodę igłową, prostą, długość 62mm, trzonek \varnothing 4mm, dł. igły 20mm, \varnothing igły 1mm; przeznaczenie do 75 cykli sterylizacji?

Odp. TAK, Zamawiający dopuszcza.

7. Poz. 10 Czy Zamawiający dopuści 605-039 Szczypce bipolarne, proste, długość 160mm, końcówka 8mm x 1mm ze stali nierdzewnej, złącze 2-bolcowe płaskie; przeznaczenie do 75 cykli sterylizacji?

Odp. TAK, Zamawiający dopuszcza.

8. Poz. 10 Czy Zamawiający dopuści 605-039 Szczypce bipolarne, proste, długość 160mm, końcówka 8mm x 1mm ze stali nierdzewnej, złącze 2-bolcowe płaskie; przeznaczenie do 75 cykli sterylizacji?

Odp. TAK, Zamawiający dopuszcza.

9. Poz. 13 Czy Zamawiający dopuści uchwyt elektrod, wąski, z dwoma przyciskami, do elektrod z trzonkiem \varnothing 4mm, sześciokątnym zabezpieczeniem przed obrotem, z kablem o dł. 4,5m, wtyczka 1-bolcowa \varnothing 5mm; przeznaczenie do 200 cykli sterylizacji?

Odp. TAK, Zamawiający dopuszcza.

10. Poz. 14 Czy Zamawiający dopuści kabel do elektrod neutralnych, długość 4,5m, od strony elektrody zakończony klipsem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka 1-bolcowa \varnothing 6,3mm; przeznaczenie do 300 cykli sterylizacji?

Odp. TAK, Zamawiający dopuszcza.

11. Poz. 15 Czy Zamawiający dopuści uchwyt elektrod, wąski, z dwoma przyciskami, długość 145mm, do elektrod z trzonkiem \varnothing 4mm, sześciokątnym zabezpieczeniem przed obrotem, z kablem o dł. 4,5m, wtyczka 3-bolcowa; przeznaczenie do 200 cykli sterylizacji?

Odp. TAK, Zamawiający dopuszcza.

12. Poz. 16 Czy Zamawiający dopuści kabel do elektrod neutralnych, długość 4,5m, od strony elektrody zakończony klipssem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka 1- bolcowa $\varnothing 6,3\text{mm}$; przeznaczenie do 300 cykli sterylizacji?

Odp. TAK, Zamawiający dopuszcza.

13. Poz. 17 Czy Zamawiający dopuści elektrodę nożową cienką, prostą, długość 56mm, trzonek $\varnothing 4\text{mm}$, wymiary noża 1,5mm x 0,3mm x 17mm; przeznaczenie do 75 cykli sterylizacji?

Odp. TAK, Zamawiający dopuszcza.

14. Poz. 18 Czy Zamawiający dopuści elektrodę szpatałkową, zagiętą, długość 62mm, trzonek $\varnothing 4\text{mm}$, wymiary ostrza 3mm x 1,2mm x 28mm; przeznaczenie do 75 cykli sterylizacji?

Odp. TAK, Zamawiający dopuszcza.

15. Poz. 19 Czy Zamawiający dopuści elektrodę kulkową, prostą, długość 49mm, kulka $\varnothing 4\text{mm}$, trzonek $\varnothing 4\text{mm}$; przeznaczenie do 75 cykli sterylizacji?

Odp. TAK, Zamawiający dopuszcza.

