



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Nr Certyfikatu 14180
ISO 9001, ISO 14001
OHSAS 18001

Szczecin, dnia 11.04.2019 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 7/2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na 19 zadań do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 14

Pakiet 11

Poz 12:

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do toalety jamy ustnej z płynem do płukania jamy ustnej z 1,5% roztworem H₂O₂ z zawartością alkoholu jako konserwantu w bezpiecznym stężeniu poniżej 1%, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ, zestaw tak jak obecnie używany w Państwa Placówce?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

2/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy poprzez sformułowanie "pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika" Zamawiający oczekuje zestawu do toalety jamy ustnej w opakowaniu umożliwiającym przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania dzięki obecności wyciskanych saszetek, co tym samym zapobiega przypadkowej kontaminacji elementów zestawu podczas przygotowywania procedury?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

3/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta oraz ochrony prawnej szpitala zestawu zawierające: gąbkę z możliwością odsysania - będącą inwazyjnym wyrobem medycznym stosowanym przez otwory ciała, niebędącą chirurgicznym inwazyjnym wyrobem medycznym, przeznaczonym do połączenia z aktywnym wyrobem medycznym klasy IIa lub wyższej (reguła 5, lit.b) powinny być zarejestrowane w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 215 poz. 1416) jako wyroby medyczne klasy IIa?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Poz 13:

1/ W nawiązaniu do wymogu systemu przebadanego klinicznie o czasie utrzymania do 29 dni prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy fakt przebadania klinicznego (ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni) ma być potwierdzona stosownymi badaniami dołączonymi do oferty?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

2/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca ma być wyposażony w silikonowy rękaw z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

KOMENDANT
płk mgr inż. Krzysztof Pietraszko

I.B. 91/ 810 59 82